

Quality Control Data sheet
Fiche de Contrôle Qualité

Guinea pig complement / Complément de cobaye

Product code / *Code Produit*: CPLT-5ML
Batch / *N° de lot*: H48
Date of manufacture / *Date de fabrication*: 2020/09
Expiry date / *Date d'expiration*: 2023/05

Kit components / *Composition du kit*

Complement / Complément / Komplement / Complemento	Lot / Ch.-B.
Reconstitution buffer 17/ Tampon de reprise 17 / Aufnahmepuffer 17 / Tampón de reconstitución 17	FCPLT-5ML-036
	TP17-6-015
Product Code	CPLT-5ML
Insert	0520

Description:

Guinea pig complement.
Complément de cobaye.

Storage / Conservation:

- Upon receipt, before reconstitution, store between +2°C and +8°C.
Conservation entre +2°C et +8°C après réception, avant reconstitution.

Purification / Purification:

- Not applicable.
Non applicable.
- Product is 0,2 µm filtered.
Filtré sur membrane 0,2 µm.

Preservative / Conservateur:

- None.
Aucun.

Quality Control / *Contrôle de qualité*:

Activity in Brucellosis serology (conform).
Sérologie en Brucellose par rapport à une référence (conforme).

Method / *Méthode*

Complement Fixation Test / Réaction de Fixation du Complément.



Quality Control Manager : Anaïs Agnel
Responsable Contrôle Qualité
anaïs.agnel@id-vet.com



Director : Philippe Pourquier
Directeur
philippe.pourquier@id-vet.com

Quality Control Data sheet
Fiche de Contrôle Qualité

Guinea pig complement / Complément de cobaye

Product code / *Code Produit*: CPLT-5ML
Batch / *N° de lot*: H48
Date of manufacture / *Date de fabrication*: 2020/09
Expiry date / *Date d'expiration*: 2023/05

Kit components / *Composition du kit*

Complement / Complément / Komplement / Complemento	Lot / Ch.-B.
Reconstitution buffer 17/ Tampon de reprise 17 / Aufnahmepuffer 17 / Tampón de reconstitución 17	FCPLT-5ML-036
	TP17-6-015
Product Code	CPLT-5ML
Insert	0520

Description:

Guinea pig complement.
Complément de cobaye.

Storage / Conservation:

- Upon receipt, before reconstitution, store between +2°C and +8°C.
Conservation entre +2°C et +8°C après réception, avant reconstitution.

Purification / Purification:

- Not applicable.
Non applicable.
- Product is 0,2 µm filtered.
Filtré sur membrane 0,2 µm.

Preservative / Conservateur:

- None.
Aucun.

Quality Control / *Contrôle de qualité*:

Activity in Brucellosis serology (conform).
Sérologie en Brucellose par rapport à une référence (conforme).

Method / *Méthode*

Complement Fixation Test / Réaction de Fixation du Complément.



Quality Control Manager : Anaïs Agnel
Responsable Contrôle Qualité
anaïs.agnel@id-vet.com



Director : Philippe Pourquier
Directeur
philippe.pourquier@id-vet.com