

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1750054101563 din „25” iulie 2025
Denumirea procedurii de achiziție: Utilaj medical și consumabile

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 57. Portac	09-113-15 Port ac Hegar, lungimea 15 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	Hegar- Mayo 160mm	Port ac Hegar, lungimea 15 cm	CE, ISO
Lotul 58. Pense anatomice	03-105-16 Pensă anatomică, lungimea 16 cm	Pakistan	Care&Cure Surgico	14-17cm lungime	Pensă anatomică, lungimea 16 cm	CE, ISO
Lotul 65. Lame p/u bisturiu	0722/0721 Surgical Blades Lame pentru bisturiu din oțel-carbon	China	HTMI Co.Ltd	n. 22 sau 21	Lame pentru bisturiu nr. 22 sau 21	CE, ISO
Lotul 75. Pipetă automată, 100mL, cu vol. reglabil	TYC1108 Pipetă-dozator automat cu volum variabil de la 100 până la 1000 µL, autoclavabilă	China	NTL Co., Ltd	Volum variabil de la 100 până la 1000 µL; Diviziunea volumului: 1 µL; Precizie: ±1,5 pentru 100 µL și ±5,0 pentru 1000 µL; Monocanal; Autoclavabilă; Certificat de verificare metrologică.	Pipetă-dozator automat cu volum variabil de la 100 până la 1000 µL; Diviziunea volumului: 2 µL; Precizie: ±1,5 pentru 100 µL și ±1,2 pentru 1000 µL; Monocanal; Autoclavabilă; Certificat de calitate/verificare de la producător.	CE, ISO

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **„LifeMed Group” SRL** Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**