

Specificații tehnice

Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1779715424710 / 21624541					Data: „07” iunie 2026	
Denumirea licitației:			Servicii de mentenanta anuala a dispozitivelor medicale						
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
504200-00-5	2	Servicii de mentenanta anuala masina anestezie	Servicii mentenanță anuală pentru masina de anestezie, Model: WATOEX35, Producător: Mindray Medical International Limited, Produs in 2020.	115-110026-00 + MOX-2	China	Mindray	<p>Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță periodică pentru mașina de anestezie Model și anul producerii: Model: WATOEX35, Producător: Mindray Medical International Limited, Produs in 2020. Serviciile de mentenanță periodică cu scopul asigurării funcționării în condiții optime și sigure a mașinii de anestezie, prin verificări tehnice, înlocuirea componentelor uzate și testarea funcțională completă, conform recomandărilor producătorului și legislației sanitare în vigoare. Cerințe generale pentru prestator Prestatorul trebuie să fie autorizat și acreditat pentru servicii de mentenanță a echipamentelor medicale. Să dispună de personal calificat și piese originale sau echivalente certificate. Să emită act de conformitate pentru fiecare intervenție, cu mențiunea parametrilor testați și rezultatelor obținute. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate: Mentenanța periodică va include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • furnizarea și instalarea chiturilor complete de mentenanță (filtre, garnituri, supape, senzori, consumabile specifice modelului); • înlocuirea componentelor conform planului de întreținere al producătorului; • testarea funcțională completă a aparatului după intervenție (fluxuri de gaz, ventilație, monitorizare parametri); • verificarea sistemelor de alarmă și siguranță; • calibrarea senzorilor și verificarea etanșeității circuitelor. <p>• Toate piesele și kiturile utilizate trebuie să fie certificate CE și compatibile cu modelul și anul producerii aparatului. Documentație și raportare: Pentru fiecare intervenție, prestatorul va furniza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • raport tehnic detaliat al operațiunilor efectuate; • act de conformitate privind funcționalitatea aparatului; • lista pieselor și kiturilor înlocuite; • recomandări privind următoarele intervale de mentenanță. <p>Siguranță și conformitate</p>	<p>Servicii de mentenanță periodică pentru mașina de anestezie Model și anul producerii: Model: WATO EX-35, Producător: Mindray Medical International Limited, Produs in 2020. + Senzor de Oxigen MOX-2. Serviciile de mentenanță periodică cu scopul asigurării funcționării în condiții optime și sigure a mașinii de anestezie, prin verificări tehnice, înlocuirea componentelor uzate și testarea funcțională completă, conform recomandărilor producătorului și legislației sanitare în vigoare. Cerințe generale pentru prestator Prestatorul trebuie să fie autorizat și acreditat pentru servicii de mentenanță a echipamentelor medicale. Să dispună de personal calificat și piese originale sau echivalente certificate. Să emită act de conformitate pentru fiecare intervenție, cu mențiunea parametrilor testați și rezultatelor obținute. Cerințe tehnice pentru serviciile prestate: Mentenanța periodică va include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • furnizarea și instalarea chiturilor complete de mentenanță (filtre, garnituri, supape, senzori, consumabile specifice modelului); • înlocuirea componentelor conform planului de întreținere al producătorului; • testarea funcțională completă a aparatului după intervenție (fluxuri de gaz, ventilație, monitorizare parametri); • verificarea sistemelor de alarmă și siguranță; • calibrarea senzorilor și verificarea etanșeității circuitelor. <p>• Toate piesele și kiturile utilizate trebuie să fie certificate CE și compatibile cu modelul și anul producerii aparatului. Documentație și raportare: Pentru fiecare intervenție, prestatorul va furniza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • raport tehnic detaliat al operațiunilor efectuate; • act de conformitate privind funcționalitatea aparatului; • lista pieselor și kiturilor înlocuite; • recomandări privind următoarele intervale de mentenanță. <p>Siguranță și conformitate</p>	

						<p>Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 102/2017 privind dispozitivele medicale și normele sanitare aplicabile în Republica Moldova.</p> <p>Prestatorul va garanta utilizarea pieselor originale sau echivalente certificate.</p> <p>Toate verificările vor fi efectuate conform manualului producătorului și standardelor ISO aplicabile.</p> <p>Servicii asociate</p> <p>Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului.</p> <p>Garanție pentru serviciile prestate: minim 12 luni.</p> <p>Suport post-serviciu: consultanță privind utilizarea și întreținerea corectă a aparatului.</p> <p>Criterii de evaluare a ofertelor:</p> <p>Conformitatea cu cerințele tehnice și normative.</p> <p>Experiența și acreditarea prestatorului.</p> <p>Termenul de execuție.</p> <p>Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat.</p> <p>Obligațiile prestatorului</p> <p>Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova.</p> <p>Predarea documentației și actului de conformitate.</p> <p>Serviciile de mentenanță periodică se vor efectua la sediul beneficiarului.</p>	<p>Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 102/2017 privind dispozitivele medicale și normele sanitare aplicabile în Republica Moldova.</p> <p>Prestatorul va garanta utilizarea pieselor originale sau echivalente certificate.</p> <p>Toate verificările vor fi efectuate conform manualului producătorului și standardelor ISO aplicabile.</p> <p>Servicii asociate</p> <p>Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului.</p> <p>Garanție pentru serviciile prestate: minim 12 luni.</p> <p>Suport post-serviciu: consultanță privind utilizarea și întreținerea corectă a aparatului.</p> <p>Criterii de evaluare a ofertelor:</p> <p>Conformitatea cu cerințele tehnice și normative.</p> <p>Experiența și acreditarea prestatorului.</p> <p>Termenul de execuție.</p> <p>Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat.</p> <p>Obligațiile prestatorului</p> <p>Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova.</p> <p>Predarea documentației și actului de conformitate.</p> <p>Serviciile de mentenanță periodică se vor efectua la sediul beneficiarului.</p>	
5042 0000 -5	4	Servicii de mentenanță anuală ventilator pu adult/noi nascuti	Servicii mentenanță anuală pentru Ventilator de terapie intensivă, adult/nou născut, Model: SV650, producător : Mindray, Produs in 2021	115-110150-00 + MOX-3	China	Mindray	<p>Obiectul achiziției: Servicii mentenanță anuală pentru Ventilator de terapie intensivă, adult/nou născut Model și anul producerii: Model: SV650, producător : Mindray, Produs in 2021</p> <p>Serviciile de mentenanță periodică cu scopul asigurării funcționării în condiții optime și sigure a ventilatorului, prin verificări tehnice, înlocuirea componentelor uzate și testarea funcțională completă, conform recomandărilor producătorului și legislației sanitare în vigoare.</p> <p>Cerințe generale pentru prestator</p> <p>Prestatorul trebuie să fie autorizat și acreditat pentru servicii de mentenanță a echipamentelor medicale.</p> <p>Să dispună de personal calificat și piese originale sau echivalente certificate.</p> <p>Să emită act de conformitate pentru fiecare intervenție, cu mențiunea parametrilor testați și rezultatelor obținute.</p> <p>Cerințe tehnice pentru serviciile prestate:</p> <p>Mentanța periodică va include:</p> <ul style="list-style-type: none"> furnizarea și instalarea chiturilor complete de mentenanță (filtre, garnituri, supape, senzori, consumabile specifice modelului); înlocuirea componentelor conform planului de întreținere al producătorului; testarea funcțională completă a aparatului după intervenție (fluxuri de gaz, ventilație, monitorizare parametri); verificarea sistemelor de alarmă și siguranță; calibrarea senzorilor și verificarea etanșeității circuitelor. 	<p>Servicii mentenanță anuală pentru Ventilator de terapie intensivă, adult/nou născut Model și anul producerii: Model: SV650, producător : Mindray, Produs in 2021 + Senzor de Oxigen MOX-3.</p> <p>Serviciile de mentenanță periodică cu scopul asigurării funcționării în condiții optime și sigure a ventilatorului, prin verificări tehnice, înlocuirea componentelor uzate și testarea funcțională completă, conform recomandărilor producătorului și legislației sanitare în vigoare.</p> <p>Cerințe generale pentru prestator</p> <p>Prestatorul trebuie să fie autorizat și acreditat pentru servicii de mentenanță a echipamentelor medicale.</p> <p>Să dispună de personal calificat și piese originale sau echivalente certificate.</p> <p>Să emită act de conformitate pentru fiecare intervenție, cu mențiunea parametrilor testați și rezultatelor obținute.</p> <p>Cerințe tehnice pentru serviciile prestate:</p> <p>Mentanța periodică va include:</p> <ul style="list-style-type: none"> furnizarea și instalarea chiturilor complete de mentenanță (filtre, garnituri, supape, senzori, consumabile specifice modelului); înlocuirea componentelor conform planului de întreținere al producătorului; testarea funcțională completă a aparatului după intervenție (fluxuri de gaz, ventilație, monitorizare parametri); verificarea sistemelor de alarmă și siguranță; calibrarea senzorilor și verificarea etanșeității circuitelor. Toate piesele și kiturile utilizate trebuie să fie certificate CE și compatibile cu modelul și anul producerii aparatului.

					<ul style="list-style-type: none"> • Toate piesele și kiturile utilizate trebuie să fie certificate CE și compatibile cu modelul și anul producerii aparatului. <p>Documentație și raportare: Pentru fiecare intervenție, prestatorul va furniza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • raport tehnic detaliat al operațiunilor efectuate; • act de conformitate privind funcționalitatea aparatului; • lista pieselor și kiturilor înlocuite; • recomandări privind următoarele intervale de mentenanță. <p>Siguranță și conformitate Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 102/2017 privind dispozitivele medicale și normele sanitare aplicabile în Republica Moldova. Prestatorul va garanta utilizarea pieselor originale sau echivalente certificate. Toate verificările vor fi efectuate conform manualului producătorului și standardelor ISO aplicabile.</p> <p>Servicii asociate Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Garanție pentru serviciile prestate: minim 12 luni. Suport post-serviciu: consultanță privind utilizarea și întreținerea corectă a aparatului.</p> <p>Criterii de evaluare a ofertelor: Conformitatea cu cerințele tehnice și normative. Experiența și acreditarea prestatorului. Termenul de execuție. Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și actului de conformitate. Serviciile de mentenanță periodică se vor efectua la sediul beneficiarului.</p>	<p>Documentație și raportare: Pentru fiecare intervenție, prestatorul va furniza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • raport tehnic detaliat al operațiunilor efectuate; • act de conformitate privind funcționalitatea aparatului; • lista pieselor și kiturilor înlocuite; • recomandări privind următoarele intervale de mentenanță. <p>Siguranță și conformitate Serviciile trebuie să respecte Legea nr. 102/2017 privind dispozitivele medicale și normele sanitare aplicabile în Republica Moldova. Prestatorul va garanta utilizarea pieselor originale sau echivalente certificate. Toate verificările vor fi efectuate conform manualului producătorului și standardelor ISO aplicabile.</p> <p>Servicii asociate Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului. Garanție pentru serviciile prestate: minim 12 luni. Suport post-serviciu: consultanță privind utilizarea și întreținerea corectă a aparatului.</p> <p>Criterii de evaluare a ofertelor: Conformitatea cu cerințele tehnice și normative. Experiența și acreditarea prestatorului. Termenul de execuție. Prețul total (fără TVA), încadrat în bugetul aprobat. Obligațiile prestatorului Prestarea serviciilor conform cerințelor tehnice și legislației Republicii Moldova. Predarea documentației și actului de conformitate. Serviciile de mentenanță periodică se vor efectua la sediul beneficiarului.</p>
--	--	--	--	--	--	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sveatoslav Prodan

În calitate de: Director

Ofertantul: I.M. "Dutchmed-M" S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, str. Grenoble 21, of. S108