

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:	Achizitii.md ID 21058270, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1655189602546 din „20” iunie 2022
Obiectul achiziției:	Reagenți pentru proiectul științific „Evaluarea markerilor instrumentali și biochimici în managementul pacienților cu infarct miocardic acut fără elevare de segment ST, precum și în aprecierea gradului de afectare coronariană microvasculară”

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
17	Troponina înalt sensibilă	415386	Franța	bioMérieux	Troponina înalt sensibilă Troponin High-Sensitivity teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas în ambalaj original de la producător	VIDAS® High sensitive Troponin I este un test cantitativ automat destinat utilizării pe instrumente din gama VIDAS® în vederea determinării troponinei I cardiace umane în serul și plasma umane, utilizând tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay (Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență)). Testul VIDAS® High sensitive Troponin I este destinat a fi utilizat ca ajutor în diagnosticarea infarctului miocardic (IM) și pentru stratificarea riscului pacienților cu simptome sugestive pentru sindrom coronarian acut (ACS) în ceea ce privește riscul relativ de mortalitate din orice cauze și de evenimente cardiace adverse majore (MACE) constând în infarct miocardic și revascularizare, la 30 de zile. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - inclus în set. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. 60 teste/kit. ”1 set/240 probe” = 4 kituri x 60 teste	CE, ISO

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman
Ofertantul: SRL Mediclim AM

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1