



## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1779715424710</a> _din 25 mai 2026
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță anuală a dispozitivelor medicale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii mentenanță anuală pentru mașina de anestezie, Model: Leon Plus. Producator: Lowenstein Medical.	Servicii mentenanță anuală pentru mașina de anestezie, Model: Leon Plus. Producator: Lowenstein Medical.	Germania	Lowenstein Medical	<p>Mentenanță periodică cu scopul asigurării funcționării în condiții optime și sigure a mașinii de anestezie, prin verificări tehnice, înlocuirea componentelor uzate și testarea funcțională completă, conform recomandărilor producătorului și legislației sanitare în vigoare.</p> <p>Prestatorul trebuie să fie autorizat și acreditat pentru servicii de mentenanță a echipamentelor medicale.</p> <p>Să dispună de personal calificat și piese originale sau echivalente certificate.</p> <p>Să emită act de conformitate pentru fiecare intervenție, cu mențiunea parametrilor testați și rezultatelor obținute.</p> <p>Cerințe tehnice pentru serviciile prestate: Mentenanța periodică va include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>furnizarea și instalarea chiturilor complete de mentenanță (filtre, garnituri, supape, senzori, consumabile specifice modelului);</li> <li>înlocuirea componentelor conform planului de întreținere al producătorului;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>furnizarea și instalarea chiturilor complete de mentenanță (filtre, garnituri, supape, senzori, consumabile specifice modelului);</li> <li>înlocuirea componentelor conform planului de întreținere al producătorului;</li> <li>testarea funcțională completă a aparatului după intervenție (fluxuri de gaz, ventilație, monitorizare parametri);</li> </ul>	CE

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• testarea funcțională completă a aparatului după intervenție (fluxuri de gaz, ventilație, monitorizare parametri);</li> <li>• verificarea sistemelor de alarmă și siguranță;</li> <li>• calibrarea senzorilor și verificarea etanșeității circuitelor.</li> <li>• Toate piesele și kiturile utilizate trebuie să fie certificate CE și compatibile cu modelul și anul producerii aparatului.</li> </ul> <p>Pentru fiecare intervenție, prestatorul va furniza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• raport tehnic detaliat al operațiunilor efectuate;</li> <li>• act de conformitate privind funcționalitatea aparatului;</li> <li>• lista pieselor și kiturilor înlocuite;</li> <li>• recomandări privind următoarele intervale de mentenanță.</li> </ul> <p>Siguranță și conformitate</p> <p>Prestatorul va garanta utilizarea pieselor originale sau echivalente certificate.</p> <p>Toate verificările vor fi efectuate conform manualului producătorului și standardelor ISO aplicabile.</p> <p>Servicii asociate</p> <p>Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului.</p> <p>Garanție pentru serviciile prestate: minim 12 luni.</p> <p>Suport post-serviciu: consultanță privind utilizarea și întreținerea corectă a aparatului.</p> <p>Serviciile de mentenanță periodică se vor efectua la sediul beneficiarului.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verificarea sistemelor de alarmă și siguranță;</li> <li>• calibrarea senzorilor și verificarea etanșeității circuitelor.</li> <li>• Toate piesele și kiturile utilizate trebuie să fie certificate CE și compatibile cu modelul și anul producerii aparatului.</li> </ul> <p>Pentru fiecare intervenție, prestatorul va furniza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• raport tehnic detaliat al operațiunilor efectuate;</li> <li>• act de conformitate privind funcționalitatea aparatului;</li> <li>• lista pieselor și kiturilor înlocuite;</li> <li>• recomandări privind următoarele intervale de mentenanță.</li> </ul>	
<p>Servicii mentenanță anuală pentru Ventilator de terapie intensivă, adult/nou născut, Model: Elisa 800, producător : Lowenstein Medical GmbH&amp;Co,</p>	<p>Servicii mentenanță anuală pentru Ventilator de terapie intensivă, adult/nou născut, Model: Elisa 800, producător : Lowenstein Medical GmbH&amp;Co,</p>			<p>Mentenanță periodică cu scopul asigurării funcționării în condiții optime și sigure a ventilatorului, prin verificări tehnice, înlocuirea componentelor uzate și testarea funcțională completă, conform recomandărilor producătorului și legislației sanitare în vigoare. Prestatorul trebuie să fie autorizat și acreditat pentru servicii de mentenanță a echipamentelor medicale. Să dispună de personal calificat și piese originale sau echivalente certificate.</p>	<p>furnizarea și instalarea chiturilor complete de mentenanță (filtre, garnituri, supape, senzori, consumabile specifice modelului);</p>	<p>CE</p>

				<p>Să emită act de conformitate pentru fiecare intervenție, cu mențiunea parametrilor testați și rezultatelor obținute.</p> <p>Mentenanța periodică va include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• furnizarea și instalarea chiturilor complete de mentenanță (filtre, garnituri, supape, senzori, consumabile specifice modelului);</li> <li>• înlocuirea componentelor conform planului de întreținere al producătorului; <ul style="list-style-type: none"> <li>• testarea funcțională completă a aparatului după intervenție (fluxuri de gaz, ventilație, monitorizare parametri);</li> <li>• verificarea sistemelor de alarmă și siguranță;</li> </ul> </li> <li>• calibrarea senzorilor și verificarea etanșeității circuitelor.</li> </ul> <p>Toate piesele și kiturile utilizate trebuie să fie certificate CE și compatibile cu modelul și anul producerii aparatului.</p> <p>Pentru fiecare intervenție, prestatorul va furniza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• raport tehnic detaliat al operațiunilor efectuate;</li> <li>• act de conformitate privind funcționalitatea aparatului; <ul style="list-style-type: none"> <li>• lista pieselor și kiturilor înlocuite;</li> </ul> </li> <li>• recomandări privind următoarele intervale de mentenanță.</li> </ul> <p>Siguranță și conformitate</p> <p>Prestatorul va garanta utilizarea pieselor originale sau echivalente certificate.</p> <p>Toate verificările vor fi efectuate conform manualului producătorului și standardelor ISO aplicabile.</p> <p>Servicii asociate</p> <p>Termen de execuție: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului.</p> <p>Garanție pentru serviciile prestate: minim 12 luni.</p> <p>Suport post-serviciu: consultanță privind utilizarea și întreținerea corectă a aparatului.</p> <p>Serviciile de mentenanță periodică se vor efectua la sediul beneficiarului.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• înlocuirea componentelor conform planului de întreținere al producătorului; <ul style="list-style-type: none"> <li>• testarea funcțională completă a aparatului după intervenție (fluxuri de gaz, ventilație, monitorizare parametri);</li> </ul> </li> <li>• verificarea sistemelor de alarmă și siguranță;</li> <li>• calibrarea senzorilor și verificarea etanșeității circuitelor.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toate piesele și kiturile utilizate trebuie să fie certificate CE și compatibile cu modelul și anul producerii aparatului.</li> </ul> <p>Pentru fiecare intervenție, prestatorul va furniza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• raport tehnic detaliat al operațiunilor efectuate;</li> <li>• act de conformitate privind funcționalitatea aparatului;</li> <li>• lista pieselor și kiturilor înlocuite;</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	--

						<ul style="list-style-type: none"><li>• recomandări privind următoarele intervale de mentenanță.</li></ul>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic

Numele, prenumele: Cobilețchi Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Jako Life Clinic Adresa: Mun. Chisinau, bd. G.VIERU 22/1 of 60