


Specificații tehnice (F4.1)

Denumirea licitației:		Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1608210068152				Data: „23” Ianuarie 2020		Alternativa nr.:	
Cod CPV		"Reagenți de laborator și consumabile(sistem închis)"				Lot:		Pagina: ___ din ___	
Nr. Lot/poz.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		8	9	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7			
LOTUL III Reagenți,calibratori și material de control p/la coagulometru CA-02 CLINDIAG									
3.1	33696500-0	Protombina liofilizata în set cu bufer de Calciu	Germania	Teco	A0401-020	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 5 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.			Certificat CE; ISO
3.2	33696500-0	Fibrinogen	Germania	Teco	A0501-010	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 2 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.			Certificat CE; ISO
3.3	33696500-0	Imidazol	Germania	Teco	A0590-125	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 15 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.			Certificat CE; ISO
3.4	33696500-0	Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,TT,APTT)	Germania	Teco	P6001-010	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.			Certificat CE; ISO
3.5	33696500-0	Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,TT,APTT)	Germania	Teco	P6101-010	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.			Certificat CE; ISO
3.6	33696500-0	Plasmă de Calibrare (PT,FIB,TT,APTT)	Germania	Teco	P8001-010	Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.			Certificat CE; ISO



11.1	33696500-0	LOTUL XI Reagenți pentru investigații serologice Antigen cardiopalinic pentru RMP (reagent 1- 10 fl.x2 ml, reag. 2 -sol. hlorin clorid 2 fl.x5 ml) Setul sa includă control pozitiv, control negativ pentru RMP(MRS)	03.07.1k	Federația Rusă	Ekolab	Cutie: reagent 1- (10 fiole x 2ml , reag. 2 -sol. hlorin clorid 2 fl.x5 ml) Flacon cu volum de 1 ml	Cutie: reagent 1- 7 fl x 10 ml , Control pozitiv și negativ, set = 2000 teste	Certificat ISO
13.1	33696500-0	LOTUL XIII Reagenți pentru investigații clinice generale Test rapid pentru determinarea singelui ocult în materii fecale	72001	SUA	Lumiquick	Setul va conține dispozitivul de diagnosticare, în forma de caseta cu banda/test imunocromatografic. Tuburi colectoare pentru probe cu onster. Marcaj CE, nr. Lot	Setul va conține dispozitivul de diagnosticare, în forma de caseta cu banda/test imunocromatografic. Tuburi colectoare pentru probe cu onster. Marcaj CE, nr. Lot	Certificat CE; ISO
14.1	33696500-0	LOTUL XIV. Specificații standard pentru investigații serologice RPR-Carbon-p/u MRS(Luis) Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, sa fie de la același producator.	8.00.18.0.0500	Marea Britanie	Atlas Medical	RPR-Reagent 5ml RPR-Control positive,RPR-Control negative,lama slaid de unica folosinta,baghete de amestecat	RPR-Reagent 10ml x 1 fl RPR-Control positive,RPR-Control negative,lama slaid de unica folosinta,baghete de amestecat	Certificat CE; ISO
21.1	33696500-0	LOTUL XXI Specificatii standard p-u investigații imunologice ASLO-LATEX	8.00.02.0.0100	Marea Britanie	Atlas Medical	Cerinte generale* + notă*, Latex- Test	Cerinte generale* + notă*, ASO Latex Kit, 100 Teste (4ml Latex, 2x1.0ml control)	Certificat CE; ISO
21.2	33696500-0	RF-LATEX	8.00.04.0.0100	Marea Britanie	Atlas Medical	Cerinte generale* + notă*, Latex- Test	Cerinte generale* + notă*, Latex-Test, RF Latex Kit, 100 Teste (4ml Latex, 2x1.0ml control)	Certificat CE; ISO
21.3	33696500-0	CPR-LATEX	8.00.00.0.0100	Marea Britanie	Atlas Medical	Cerinte generale* + notă*, Latex- Test	Cerinte generale* + notă*, CRP Latex Kit, 100 Teste (4ml Latex, 2x1.0ml Control)	Certificat CE; ISO
22.1	33696500-0	LOTUL XXII Veselă și articole de ustensilă Slaiduri pentru microscopia urinei	212015	Italia	Syntesys	lame din plastic cu 10 despărțituri set/100 buc	lame din plastic cu 10 despărțituri set/100 buc	Certificat ISO
27.1	33696500-0	LOTUL XXVII Veselă și articole de ustensilă Container colectarea deșeurilor medicale	PBS06L.T	Italia	Syntesys	Cu volumul de 0,6 litri culoare galbena cu simbolul pericol biologic	Cu volumul de 0,6 litri culoare galbena cu simbolul pericol biologic	Certificat CE; ISO
29.1	33696500-0	LOTUL XXIX Veselă și articole de ustensilă Suport p/u dozatoare		Italia	Syntesys		P/u 6 pipete dozatoare	Certificat CE; ISO
30.1	33696500-0	LOTUL XXX Veselă și articole de ustensilă Virfuri pentru dozatoare albastre 100-1000	318172	Italia	Syntesys		Virfuri pentru dozatoare albastre 201-1000	Certificat CE; ISO
32.1	33696500-0	LOTUL XXXII Veselă și articole de ustensilă Lame de sticla mate-fa un capat	371115	Italia	Syntesys	(lungimea 7,5 cm grosimea 1,2 mm-latimea 25-26 mm)	(lungimea 7,6 cm grosimea 1,2 mm-latimea 26 mm)	Certificat CE; ISO

Semnat:  Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL SANMEDICO Adresa: Mun Chișinău, str. A. Corobeanu 7A, ap. 9

