

Mtender nr. ocds-b3wdp1-MD-1774016143971 din 20.03.2026 Cod CPV 33100000-1 Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului special privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului special privind asigurarea cu aparate auditive a persoanelor cu deficiențe de auz pentru anii 2026-2028
 Către: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE

CERTIFICAT DE CORESPUNDERE A STANDARTELOR IEC118-0
 pentru aparatele auditive prezentate la licitație

Spețificarea tehnică
 Măsurările au fost pe trecute conform IEC 60118-0 (ureche artificială)

Cerințele	Interton Move MV470-DW	Interton Move MV490-DW	Interton Move MV670-DW	Interton Move MV690-DW
Căștigul maximal , dB	66	86	66	86
Ieșirea maximal (OSPL90), dB	134	144	134	144
Limita inferioară a diapazonului frecvențial, Hz	100	100	100	100
Limita superioara a diapazonului frecvențial, Hz	6790	6120	6790	6120
Nivel de zgomot , dB	24	23	24	23
Coeficientul distorsiunelor armonice , %	0,9	4,7	0,9	4,7
	1,2	0,8	1,2	0,8
	1,0	0,8	1,0	0,8
Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului	12	12	17	17
Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup FM	Prezent	Prezent	Prezent	Prezent
Anti-feedback	Prezent	Prezent	Prezent	Prezent
Sincronizarea și coordonare binaural	Prezent	Prezent	Prezent	Prezent
Metoda de programare	computerizată	computerizată	computerizată	computerizată

Data completării 06 04 2026

Cu stimă, administratorul SRL Sirexton, Serghei Casminin.