

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1559557203688	Data: 19 iun 2019, 14:00 - 25 iun 2019, 10:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Achiziționarea serviciilor de mentenanță	Lot: 2,4	Pagina: 1 din 1

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
2	50421000-2	Ultrasonograf HI VISION Avius, Prod. HITACHI, Anul 2014	-	-	-	Defect depistat: In timpul functionari se blocheaza, utilizarea este posibil doar după restartarea sistemului. Lucrari necesare: Reinstalarea sistemului de operare	conform documentelor de licitație, conform caietului de sarcini	-
4	50421000-2	Endoscop GIF-H185, S/N: 2400831, prod. Olympus	-	-	-	Defect depistat: Cămașa părții de inserție defect Dezermetizarea endoscopului Lucrări necesare: -înlocuirea cămașei părții de inserție,	conform documentelor de licitație, conform caietului de sarcini	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabzei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**