

余姚市菲利特环保设备有限公司产品出货检定证书

产品名称 充油压力表

交货数量 10PCS

证书编号 FLT20260511

生产计划单号		客户代号		测量上限 <u>1.0</u> (计量单位: <u>MPA</u>) 精密压力表量程 <u>1.6</u> MPA 精度等级 <u>±1.6</u> 级, 最大允许基本误差 <u>±0.016</u> (单位: <u>MPA</u>) 检定温度 <u>25</u> °C 检定用工作介质: <u>气</u> (气、液体、其他) 标准: <u>GB / T 1226-2017</u>						
定单号 (客户)		产品货号	YN60/1.0MPA	产 品 序 号	压力实际值 (计量单位: MPA)				来 回 差	轻 敲 位 移
压力范围	0-1.0MPA	检验结果			0	0.2	0.6	1		
接头螺纹	1/4ZG	检验结果		误差值	误差值	误差值	误差值			
表壳材料	304	检验结果		1	上升	-0.01	-0.005	0	0	0
接头材料	铜	检验结果			下降	-0.01	-0.005	0		
弹簧管材料	铜	检验结果		2	上升	-0.01	-0.005	-0.01	0	0
表蒙材料	PC	检验结果			下降	-0.01	-0.005	-0.01		
指针规格	Y60燕尾	检验结果		3	上升	-0.01	-0.005	0	0	0
表盘代号		检验结果			下降	-0.01	-0.005	0		
充油表是否漏油		检验结果		4	上升	-0.01	-0.005	-0.01	0	0
充油表充油量		检验结果			下降	-0.01	-0.005	-0.01		
内盒货号与产品货号是否一致		检验结果		5	上升	0	0	0	0	0
外箱货号与内盒货号是否一致		检验结果			下降	0	0	0		
产品追溯号		外箱定额包装数量		6	上升	-0.01	-0.005	-0.01	0	0
结论:					下降	-0.01	-0.005	0	0	0
				7	上升	-0.005	0	0	0	0
					下降	-0.005	0	0		
				8	上升	-0.005	-0.005	0	0	0
					下降	-0.005	-0.005	0		
				9	上升	-0.005	0	-0.01	0	0
					下降	-0.005	0	-0.01		
				10	上升	-0.005	0	-0.01	0	0
					下降	-0.005	0	-0.01		
				1、指针是否归零 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 2、指示装置 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 3、外观 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格						

检验员: _____

审核: _____

检验日期: _____