

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1710855710758 din 01.04.2024

Obiectul achiziției: Kituri de diagnostic LDSA 2024

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Set de diagnostic	TeSeE SAP COMBI KIT kit 384 teste Ref: 3551192	Franta	Bio-Rad	Set de diagnostic pentru detectarea PrPres prin test rapid ELISA în probe de țesut nervos de la bovine, ovine, caprine, cervidee. Setul format din 192 teste să conțină: Microplaci: 12 benzi formate a 8 godeuri învelite cu un anticorp monoclonal anti-PrPres Soluție de spălare Ser martor negativ liofilizat Ser martor pozitiv liofilizat Diluent pentru probe Conjugat Tamponul Substratului peroxidazei Cromogen Soluție de stopare Soluție de denaturare Soluție de clarificare Tampon de solubilizare Proteinaza K Folie adezivă pentru microplăci Setul sa fie standardizat la kitul etalon WOA.H, founded as OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.	Set de diagnostic pentru detectarea PrPres prin test rapid ELISA în probe de țesut nervos de la bovine, ovine, caprine, cervidee. Setul format din 384 teste să conțină: Microplaci: 12 benzi formate a 8 godeuri învelite cu un anticorp monoclonal anti-PrPres Soluție de spălare Ser martor negativ liofilizat Ser martor pozitiv liofilizat Diluent pentru probe Conjugat Tamponul Substratului peroxidazei Cromogen Soluție de stopare Soluție de denaturare Soluție de clarificare Tampon de solubilizare Proteinaza K Folie adezivă pentru microplăci Setul sa fie standardizat la kitul etalon WOA.H, founded as OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Prezentare: 2 seturi x 384 teste (echivalent 4 x 192 teste)	CE/ISO
6	Set de diagnostic	Platelia® Rabies II Kit ad usum veterinarium, kit 192 teste Ref: 3550180	Franta	Bio-Rad	Set de diagnostic să utilizeze principiul ELISA pentru detectarea și titrarea glicoproteinei virusului antirabic IgG în ser și plasmă animală, pentru analiza calitativă și cantitativă. Setul să conțină : plăci de microtitrare cu 96 de godeuri cu stripuri detașabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren soluție de spălare; flacoane cu ser martor negativ; flacoane cu ser martor pozitiv de câine cu 0,5 EU; flacoane cu ser martor pozitiv de câine cu 4 EU; flacoane cu diluant pentru probe; flacoane cu conjugat concentrat (anticorpi monoclonali specifici-conjugați cu peroxidază); flacoane cu substrat; cromogen; flacoane cu soluție pentru stopare (acid sulfuric); folie adezivă pentru microplăci. Controlarele să fie calibrate conform standardelor OIE.	Set de diagnostic să utilizeze principiul ELISA pentru detectarea și titrarea glicoproteinei virusului antirabic IgG în ser și plasmă animală, pentru analiza calitativă și cantitativă. Setul să conțină : plăci de microtitrare cu 96 de godeuri cu stripuri detașabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren soluție de spălare; flacoane cu ser martor negativ; flacoane cu ser martor pozitiv de câine cu 0,5 EU; flacoane cu ser martor pozitiv de câine cu 4 EU; flacoane cu diluant pentru probe; flacoane cu conjugat concentrat (anticorpi monoclonali specifici-conjugați cu peroxidază); flacoane cu substrat; cromogen; flacoane cu soluție pentru stopare (acid sulfuric); folie adezivă pentru microplăci. Controlarele să fie calibrate conform standardelor OIE. Prezentare: kit x 192 teste	CE/ISO
7	Tub de macerare (Grinding tubes)	TeSeE Kit Grinding Tubes (768 Tubes) Ref: 3551137	Franta	Bio-Rad	Tub de măcinare a țesuturilor moi : tuburile conțin mărgelile de porțelan/metal, sunt preumplute cu o cantitate optimă de matrice de lizare pentru a conferi omogenitate eficientă a probei analizate și cu un randament ridicat. Caracteristicile produsului: Tub cu capac filetat din polipropilenă armată de 1,4/2 ml preumplute cu mărgelile de porțelan/metal de 2,4 mm și o soluție cu biocid. Recomandat pentru: țesuturi moi. Certificare: RNase & DNase Free	Tub de măcinare a țesuturilor moi : tuburile conțin mărgelile de porțelan/metal, sunt preumplute cu o cantitate optimă de matrice de lizare pentru a conferi omogenitate eficientă a probei analizate și cu un randament ridicat. Caracteristicile produsului: Tub cu capac filetat din polipropilenă armată de 1,4/2 ml preumplute cu mărgelile de porțelan/metal de 2,4 mm și o soluție cu biocid. Recomandat pentru: țesuturi moi. Certificare: RNase & DNase Prezentare: 2 seturi x 768 bucati (total 1536 bucati)	CE/ISO
8	Seringi calibrate cu ace	TSE Calibration Syringe + Needle Ref:3551174	Franta	Bio-Rad	Seringi de unica folosință cu ace pentru recoltarea maceratului de țesut nervos, cu capacitatea de 1 ml, vârful acului bont	Seringi de unica folosință cu ace pentru recoltarea maceratului de țesut nervos, cu capacitatea de 1 ml, vârful acului bont. Prezentare: 5 seturi x 200 bucati (total 1000 bucati)	CE/ISO
9	Seringi colectare probe țesut nervos	BSE Test Sample Syringe Ref: 3551175	Franta	Bio-Rad	Seringi de unica folosință pentru recoltarea țesutului nervos, cu marcaj pentru cantitatea necesară de recoltat.	Seringi de unica folosință pentru recoltarea țesutului nervos, cu marcaj pentru cantitatea necesară de recoltat. Prezentare: 5 seturi x 200 bucati (total 1000 bucati)	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Levinga Alexandru În calitate de: Manager proiect

Ofertantul: SRL "Dialab Solutions" Adresa: str. Serghei Lazo 40, et.4, of.2