

Denumirea licitației:			Consumabilelor medicale pentru cabinetul de cardiologie intervențională pentru anul 2022 REPETAT						Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
				Emerge H749 391930812 0 H749 391940812 0 H749 391930815 0 H749 391940815 0 H749 391930820 0 H749 391930822 0 H749 391930825 0 H749 391930827 0 H749 391930830 0 H749 391930832 0 H749 391930835 0 H749 391930837 0 H749 391930840 0 H749 391931212 0 H749 391941212 0 H749 391931215 0 H749 391941215 0 H749 391931220 0 H749 391931222 0 H749 391931225 0 H749 391931227 0 H749 391931230 0 H749 391931232 0 H749 391931235 0 H749 391931237 0 H749 391931240 0					

33100 000-1	2	Balon pentru artere coronare	Balon pentru artere coronare	H749 391931240 0 H749 391931512 0 H749 391941512 0 H749 391931515 0 H749 391941515 0 H749 391931520 0 H749 391931522 0 H749 391931525 0 H749 391931527 0 H749 391931530 0 H749 391931532 0 H749 391931535 0 H749 391931537 0 H749 391931540 0 H749 391932012 0 H749 391942012 0 H749 391932015 0 H749 391942015 0 H749 391932020 0 H749 391932022 0 H749 391932025 0 H749 391932027 0 H749 391932030 0 H749 391932032 0 H749 391932035 0 H749 391932037 0 H749 391932040 0 H749 391933020 0 H749 391933022 0 H749 391933025 0 H749 391933027 0	SUA	Boston Scientific	Balon de tip RX, semicompliant, pentru angioplastie coronariana, cu acoperire hidrofila, diametre obligatorii 1.50,2.0,2.50,3.0,3.50,4.0; lungimi de balon 8mm,12mm,15mm, 20mm si 30mm obligatorii; Marcheri la ambele capete ale balonului din platina-iridiu, Shaft minim 130cm.	Balon de tip RX, semicompliant, pentru angioplastie coronariana, cu acoperire hidrofila, diametre obligatorii 1.50,2.0,2.50,3.0,3.50,4.0; lungimi de balon 8mm,12mm,15mm, 20mm si 30mm obligatorii; Marcheri la ambele capete ale balonului din platina-iridiu, Shaft minim 130cm.	CE/ISO Înregistrat la AMDM
----------------	---	------------------------------	------------------------------	--	-----	----------------------	--	--	-------------------------------

33100 000-2	3	Cateter ghid	Cateter ghid	Convey H749 39228472 0 H749 39264472 0 H749 39264473 0 H749 39265472 0 H749 39228769 0 H749 39264769 0 H749 39265769 0 H749 39228735 0 H749 39264735 0 H749 39264756 0 H749 39265735 0 H749 39265756 0 H749 39228736 0 H749 39264736 0 H749 39264757 0 H749 39265736 0 H749 39265757 0 H749 39228737 0 H749 39264737 0 H749 39264758 0 H749 39265737 0 H749 39265758 0 H749 39228738 0 H749 39264738 0 H749 39265738 0 H749 39228739 0 H749 39264739 0 H749 39264760 0 H749 39265739 0 H749 39228740 0 H749 39264740 0 H749 39264761 0 H749 39265740 0 H749 39265761 0 H749 39228741 0 H749 39264741 0 H749 39264762 0 H749 39228742 0 H749 39264742 0 H749 39264763 0 H749 39228743 0 H749 39264743 0 H749 39264764 0 H749 39228744 0 H749 39264744 0 H749 39264765 0 H749 39265744 0 H749 39228745 0 H749 39264745 0 H749 39264766 0 H749 39228583 0 H749 39264583 0	SUA	Boston Scientific	Cateter ghid, acoperire hidrofila, suport sporit, rezistenta la kink, strat intern fortificat din retea metalica,diametre interne obligatorii-5,6,7,8Fr; Lungime obligatorie -100 cm ; Curbe obligatorii: AL, AR, JL, JR, MP, TIG (sau echivalent)	Cateter ghid, acoperire hidrofila, suport sporit, rezistenta la kink, strat intern fortificat din retea metalica,diametre interne obligatorii-5,6,7,8Fr; Lungime obligatorie -100 cm ; Curbe obligatorii: AL, AR, JL, JR, MP, TIG (sau echivalent)	CE/ISO Înregistrat la AMDM
		Semnat : electronic		Nume,Prenume: Ion Vlas In calitate de : Expert Achizitii publice					
		Ofertantul: Life Med SRL		Adresa : RM, Mun. Chisinau, str. Tudor Strisca 30					