

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3.]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1608298657039</u> din 26.12.2020				
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale				
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Servicii de mențenanta pentru Aparat radiologic fix Unimad DRAD Josef Betschart AG, United States of America (the) Workstation-2	<p>Cerințe: Nomenclatorul lucrărilor de deservire profilactico-tehnică Deservirea (lunară)</p> <p>1. Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice x 2. Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice: x - frâne electromagnetice, dispozitive de acționare x - dispozitiv de centrare x 3. Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune: x - cablu de înaltă tensiune și dispozitiv de comandă x - generator și tub roentgen x 4. Verificarea calității dispozitivelor de siguranță din punct de vedere al conformității lor cu caracteristicile nominale necesare x 5. Verificarea integrității și existenței plombelor x 6. Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului) inclusiv următoarele verificări: x - verificarea orei programării regimului de lucru x - verificarea capacitații de lucru a Complexului în condițiile expunerii diferite x - verificarea parametrilor câmpului de lucru x - verificarea dozei de expunere x - verificarea capacitații de lucru la modificarea tensiunii de alimentare x - verificarea puterii consumate x</p>	<p>Cerințe: Nomenclatorul lucrărilor de deservire profilactico-tehnică Deservirea (lunară)</p> <p>1. Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice x 2. Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice: x - frâne electromagnetice, dispozitive de acționare x - dispozitiv de centrare x 3. Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune: x - cablu de înaltă tensiune și dispozitiv de comandă x - generator și tub roentgen x 4. Verificarea calității dispozitivelor de siguranță din punct de vedere al conformității lor cu caracteristicile nominale necesare x 5. Verificarea integrității și existenței plombelor x 6. Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului) inclusiv următoarele verificări: x - verificarea orei programării regimului de lucru x - verificarea capacitații de lucru a Complexului în condițiile expunerii diferite x - verificarea parametrilor câmpului de lucru x - verificarea dozei de expunere x - verificarea capacitații de lucru la modificarea tensiunii de alimentare x - verificarea puterii consumate x</p>	CE/ISO

	<ul style="list-style-type: none"> - verificarea calității parametrilor electrici ai modurilor de lucru x - verificarea capacitații distinctive x <p>7 Verificarea și ajustarea centrării canalului roentgenooptic x</p> <p>8.Calibrare detector digital trimestrial</p> <p>9. Verificare și calibrare tub radiologic Anual</p> <p>Executorul se obligă:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Să efectueze lucrările de reparație tehnică (menenanță corectivă), conform cerintelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta. 2. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de exploatare (pașapoarte tehnice). 3. Inspecția stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și după efectuarea lucrărilor de reparație curentă. 4. Intervenția se face, doar în prezența persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. În caz de deteriorare sau pierdere a oricărui aparat, parți componente, accesoriilor, instrumentelor, din vina agentului economic, ce repară utilajul în cauză, toate pagubile materiale li se atribuie. 5 Să îndeplinească registrele de menenanță tehnică, jurnale de deservire, după fiecare intervenție la dispozitiv; 6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea aparatelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante. 7. Garanția lucrărilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție (Registrul de menenanță tehnică). 8. În caz de defectare, Executantul se obligă să raspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 12 ore din 	<ul style="list-style-type: none"> - verificarea calității parametrilor electrici ai modurilor de lucru x - verificarea capacitații distinctive x <p>7 Verificarea și ajustarea centrării canalului roentgenooptic x</p> <p>8.Calibrare detector digital trimestrial</p> <p>9. Verificare și calibrare tub radiologic Anual</p> <p>Executorul se obligă:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Să efectueze lucrările de reparație tehnică (menenanță corectivă), conform cerintelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta. 2. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de exploatare (pașapoarte tehnice). 3. Inspecția stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și după efectuarea lucrărilor de reparație curentă. 4. Intervenția se face, doar în prezența persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. În caz de deteriorare sau pierdere a oricărui aparat, parți componente, accesoriilor, instrumentelor, din vina agentului economic, ce repară utilajul în cauză, toate pagubile materiale li se atribuie. 5 Să îndeplinească registrele de menenanță tehnică, jurnale de deservire, după fiecare intervenție la dispozitiv; 6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea aparatelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante. 7. Garanția lucrărilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție (Registrul de menenanță tehnică). 8. În caz de defectare, Executantul se obligă să raspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 12 ore din
--	---	---

	<p>8. În caz de defectare, Executantul se obligă să raspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 12 ore din momentul anunțului (verbal, scris) al Beneficiarului.</p> <p>9. Stațiunile tehnice, nu vor depăși mai mult de 1-2 zile calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris).</p> <p>10. Stațiunile tehnice din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de reparație, montare, ajustare, ca și din cauza lipsei pieselor de schimb, pentru efectuarea lucrărilor de reparație de complexitate înaltă, vor fi excluse din achitările contractuale. Durata stațiunilor tehnice nu va depăși max. 5 zile lucratoare.</p> <p>11. Toate comunicările între părți, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal, confirmarea de luare la cunoștință a solicitării fiind obligatorie.</p> <p>În prezentul contract de reparație sunt incluse:</p> <p>1. Prețul (costul) noilor piese de schimb, ce sunt mai mult 1000 lei, nu sunt incluse în suma contractului, ci procurate în afara contractului.</p> <p>2. Lucrările de reparație curente a utilajului medical, care nu pot fi executate pe loc, se efectuează la sediul Executantului. În acest caz, Executantul asigură transportarea utilajului tur-retur.</p> <p>3. În cazul determinării unui defect, de ordin optional, sau de ordin material, care afectează funcționarea utilajului medical deservit, Executorul perfectează împreună cu reprezentanții serviciului de aparataj medical al Instituției, un act de defectare și-l prezinta Beneficiarului.</p> <p>4. Dupa fiecare lucrare de deservire efectuată, Executantul trebuie să prezinte Beneficiarului un raport service (tehnic), specificând detaliile acțiuniilor de întrețineri efectuate și orice schimbări de piese, care sau efectuat.</p>	<p>momentul anunțului (verbal, scris) al Beneficiarului.</p> <p>9. Stațiunile tehnice, nu vor depăși mai mult de 1-2 zile calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris).</p> <p>10. Stațiunile tehnice din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de reparație, montare, ajustare, ca și din cauza lipsei pieselor de schimb, pentru efectuarea lucrărilor de reparație de complexitate înaltă, vor fi excluse din achitările contractuale. Durata stațiunilor tehnice nu va depăși max. 5 zile lucratoare.</p> <p>11. Toate comunicările între părți, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal, confirmarea de luare la cunoștință a solicitării fiind obligatorie.</p> <p>În prezentul contract de reparație sunt incluse:</p> <p>1. Prețul (costul) noilor piese de schimb, ce sunt mai mult 1000 lei, nu sunt incluse în suma contractului, ci procurate în afara contractului.</p> <p>2. Lucrările de reparație curente a utilajului medical, care nu pot fi executate pe loc, se efectuează la sediul Executantului. În acest caz, Executantul asigură transportarea utilajului tur-retur.</p> <p>3. În cazul determinării unui defect, de ordin optional, sau de ordin material, care afectează funcționarea utilajului medical deservit, Executorul perfectează împreună cu reprezentanții serviciului de aparataj medical al Instituției, un act de defectare și-l prezinta Beneficiarului.</p> <p>4. Dupa fiecare lucrare de deservire efectuată, Executantul trebuie să prezinte Beneficiarului un raport service (tehnic), specificând detaliile acțiuniilor de întrețineri efectuate și orice schimbări de piese, care sau efectuat.</p>
--	--	--

		<p>service (tehnic), specificând detaliile acțiunilor de întrețineri executate și orice schimbări de piese, care sau efectuat.</p> <p>5.Pieselete defectate devin proprietatea Beneficiarului de îndată, ce sunt schimbate</p> <p>6.Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical si tehnic, cu privire la utilizarea dispozitivelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante.</p>	<p>5.Pieselete defectate devin proprietatea Beneficiarului de îndată, ce sunt schimbate</p> <p>6.Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical si tehnic, cu privire la utilizarea dispozitivelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante.</p>	
2	Servicii de mențenanta pentru Aprat radiologic fix CRDD- 09-ALFA, Teleoptic, Ucraina Workstation-2	<p>Cerințe:</p> <p>Nomenclatorul lucrărilor de deservire profilactico-tehnica Deservirea (lunară)</p> <ul style="list-style-type: none"> . Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice x Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice: x <ul style="list-style-type: none"> - frâne electromagnetice, dispozitive de acționare x - dispozitiv de centrage x Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune: x <ul style="list-style-type: none"> - cablu de înaltă tensiune și dispozitiv de comandă x - generator și tub roentgen x Verificarea calității dispozitivelor de siguranță din punct de vedere al conformității lor cu caracteristicile nominale necesare x Verificarea integrității și existenței plombelor x Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului) inclusiv următoarele verificări: x <ul style="list-style-type: none"> - verificarea orei programării regimului de lucru x - verificarea capacitații de lucru a Complexului în condițiile expunerii diferite x - verificarea parametrilor câmpului de lucru x - verificarea dozei de expunere x - verificarea capacitații de lucru la modificarea tensiunii de alimentare x - verificarea puterii consumate x 	<p>Cerințe:</p> <p>Nomenclatorul lucrărilor de deservire profilactico-tehnică Deservirea (lunară)</p> <ul style="list-style-type: none"> . Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice x Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice: x <ul style="list-style-type: none"> - frâne electromagnetice, dispozitive de acționare x - dispozitiv de centrage x Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune: x <ul style="list-style-type: none"> - cablu de înaltă tensiune și dispozitiv de comandă x - generator și tub roentgen x Verificarea calității dispozitivelor de siguranță din punct de vedere al conformității lor cu caracteristicile nominale necesare x Verificarea integrității și existenței plombelor x Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului) inclusiv următoarele verificări: x <ul style="list-style-type: none"> - verificarea orei programării regimului de lucru x - verificarea capacitații de lucru a Complexului în condițiile expunerii diferite x - verificarea parametrilor câmpului de lucru x - verificarea dozei de expunere x - verificarea capacitații de lucru la modificarea tensiunii de alimentare x - verificarea puterii consumate x 	CE/ISO

	<ul style="list-style-type: none"> - verificarea calității parametrilor electrici ai modurilor de lucru x - verificarea capacitatei distinctive x <p>Verificarea și ajustarea centrării canalului roentgenooptic x</p> <p>Calibrare detector digital trimestrial</p> <p>. Verificare și calibrare tub radiologic Anual</p> <p>Executorul se obligă:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Să efectueze lucrările de reparație tehnică (menenanță corectivă), conform cerintelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta. 2. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de exploatare (pașapoarte tehnice). 3. Inspecția stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și după efectuarea lucrărilor de reparație curentă. 4. Intervenția se face, doar în prezența persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. În caz de deteriorare sau pierdere a oricărui aparat, partii componente, accesoriorilor, instrumentelor, din vina agentului economic, ce repară utilajul în cauză, toate pagubile materiale li se atribuie. 5. Să îndeplinească registrele de menenanță tehnică, jurnale de deservire, după fiecare intervenție la -ispozitiv; 6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea aparatelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante. 7. Garanția lucrărilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție (Registrul de menenanță tehnică). 	<ul style="list-style-type: none"> - verificarea calității parametrilor electrici ai modurilor de lucru x - verificarea capacitatei distinctive x <p>Verificarea și ajustarea centrării canalului roentgenooptic x</p> <p>Calibrare detector digital trimestrial</p> <p>. Verificare și calibrare tub radiologic Anual</p> <p>Executorul se obligă:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Să efectueze lucrările de reparație tehnică (menenanță corectivă), conform cerintelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta. 2. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de exploatare (pașapoarte tehnice). 3. Inspecția stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și după efectuarea lucrărilor de reparație curentă. 4. Intervenția se face, doar în prezența persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. În caz de deteriorare sau pierdere a oricărui aparat, partii componente, accesoriorilor, instrumentelor, din vina agentului economic, ce repară utilajul în cauză, toate pagubile materiale li se atribuie. 5. Să îndeplinească registrele de menenanță tehnică, jurnale de deservire, după fiecare intervenție la -ispozitiv; 6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea aparatelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante. 7. Garanția lucrărilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție (Registrul de menenanță tehnică). 8. În caz de defectare, Executantul se obligă să răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 12 ore din momentul anunțului (verbal, scris) al Beneficiarului. - 9. Stațiunile tehnice, nu vor depăși mai mult de 1-2 zile calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării 	
--	---	--	--

	<p>8. În caz de defectare, Executantul se obligă să raspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 12 ore din momentul anunțului (verbal, scris) al Beneficiarului.</p> <p>- 9. Stațiunile tehnice, nu vor depăși mai mult de 1-2 zile calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris).</p> <p>10. Stațiunile tehnice din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de reparație, montare, ajustare, ca și din cauza lipsei pieselor de schimb, pentru efectuarea lucrărilor de reparație de complexitate înaltă, vor fi excluse din achitările contractuale. Durata stațiunilor tehnice nu va depăși max. 5 zile lucratoare.</p> <p>11. Toate comunicările între părți, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal, confirmarea de luare la cunoștință a solicitarii fiind obligatorie.</p> <p>În prezentul contract de reparație sunt incluse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prețul (costul) noilor piese de schimb, ce sunt mai mult 1000 lei, nu sunt incluse în suma contractului, ci procurate în afara contractului. 2. Lucrările de reparație curente a utilajului medical, care nu pot fi executate pe loc, se efectuează la sediul Executantului. În acest caz, Executantul asigură transportarea utilajului tur-retur. 3. În cazul determinării unui defect, de ordin optional, sau de ordin material, care afectează funcționarea utilajului medical deservit, Executorul perfectează împreună cu reprezentanții serviciului de aparataj medical al Instituției, un act de defectare și-l prezinta Beneficiarului. 4. Dupa fiecare lucrare de deservire efectuată, Executantul trebuie să prezinte Beneficiarului un raport service (tehnic), specificând detaliile acțiunilor de întrețineri efectuate și orice schimbări de piese, care s-au efectuat. 5. Piesele defectate devin proprietatea Beneficiarului de îndată, ce sunt schimbate 6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea dispozitivelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante 	
--	--	--

		<p>(tehnic), specificând detaliile acțiunilor de întrețineri executate și orice schimbări de piese, care s-au efectuat.</p> <p>5. Piezele defectate devin proprietatea Beneficiarului de îndată, ce sunt schimbată</p> <p>6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea dispozitivelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante</p>	
--	--	---	--

Semnat:

Numele, Prenumele: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: ANCOTEC-SISTEM SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă, 44, of. 111