

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:	Achizitii.md ID 21218890, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1713765513168 din „22” aprilie 2024
Obiectul achiziției:	Medii de cultură

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 134 Vidas reactivi							
134.1	134.1. VIDAS CD GDH 60 teste	30125_VIDAS C. Difficile GDH	Franța	BioMérieux SA	Kit-60 teste	30125_VIDAS C. Difficile GDH. VIDAS® C. difficile GDH (GDH) este un test automat bazat pe tehnica Enzyme Linked Fluorescent Assay (ELFA – Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență), care se poate utiliza pe familia de aparate VIDAS®. Analiza VIDAS® C. difficile GDH (glutamat dehidrogenază) este un test calitativ care detectează antigenul C. difficile, glutamat dehidrogenaza, ca metodă de identificare a prezenței C. difficile în probele de materii fecale de la persoanele suspectate de infecție cu C. difficile (CDI). Prin intermediul testelor suplimentare, se detectează toxinele de C. difficile, iar testul trebuie utilizat ca sprijin în diagnosticarea infecției cu C. difficile. Ca și în cazul altor teste de C. difficile, rezultatele trebuie interpretate coroborat cu istoricul pacientului. 60 teste/kit	CE, ISO
134.2	134.2. VIDAS CD Toxina A/B 60 teste	30118_VIDAS C. DIFFICILE TOXIN A/B	Franța	BioMérieux SA	Kit-60 teste	30118_VIDAS C. DIFFICILE TOXIN A/B. Testul VIDAS® C. difficile Toxin A & B (CDAB) este un test automat care se utilizează cu gama de aparate VIDAS® pentru detectarea calitativă a toxinei A și a toxinei B Clostridium difficile în probele de scaun utilizând tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay – Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență). Testul VIDAS® C. difficile toxin A & toxin B (CDAB) asistă la diagnosticarea clinică a afecțiunilor asociate cu Clostridium difficile (CDAD). 60 teste/kit	CE, ISO
134.3	134.3. Quality Control Vidas	30706_VIDAS QCV - CONTROLUL CALITATII	Franța	BioMérieux SA	Set=60 teste	30706_VIDAS QCV - CONTROLUL CALITATII. Quality Control VIDAS® (QCV) este utilizat pentru detectarea funcționării anormale a mecanismelor de pipetare care pot afecta rezultatele testelor biologice. De asemenea, este destinat pentru verificarea capacității sistemului optic de a măsura niveluri ridicate de fluorescență. Set = 60 teste	CE, ISO
Lotul 135 Reactivi/consumabile pentru BACT/ALERT							
135.1	135.1. Sticlă de cultură BACT/ALERT FA PLUS Aerobic	410851_BacT/ALERT FA Plus	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucată = o sticlă, conține 30 ml de mediu complex suplimentat	410851_BacT/ALERT FA Plus. Flacoanele de cultură BACT/ALERT® FA Plus se utilizează cu sistemele de detecție microbiană BACT/ALERT® în procedurile calitative de recuperare și detecție a microorganismelor aerobe și facultative anaerobe (bacterii și levuri) din sânge și din alte lichide biologice sterile în mod normal. Buc. = flacon. Conform cerintelor. Ambalaj: 100 flacoane/cutie	CE, ISO
135.2	135.2. Sticlă de cultură BACT/ALERT FN PLUS Anaerobic	410852_BacT/ALERT FN Plus	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucată = o sticlă, conține 40 ml de mediu complex suplimentat	410852_BacT/ALERT FN Plus. Flacoane de hemocultură BacT/ALERT® FN Plus, utilizate cu sistemul de detecție microbiană BacT/ALERT® în procedurile calitative de recuperare și detecție a microorganismelor anaerobe și facultative anaerobe din sânge și din alte lichide biologice sterile. Buc. = flacon. Conform cerintelor. Ambalaj: 100 flacoane/cutie	CE, ISO
135.3	135.3. Sticlă de cultură BACT/ALERT PF PLUS Aerobic pediatric	410853_BacT/ALERT PF Plus	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucată = o sticlă, conține 30 ml de mediu complex suplimentat	410853_BacT/ALERT PF Plus. Flacoanele de cultură BACT/ALERT® PF Plus se utilizează cu sistemele de detecție microbiană BACT/ALERT® în procedurile calitative de recuperare și detecție a microorganismelor aerobe și facultative anaerobe (bacterii și levuri) din sânge. Buc. = flacon. Conform cerintelor. Ambalaj: 100 flacoane/cutie	CE, ISO
135.4	135.4. Agar Mueller Hinton cu 5% sânge de cal + 20 mg/l β NAD (MHF)	43901. Agar Mueller Hinton cu 5% sânge de cal + 20 mg/l β-NAD (MHF)	Franța	bioMerieux SA	Set = 20 cutii x 90 mm	Agar Mueller Hinton cu 5% sânge de cal + 20 mg/l β-NAD (MHF). Acest mediu este un mediu pentru testarea difuzimetrică a susceptibilității antimicrobiene a microorganismelor pretențioase (pneumococi și alți streptococi, Haemophilus, Moraxella, Campylobacter, Pasteurella, Listeria monocytogenes și Corynebacterium). Mediul a fost dezvoltat în conformitate cu recomandările EUCAST [Comisia Europeană pentru Testarea Susceptibilității Antimicrobiene]. Ref. 43901. Set = 2x10 plăci 90 mm	CE, ISO
135.5	135.5.CALIBRATOR STICKS BACT ALERT, REF 421931	421931_CALIBRATOR STICKS BACT/ALERT	SUA	bioMerieux, Inc.	Bucată=Kit	421931_CALIBRATOR STICKS BACT/ALERT. Bucată = kit	ISO

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman
Ofertantul: S.R.L. Mediclim AM

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, Mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1