

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1664984002525 din 5 nov 2022, 14:50 - 26 nov 2022, 15:50

Obiectul achiziției: Achiziționarea de Consumabile Medicale conform necesităților IMSP Institutul Medicină Urgentă, pentru anul 2023

Co d CP V	Nr. d/o	Denumire Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standard e de referință
			1	2	3	4	5	6	7
			Bunuri/servicii						
33 10 00 00 -1	6	Ansa pentru polipectomie	Ansa pentru polipectomie	PFS01-01523230 PFS01-02023230 PFS01-02423230 PFS01-12423230	China	Micro- Tech	Colonoscopia,Lungimea cateter -2200mm, canal endoscop 2,8mm, diametru 15-22-25-mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	7	Ansa pentru polipectomie	Ansa pentru polipectomie	PFS01-01523230 PFS01-02023230 PFS01-02423230 PFS01-12423230	China	Micro- Tech	EGDS, Lungimea cateter - 1650mm ,canal endoscop 2,8mm, diametru - 15-25mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	8	Balon extractor de calculi	Balon extractor de calculi	SRB-T-15/18/21-20	China	Micro- Tech	Balon extractor de calculi. Lungimea minim 1950cm, diametru balon -20mm, canal - 3,2mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	9	Balon pentru pneumodilatate a căilor biliare	Balon pentru pneumodilatate a căilor biliare	MBD-AM-BB-2	China	Micro- Tech	Balon pentru pneumodilatate a căilor biliare Lungimea caterer-2200 mm.Canal endoscop. - 2,8 mm, diametru balon 6-8 mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	10	Balon pentru pneumodilatate a structurilor tractului digestiv	Balon pentru pneumodilatate a structurilor tractului digestiv	MBD-EM-BB-2 MBD-FM-BB-2	China	Micro- Tech	Lungimea cateter - 2200mm , canal endoscop 2,8mm , diametru balon 15-20mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	12	Bandaj pentru fixare	Bandaj pentru fixare	811013	Polonia	Zarys	Bandaj pentru fixare Tip Vega (fixarea cateter i/v), dimensiune 6X8cm	Conform broșurii anexate	CE/ISO

33 10 00 00 -1	14	Burete abraziv pentru instrumente de cuagulare	Burete abraziv pentru instrumente de cuagulare	30537	Italia	Gima	Burete abraziv pentru instrumente de cuagulare. Dimensiuni: 5x5cm(±2cm).Steril, ambalate individual	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	15	Caciulita p/u EEG albastra 4/7 58- 72cm	Caciulita p/u EEG albastra 4/7 58- 72cm	CUEE60S	Italia	SeiEmg	Caciulița EEG preasamblată cu 21 electrozi, amplasați după sistemul standart 10-20. Caciulițele sunt perforate, perforațiile căptușite cu cauciuc, electrozii cu dimensiunile 1300-1500 si grosime standart sunt amplasate extern sau intern si fixate de cauciuc.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	16	Caciulita p/u EEG galbena S50-54cm	Caciulita p/u EEG galbena S50-54cm	CUEE52S	Italia	SeiEmg	Caciulița EEG preasamblată cu 21 electrozi, amplasați după sistemul standart 10-20. Caciulițele sunt perforate, perforațiile căptușite cu cauciuc, electrozii sunt dimensiunile 1300-1500 si grosime standart sunt amplasate extern sau intern si fixate de cauciuc.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	17	Caciulita p/u EEG rosie M/6 54-58cm	Caciulita p/u EEG rosie M/6 54-58cm	CUEE56S	Italia	SeiEmg	Caciulița EEG preasamblată cu 21 electrozi, amplasați după sistemul standart 10-20. Caciulițele sunt perforate, perforațiile căptușite cu cauciuc, electrozii cu dimensiunile 1300-1500 si grosime standart sunt amplasate extern sau intern si fixate de cauciuc.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	18	Caciulita p/u EEG verde XS 48-50cm	Caciulita p/u EEG verde XS 48-50cm	CUEE48S	Italia	SeiEmg	Caciulița EEG preasamblată cu 21 electrozi, amplasați după sistemul standart 10-20. Caciulițele sunt perforate, perforațiile căptușite cu cauciuc, electrozii cu dimensiunile 1300-1500 si grosime standart sunt amplasate extern sau intern si fixate de cauciuc.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	27	Cateter i/v cu valvă periferic	Cateter i/v cu valvă periferic	KDBP-07-19, KDBP- 09-25, KDBP-11-32, KDBP-13-45, KDBP- 15-45, KDBP-17-45.	Polonia	Zarys	cateter periferic cu port suplimentar pentru perfuzie si (valva de silicon) din PUR,X-RAY.Material poliuretan Dimensiune G24G122,G20,G18,G16;	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	37	Clame hemostatice endoscopice(set de singura folosința)	Clame hemostatice endoscopice(set de singura folosința)	SX-HC-2300-090L SX-HC-2300-135L	China	Schangxia ng	Clame hemostatice endoscopice(set de singura folosința). Lungimea cateter-2200mm , diametru - 2,8mm, open width - 11mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	41	Coș + extractor de calculi	Coș + extractor de calculi	BK1-B22-20-23-200 BK1-B22-25-23-200 BK1-B22-30-23-200 BK1-B22-35-23-200	China	Micro- Tech	Spiralat, lungime -190cm, canal - 2,8mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	42	Coș + extractor de calculi	Coș + extractor de calculi	MI-FG-ZJ-23*2300- 40	China	Schangxia ng	Hexagonal , lungime - 190cm , canal - 2,8mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00	43	Dispozitiv pentru ligaturarea polipilor	Dispozitiv pentru ligaturarea polipilor	HX-400U-30	Japonia	Olympus	Lungimea caterer-2300 mm, canal endoscop 2,8 mm, diametru 30 mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO

00 -1									
33 10 00 00 -1	44	Dispozitiv pentru aspiratie/transfer de solutii perfuzabile	Dispozitiv pentru aspiratie/transfer de solutii perfuzabile	PPLN	Polonia	Zarys	Filtru antibacterian 0,45µm pe canalul de echilibrare a presiunilor. Filtru antiparticule de 5µm pe canalul activ , capacel albastru	Conform broşurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	45	Dispozitiv protectie gura(dinţi)	Dispozitiv protectie gura(dinţi)	AC01-103.A AC01-103.M	China	Micro-Tech	Dispozitiv din cauciuc moale cu banda ajustabila atasata.Marimi M,L	Conform broşurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	47	Electrod p/u electrocoagulator(d iadermocuaagulare)	Electrod p/u electrocoagulator(d iadermocuaagulare)	MB100	Spania	Telic	Electrod p/u electrocoagulator(diadermocuaagulare). Fir monofocal 3 mm	Conform broşurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	49	Emplastru 5cmx5m	Emplastru 5cmx5m	SPE50005W	Polonia	Zarys	"Emplastru banda 5cmx5m material netesut poliuritan,transparent cu microperforări "	Conform broşurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	50	Emplastru 1.25cmx5m	Emplastru 1.25cmx5m	SPE12505W	Polonia	Zarys	Emplastru banda 1.25cmx5m material netesut poliuritan,transparent cu microperforări	Conform broşurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	55	Emplastru 6X10cm	Emplastru 6X10cm	801012	Polonia	Zarys	6X10cm, bactericid , hipoalergic pe suport textil	Conform broşurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	57	Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optima la umiditatii si caldurii	Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optima la umiditatii si caldurii	MN137	Turcia	Morton	Filtru cu returnare de umiditate şi căldură, pentru circuite de respiraţie, antiviral antibacterian, electrostatic pentru protecţia pacienţilor, personalului, echipamentelor de ventilaţie şi anestezie, pentru adulţi, cu port Luer Lock cu capac etanşator anti-pierdere, cu mecanism antiocluşional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puţin 99.999%, return H2O cel puţin 32,0 mg H2O/l, rezistenţa la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Conform broşurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	59	Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de	Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratori de	MN137	Turcia	Morton	Filtru pentru protectia echipamentului respirator si concentratoarelor de oxigen (24ore, contraindicat conectarii la pacienti), eficienta antivirala si antibacteriana peste 99,999%, conectiuni 22F/15M-22M/15F, rezistenta la flux 30 l/min nu mai putin 1,2cm H2O, volum compresibil 90-113ml, greutate nu mai mult de 43g.	Conform broşurii anexate	CE/ISO

		oxigen (24ore) , nu se conecteaza la pacienti	oxigen (24ore) , nu se conecteaza la pacienti				Material: polipropilena, acril, ceramica.Ambalat individual, curat clinic.		
33 10 00 00 -1	60	Filtru pentru utilizarea în anestezie sau în TI	Filtru pentru utilizarea în anestezie sau în TI	MN136	Turcia	Morton	Filtru pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilație și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 60ml, greutate nu mai mult de 28g, volumul Tidal minim 200 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	62	Forceps de litoextracție pentru ureterscop	Forceps de litoextracție pentru ureterscop	794-392	Germania	Tekno	rigid,lungimea peste 60cm, diametru 3,3Fr, capăt distal tip Alligator	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	64	Ghid pentru PCGRE	Ghid pentru PCGRE	NV-GS354453M	Japonia	Terumo	Ghid(pentru PCGRE) lungimea - 4500mm , diametru - max 0,63mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	66	Injector endoscopic	Injector endoscopic	IN12-225232302	China	Micro-Tech	Teflon cateter, Sistem de fixare a pozitiei, Luer conector ,lungimea cateter 2200mm, diametru-2,8 , lungimea ac-5mm , diametru ac-22G	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	69	Mandren intubare pentru sonde endotraheale	Mandren intubare pentru sonde endotraheale	PRI-06, PRI-10, PRI-14	Polonia	Zarys	Dispozitiv cu mobilitate buna, capete rotunjite si strat de plastic care acopera complet dispozitivul cu scopul evitarii traumei.Marimi 6,10,14F	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	74	Mască de ventilație pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon	Mască de ventilație pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon	5572.303/403/503/603	Vygon	Franța	CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie sa acopere nas si gura, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa, port pentru masurare presiunii cu diametrul Ø 4mm, posibilitate de a conencta canula cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm, corpul mastii sa fie solid (polycarbonat), suport la frunte cu posibilitati de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon), sa nu contine latex, banda de sustinere din material elastic cu latime ≤22mm, valva de protectie de asfixie,sistema de exhalatie incorporata, posibilitate de a prelucra masca cu substante chimice (desinfectante), nivelul de zgomot ≤28dB.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	79	Masca pentru oxigen	Masca pentru oxigen	MTS-M, MTS-L, MTS-XL	Polonia	Zarys	Nr. 4,5-6/maturi, unică folosință, cu fixator, tub de conectare 1,5-2m	Conform broșurii anexate	CE/ISO

33 10 00 00 -1	83	Mască respiratorie p/VAP neinvaziva	Mască respiratorie p/VAP neinvaziva	5572.303/403/503/603	Vygon	Franța	Trebuie sa acopere nas si gura, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa, port pentru efectuare investigatiilor endoscopice, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm, corpul mastii sa fie solid (polycarbonat), suport la frunte cu posibilitati de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon), sa nu contine latex, banda de sustinere din material elastic cu latime ≤22mm, posibilitate de a prelucra masca cu substante chimice (desinfectante), nivelul de zgomot ≤28dB. Certificate - CE, 93/42/EEC - IIa, ISO 13485	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	84	Pansament ocular steril	Pansament ocular steril	803011	Polonia	Zarys	Dimensiune :9,5-10,5cm X 6,5-75cm, steril, hipoalergic, antiseptic, cu margini adezive circular	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	85	Papilotom arcuat	Papilotom arcuat	DSP-30025-111211 DSP-30020-111211	China	Micro-Tech	Lungimea - 200cm , triluminal,port de irigare/contrastare, port pentru ghid, compatibil cu ghid 0,035, fir de taiere monofilament, partial izolat, unica folosinta	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	86	Papilotom puncțional	Papilotom puncțional	DSP-30505-121111 DSP-30505-121211	China	Micro-Tech	Ac lungimea -5mm , Lungimea - 200cm , triluminal,	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	87	Pensa pentru biopsie	Pensa pentru biopsie	EBF43-11123230	China	Micro-Tech	Lungimea cateter - 2200mm , diametru - 2,8mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	95	Prelungitor pentru seringa 50ml injectomat	Prelungitor pentru seringa 50ml injectomat	P1500-BF	Polonia	Zarys	Prelungitor pentru seringă 50ml injectomat, original perfuzor tubing PE	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	102	Set aspirație Yankauer	Set aspirație Yankauer	ZO-212400104	Polonia	Zarys	Set aspirație Yankauer cu tub conector de 210 cm și canula Yankauer, steril. Canula indoită cu capac perforat. Lungime totală canula Yankauer: 27,4 cm Diametru interior al lumenului canulei: 3,7. De unica folosinta.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	142	Stent metalic Autoexpandabil	Stent metalic Autoexpandabil	ST01-103.24.140	China	Micro-Tech	Acoperit cu silicon, diametru 2,4cm , lungimea 140mm, cu sistem de aplicare	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	143	Stent ureteral Long-Life	Stent ureteral Long-Life	EG560xxx + 41BX (Ghid din Nitinol)	Japonia	Olympus	Material termosensibil cu micșorarea duritatii la temperatura corpului , perioada intracorporala pina la 12 luni.Lungimea 26-28cm, 5-6-7Fr, cu ghid metalic elastic si pusher în complet.	Conform broșurii anexate	CE/ISO

33 10 00 00 -1	146	Stenturi biliare	Stenturi biliare				Oligator: dotate cu pucher , teflon , diametru 8-10Fr.(la solicitare)	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33 10 00 00 -1	147	Tub conector la tubul de intubare Mount	Tub conector la tubul de intubare Mount	PMR-22-K	Polonia	Zarys	Tub prelungitor pentru conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străvezii, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu pentru aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 180mm, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, curat clinic.	Conform broșurii anexate	CE/ISO

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**