

Specificații tehnice (F4.1)

**Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IMSP Institutul Mamei și Copilului**  
**Denumirea COP: Servicii de deservire a utilajului radiologic**

Cod CPV	Nr.	Denumirea bunurilor si/ sau serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>LOT 2</b>								
<u>50400000-9</u>	1	Sistem de radiografie generală	RadSpeed, Shimadzu	Japonia	Shimadzu	Lucrări lunare efectuate: Mentenanta, calibrare, testare.	Conform specificației solicitate	CE
<u>50400000-9</u>	2	Sistem fluoroscopic	SonialVision G4, Shimadzu	Japonia	Shimadzu	Lucrări lunare efectuate: Mentenanta, calibrare, testare.	Conform specificației solicitate	CE
<u>50400000-9</u>	3	Sistem radiografic general cu fluoroscopie	RadSpeed + SonialVision G4, Shimadzu	Japonia	Shimadzu	Lucrări lunare efectuate: Mentenanta, calibrare, testare.	Conform specificației solicitate	CE
<u>50400000-9</u>	4	Dispozitiv radiografic mobil	MobileArt Evolution, Shimadzu	Japonia	Shimadzu	Lucrări lunare efectuate: Mentenanta, calibrare, testare.	Conform specificației solicitate	CE

**Cerințe generale:**

- a. Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui;
  - b. Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documentele ulterioare specifice lucrării.
  - c. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;
  - d. La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis.
- După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului;

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei  
 În calitate de: Director  
 Ofertantul: „Neotec” SRL  
 Adresa: mun. Chisinau, str. Zaikin, 37