

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.35)

prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV 33100000-1

Nr. Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Beneficiar	Valoarea estimativă fără TVA																																																																													
1	Monitor Holter ECG (caracteristici avansate) 260270	Bucată	1	<table><tr><td colspan="3">Monitor Holter ECG (caracteristici avansate)</td></tr><tr><td>Cod</td><td colspan="2">260270</td></tr><tr><td>Descriere</td><td colspan="2">Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repaosului si la efort.</td></tr><tr><td>Parametrul</td><td></td><td>Specificația</td></tr><tr><td>Tip pacient</td><td></td><td>adult, pediatric</td></tr><tr><td colspan="2">Numărul de canale de procesare</td><td>12</td></tr><tr><td>Configurația</td><td>Portabil</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Derivațiile</td><td>Tip înregistrare</td><td>automat</td></tr><tr><td>Gama de frecvență</td><td>De diagnostic</td><td>0.05-100 Hz</td></tr><tr><td colspan="2">Impedanța de intrare</td><td>≥ 100 MOhm</td></tr><tr><td colspan="2">Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz</td><td>> 100 dB</td></tr><tr><td colspan="2">Detectare pacemaker</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td rowspan="2">Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate)</td><td>de achiziție</td><td>≥ 1200 Hz</td></tr><tr><td>Frecvența ajustabilă</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Rezoluția</td><td>ADC (Convertor Analog/Digital)</td><td>≥ 14 bit</td></tr><tr><td rowspan="2">Ecran</td><td>LCD</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>lumină fundal</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td rowspan="2">Date ecran</td><td>ora</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>statut baterie</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td colspan="2">Indicator deconectare electrod acustic sau vizual</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td colspan="2">Buton evenimente</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td colspan="2">Buton navigare meniu</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td colspan="2">Blocarea automată a butoanelor</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td colspan="2">Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook</td><td>USB / SD-Card / Wi-Fi / BT</td></tr><tr><td rowspan="2">Baterie</td><td>reîncărcabilă</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>tip baterie</td><td>AA sau AAA</td></tr><tr><td colspan="2">Tip operare autonomă</td><td>≥ 48 ore</td></tr></table>	Monitor Holter ECG (caracteristici avansate)			Cod	260270		Descriere	Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repaosului si la efort.		Parametrul		Specificația	Tip pacient		adult, pediatric	Numărul de canale de procesare		12	Configurația	Portabil	obligatoriu	Derivațiile	Tip înregistrare	automat	Gama de frecvență	De diagnostic	0.05-100 Hz	Impedanța de intrare		≥ 100 MOhm	Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz		> 100 dB	Detectare pacemaker		obligatoriu	Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate)	de achiziție	≥ 1200 Hz	Frecvența ajustabilă	obligatoriu	Rezoluția	ADC (Convertor Analog/Digital)	≥ 14 bit	Ecran	LCD	obligatoriu	lumină fundal	obligatoriu	Date ecran	ora	obligatoriu	statut baterie	obligatoriu	Indicator deconectare electrod acustic sau vizual		obligatoriu	Buton evenimente		obligatoriu	Buton navigare meniu		obligatoriu	Blocarea automată a butoanelor		obligatoriu	Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook		USB / SD-Card / Wi-Fi / BT	Baterie	reîncărcabilă	obligatoriu	tip baterie	AA sau AAA	Tip operare autonomă		≥ 48 ore	IMSP Gh. Paladi	64700
Monitor Holter ECG (caracteristici avansate)																																																																																			
Cod	260270																																																																																		
Descriere	Dispozitivul înregistrează ECG in 12 derivații simultan, nictimeral monitorizind parametrii in timpul repaosului si la efort.																																																																																		
Parametrul		Specificația																																																																																	
Tip pacient		adult, pediatric																																																																																	
Numărul de canale de procesare		12																																																																																	
Configurația	Portabil	obligatoriu																																																																																	
Derivațiile	Tip înregistrare	automat																																																																																	
Gama de frecvență	De diagnostic	0.05-100 Hz																																																																																	
Impedanța de intrare		≥ 100 MOhm																																																																																	
Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz		> 100 dB																																																																																	
Detectare pacemaker		obligatoriu																																																																																	
Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate)	de achiziție	≥ 1200 Hz																																																																																	
	Frecvența ajustabilă	obligatoriu																																																																																	
Rezoluția	ADC (Convertor Analog/Digital)	≥ 14 bit																																																																																	
Ecran	LCD	obligatoriu																																																																																	
	lumină fundal	obligatoriu																																																																																	
Date ecran	ora	obligatoriu																																																																																	
	statut baterie	obligatoriu																																																																																	
Indicator deconectare electrod acustic sau vizual		obligatoriu																																																																																	
Buton evenimente		obligatoriu																																																																																	
Buton navigare meniu		obligatoriu																																																																																	
Blocarea automată a butoanelor		obligatoriu																																																																																	
Posibilitatea transmiterii datelor ECG la PC sau notebook		USB / SD-Card / Wi-Fi / BT																																																																																	
Baterie	reîncărcabilă	obligatoriu																																																																																	
	tip baterie	AA sau AAA																																																																																	
Tip operare autonomă		≥ 48 ore																																																																																	

				Indicatori vizuali	contact slab sau lipsă de contact					
					status sistem					
					deconectare alimentare					
					baterie descărcată					
				Posibilități soft PC de interpretare						
				Introducere date pacient	obligatoriu					
				Adnotare eveniment ECG	obligatoriu					
				Clasificarea de evenimente	obligatoriu					
				Analiza ST	obligatoriu					
				Analiza QT	obligatoriu					
				Analiza PQ	obligatoriu					
				Analiza PM	obligatoriu					
				Analiza aretmiilor	obligatoriu					
				Variabilitate ritm cardiac după timp	obligatoriu					
				Variabilitate ritm cardiac după frecvență	obligatoriu					
				Reprezentarea grafică a datelor	obligatoriu					
				Reprezentarea tabelară a datelor	obligatoriu					
				Raport presetabil de utilizator	obligatoriu					
				Interfața presetabilă utilizator	obligatoriu					
				Posibilitate printare raport	obligatoriu					
				Accesorii						
				Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferite de operatorul economic. Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale.						
				Cablu ECG	≥ 3 unități, indicați modelul oferit					
				Set de electrozi de unica folosinta adult	≥ 500 buc., indicați modelul oferit					
Set de electrozi de unica folosinta pediatric	≥ 500 buc., indicați modelul oferit									

				Soft necesar pentru analiza Holter ECG pe PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare	obligatoriu, indicați modelul oferit			
				Sursa de alimentare pentru reîncărcarea bateriilor	obligatoriu, indicați modelul oferit			
2	Spirograf pentru conexiune la PC 260510	Bucată	1	Spirograf pentru conexiune la PC			IMSP Gh. Paladi	23257,50
				Cod	260510			
				Descriere	Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Afișarea se face pe PC.			
				Parametrul	Specificația			
				Tip	Pentru conexiune la PC			
				Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie	obligatoriu			
				Parametri măsurați	FVC			
					FEV1			
					MVV			
					FEV1/FVC			
				Raport	PEF			
					EVC			
					IVC			
					Ti			
					Te			
					IC			
					IRV			
					ERV			
					TV			
				Memorie	nu mai puțin de 300 teste grafice memorate			
				Transfer obligatorii la PC	teste pacient			
					verificare aparat			
					up-graobligatorii software			

				Dispozitivul de măsură	bidirecțional			
				Diapazonul de volum	≥ 0-8 l			
				Diapazonul de flux	≥ 0-16 l/s			
				Eroarea la volum	≤ 3%			
				Eroarea la flux	≤ 5%			
				Interfața PC	obligatoriu			
				Alimentare	Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz			
				Accesorii				
				Soft specializat pentru PC pentru afișarea rezultatelor	obligatoriu			
				PC inclus cu monitor min. 24 inch	obligatoriu			
				Imprimanta A4	obligatoriu			
				Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații	filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare			
				Seringă de calibrare	obligatoriu			
				Clește pentru nas tip adult	≥ 1 buc.			
				Clește pentru nas tip pediatric	≥ 1 buc.			
3	Lampă germicidă (varianta staționară 20m) 130150	bucată	6	Lampă germicidă (varianta staționară 20m)			IMSP CS Ștefan Vodă	66000
				Cod	130150			
				Descriere	Lampă de cuarț pentru sterilizarea aelului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc.			
				Alimentare	220V, 50Hz +-10%			
				Montabila pe tavan sau perete	obligatoriu			
				Lampa cu tub inclus	cu 1 tub min. 30W, area de dezinfectare ≥ 20 m ²			
				Spectru de raze	UV + vizibil			
				Unghiul de iradiere	minim 180 grade			

				Timpul de funcționare a lămpilor Lampă germicidă fără eliminarea ozonului	≥ 8000 ore obligatoriu			
4	Negatoscop un cadru 210700	bucată	1	Negatoscop un cadru Cod 210700 Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice Parametru Specificație Nr. de cadre ≥ 1 Nr. de lampe ≥ 1 Fixarea filmelor obligatoriu Fixare masă/perete Ecran anti-glare da Alimentare 220V, 50Hz			IMSP CS Ștefan Vodă	6666,66
5	Audiometru Cod 260900	bucată	1	Audiometru Cod 260900 Descriere Destinat pentru investigarea acuității auzului cu frecvențe și amplitudini de semnal diferite Parametru Specificația Tip Tip 1 ton-pur Audiometria, frecvența, Hz : Conductivitatea aerului Conductivitatea osului 125 250 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 8000 250 500 750			IMSP SR Soroca	75000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<table><tr><td>Capacitatea de distilare</td><td>≥ 2 l/h</td></tr><tr><td>Materialul carcasei</td><td>oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umeditate</td></tr><tr><td>Materialul de contact si elemente de incalzire</td><td>oțel inox</td></tr><tr><td>Condesatorul de distilare</td><td>oțel inox / sticlă</td></tr><tr><td>Conductivitate</td><td>≤ 2.5 μS/cm</td></tr><tr><td>Modul de operare</td><td>continuu</td></tr><tr><td>Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Alimentare</td><td>220 V- 50 Hz</td></tr><tr><td colspan="2">Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale.</td></tr><tr><td>Sistem triplu de filtrare a apei:</td><td>incorporat sau separat cu fixare pe perete, inclus cu toate componentele, accesorii si consumabile necesare pentru montare, lucru, si deservire., indicați modelul oferit</td></tr><tr><td>Filtru pentru filtrare mecanică, ≤ 10μm</td><td>min. 4 buc., indicați modelul oferit</td></tr><tr><td>Filtru anticalcar cu polifosfați</td><td>min. 4 rezervi de granule sau catrige (buc), indicați modelul oferit</td></tr><tr><td>Filtru de clor</td><td>min. 4 buc., indicați modelul oferit</td></tr></table>	Capacitatea de distilare	≥ 2 l/h	Materialul carcasei	oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umeditate	Materialul de contact si elemente de incalzire	oțel inox	Condesatorul de distilare	oțel inox / sticlă	Conductivitate	≤ 2.5 μS/cm	Modul de operare	continuu	Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa	obligatoriu	Alimentare	220 V- 50 Hz	Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale.		Sistem triplu de filtrare a apei:	incorporat sau separat cu fixare pe perete, inclus cu toate componentele, accesorii si consumabile necesare pentru montare, lucru, si deservire., indicați modelul oferit	Filtru pentru filtrare mecanică, ≤ 10μm	min. 4 buc., indicați modelul oferit	Filtru anticalcar cu polifosfați	min. 4 rezervi de granule sau catrige (buc), indicați modelul oferit	Filtru de clor	min. 4 buc., indicați modelul oferit		
Capacitatea de distilare	≥ 2 l/h																															
Materialul carcasei	oțel inox, metal vopsit electrostatic sau alte materiale rezistente la temperatură și umeditate																															
Materialul de contact si elemente de incalzire	oțel inox																															
Condesatorul de distilare	oțel inox / sticlă																															
Conductivitate	≤ 2.5 μS/cm																															
Modul de operare	continuu																															
Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa	obligatoriu																															
Alimentare	220 V- 50 Hz																															
Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale.																																
Sistem triplu de filtrare a apei:	incorporat sau separat cu fixare pe perete, inclus cu toate componentele, accesorii si consumabile necesare pentru montare, lucru, si deservire., indicați modelul oferit																															
Filtru pentru filtrare mecanică, ≤ 10μm	min. 4 buc., indicați modelul oferit																															
Filtru anticalcar cu polifosfați	min. 4 rezervi de granule sau catrige (buc), indicați modelul oferit																															
Filtru de clor	min. 4 buc., indicați modelul oferit																															
7	Negatoscop un cadru cu LED 210720	Bucata	1	<table><tr><td colspan="2">Negatoscop un cadru cu LED</td></tr><tr><td>Cod</td><td>210720</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Nr. de cadre</td><td>≥ 1</td></tr><tr><td>Sursa de lumină</td><td>LED</td></tr></table>	Negatoscop un cadru cu LED		Cod	210720	Descriere	Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice	Parametru	Specificație	Nr. de cadre	≥ 1	Sursa de lumină	LED	IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNE UMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC	5 833,33														
Negatoscop un cadru cu LED																																
Cod	210720																															
Descriere	Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice																															
Parametru	Specificație																															
Nr. de cadre	≥ 1																															
Sursa de lumină	LED																															

				<table><tr><td>Reglare luminozitate</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Fixarea filmelor</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Fixare</td><td>masă/perete</td></tr><tr><td>Ecran anti-glare</td><td>da</td></tr><tr><td>Alimentare</td><td>220V, 50Hz</td></tr></table>	Reglare luminozitate	obligatoriu	Fixarea filmelor	obligatoriu	Fixare	masă/perete	Ecran anti-glare	da	Alimentare	220V, 50Hz														
Reglare luminozitate	obligatoriu																											
Fixarea filmelor	obligatoriu																											
Fixare	masă/perete																											
Ecran anti-glare	da																											
Alimentare	220V, 50Hz																											
8	Negatoscop doua carduri cu LED 210730	Bucata	1	<table><tr><td colspan="2">Negatoscop doua cadruri cu LED</td></tr><tr><td>Cod</td><td>210730</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice</td></tr><tr><td>Parametru</td><td>Specificație</td></tr><tr><td>Nr. de cadre</td><td>≥2</td></tr><tr><td>Sursa de lumină</td><td>LED</td></tr><tr><td>Reglare luminozitate</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Fixarea filmelor</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Fixare</td><td>masă/perete</td></tr><tr><td>Ecran anti-glare</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Alimentare</td><td>220V, 50Hz</td></tr></table>	Negatoscop doua cadruri cu LED		Cod	210730	Descriere	Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice	Parametru	Specificație	Nr. de cadre	≥2	Sursa de lumină	LED	Reglare luminozitate	obligatoriu	Fixarea filmelor	obligatoriu	Fixare	masă/perete	Ecran anti-glare	obligatoriu	Alimentare	220V, 50Hz	IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNE UMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC	8 333,33
Negatoscop doua cadruri cu LED																												
Cod	210730																											
Descriere	Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice																											
Parametru	Specificație																											
Nr. de cadre	≥2																											
Sursa de lumină	LED																											
Reglare luminozitate	obligatoriu																											
Fixarea filmelor	obligatoriu																											
Fixare	masă/perete																											
Ecran anti-glare	obligatoriu																											
Alimentare	220V, 50Hz																											
9	Frigider medical pentru păstrarea citostaticelor 140710	Bucata	1	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L ±5%”. Cod 140710 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigider constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei 200–300 litri ±5%”. Număr de rafturi ≥ 4 Ușa Număr 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frîne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital	IMSP SR Orhei	20945																						

				Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coşuri tip sertar																									
10	Higrometru/ Psihrometru 0-25C Cod 26063 0	bucată	10	<table><tr><td colspan="2">Higrometru/Psihrometru 0-25C</td></tr><tr><td>Cod</td><td>260630</td></tr><tr><td>Parametrul</td><td>Specificația</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere</td></tr><tr><td>Lichid termometric</td><td>excepție mercur</td></tr><tr><td>Rezoluție</td><td>± 0.2 C</td></tr><tr><td>Fixare pe perete</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Nr. de termometre</td><td>2 buc. (uscat/umed)</td></tr><tr><td>Carcasa</td><td>Plastic</td></tr><tr><td>Scară de temperatură</td><td>da (Celsius)</td></tr><tr><td>Diapazonul măsurării</td><td>Temperatura 0...+ 25 C Umiditatea 40...90 %</td></tr></table>		Higrometru/Psihrometru 0-25C		Cod	260630	Parametrul	Specificația	Descriere	Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere	Lichid termometric	excepție mercur	Rezoluție	± 0.2 C	Fixare pe perete	obligatoriu	Nr. de termometre	2 buc. (uscat/umed)	Carcasa	Plastic	Scară de temperatură	da (Celsius)	Diapazonul măsurării	Temperatura 0...+ 25 C Umiditatea 40...90 %	IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE	2116,66
Higrometru/Psihrometru 0-25C																													
Cod	260630																												
Parametrul	Specificația																												
Descriere	Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere																												
Lichid termometric	excepție mercur																												
Rezoluție	± 0.2 C																												
Fixare pe perete	obligatoriu																												
Nr. de termometre	2 buc. (uscat/umed)																												
Carcasa	Plastic																												
Scară de temperatură	da (Celsius)																												
Diapazonul măsurării	Temperatura 0...+ 25 C Umiditatea 40...90 %																												
11	Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 26064 0	bucată	10	<table><tr><td colspan="2">Higrometru / Psihrometru 15-40C</td></tr><tr><td>Cod</td><td>260640</td></tr><tr><td>Parametrul</td><td>Specificația</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere</td></tr><tr><td>Lichid termometric</td><td>excepție mercur</td></tr><tr><td>Rezoluție</td><td>± 0.2 C</td></tr><tr><td>Fixare pe perete</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Nr. de termometre</td><td>2 buc. (uscat/umed)</td></tr><tr><td>Carcasa</td><td>Plastic</td></tr><tr><td>Scară de temperatură</td><td>da (Celsius)</td></tr></table>		Higrometru / Psihrometru 15-40C		Cod	260640	Parametrul	Specificația	Descriere	Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere	Lichid termometric	excepție mercur	Rezoluție	± 0.2 C	Fixare pe perete	obligatoriu	Nr. de termometre	2 buc. (uscat/umed)	Carcasa	Plastic	Scară de temperatură	da (Celsius)	IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE	2116,66		
Higrometru / Psihrometru 15-40C																													
Cod	260640																												
Parametrul	Specificația																												
Descriere	Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere																												
Lichid termometric	excepție mercur																												
Rezoluție	± 0.2 C																												
Fixare pe perete	obligatoriu																												
Nr. de termometre	2 buc. (uscat/umed)																												
Carcasa	Plastic																												
Scară de temperatură	da (Celsius)																												

				Diapazonul măsurării	Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40...90 %			
--	--	--	--	----------------------	---	--	--	--

Valoarea estimativă fără TVA 302.969,14 lei

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru toate loturile.
- 3) Pentru mai multe loturi.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obliga-tivitate a
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	DA

		Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat atrage după sine respingerea ofertei "Accesorii Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferite de operatorul economic. Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale."	
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</i>	DA

6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	DA
<u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</u> <u>Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.</u> <u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</u>			
Cerințe de calificare obligatorii			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit."	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA

12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit	
20	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
21	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice,	DA

	condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	
22	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garantie Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.01%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender).

Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 22.12.2025

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 22.12.2025.

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG