

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1640172835545 din 27.01.2022

Obiectul de achiziției: Servicii de mentenanță preventivă/corectivă a Dispozitivelor medicale, pentru anul 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Sistem radiologic de mamografie mobilă MAMMOSCAN, Prod. ADANI, Anul 2018	MAMMOSCAN	Belarus	LINEV ADANI LTD	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului, deplasarea la locul de aflare a instalației mamografice și instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. Deservirea sistemului de aer condiționat din încăpere precum și a sistemului de iluminare. Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore. Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse;	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului, deplasarea la locul de aflare a instalației mamografice și instalarea tuturor pieselor procurate de beneficiar. Deservirea sistemului de aer condiționat din încăpere precum și a sistemului de iluminare. Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate; Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată. Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore. Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor; Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse;	CE & ISO

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____