

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

EU DECLARATION OF CONFORMITY

RAYPA

El fabricante:

R.ESPINAR S.L.

The manufacturer:

Avda. del Vallés 322, 08227 TERRASSA (Barcelona) ESPAÑA

declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto(s):

declare in our sole responsibility, that the following product(s):

AUTOCLAVES DE ESTERILIZACIÓN "AE-B"
STERILIZATION AUTOCLAVES "AE-B"

"AE-50-B" / "AE-75-B" / "AE-110-B" / "AE-150-B"

y que esta declaración se refiere y es conforme a las siguientes Normas Internacionales:

to which this declaration relates to, is in conformity with the following Standards:

EN-61010-1 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio. Parte 1: Requisitos generales
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use. Part 1: General requirements

EN-61010-2-040 Parte 2-040: Requisitos particulares para autoclaves de laboratorio
Part 2-040: Particular requirements for laboratory autoclaves

EN-61326 Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM)
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use. EMC Requirements

AD 2000 Merkblatt Recipientes a presión
Pressure vessels

y que responden a los requisitos esenciales de las directivas:

therefore, it follows the provisions of the directives:

2014/35/UE Baja Tensión
Low Voltage

2014/30/UE Compatibilidad electromagnética
Electromagnetic Compatibility

2014/68/UE Equipos a presión
Pressure equipment

R. ESPINAR S.L.

Terrassa: Septiembre 2016 / 2016 September

Ramón Espinar Ballet
Director General / General Manager

CERTIFICADO

Vigilancia de la verificación final

Monitoring of final Assessment

Directiva 2014/68/UE

Certificado N°.: DEP-A2.000475-21

Certificate-No.:

Nombre y domicilio social del fabricante:

Name and address of the manufacturer:

**R. Espinar, SL
Av.Del Valles, 322 Pl."Els Bellots"
08227 - Terrassa**

De acuerdo con el resultado de las pruebas, el fabricante es autorizado a marcar los equipos a presión fabricados en el rango de este módulo con el marcado:

According to the test results, the manufacturer is entitled to mark the pressure equipment produced within the range of this module with the mark:

CE .1027

Examinado según Directiva 2014/68/UE:

Tested acc. To Directive 2014/68/EU:

Control interno de la producción más control supervisado de los equipos a presión a intervalos aleatorios (Módulo A2)

Internal production control plus supervised pressure equipment checks at random intervals (Module A2)

Informe N°:

Test report No.:

92635297-Rev.0

Descripción del tipo:

Description of pressure equipment:

Autoclave de esterilización modelos

Sterilization autoclave types

AES-110, AES-110-MD, AE-110-DRY, AE-110-DRY-MD, AES-110-RFG, AE-110-B, AE-110-B-MD, CFS-110V, AES-150, AES-150-MD, AE-150-DRY, AE-150-DRY-MD, AES-150-RFG, AE-150-B, AE-150-B-MD, CFS-150V, AE-60-MP, AE-80-MP y AE-100-MP.

Validez del certificado hasta:

Validity of the Certificate until:

Desde 13.05.2021 hasta 13.11.2021

From 13.05.2021 until 13.11.2021

Nombre y dirección taller

Manufacturing plant:

**R. Espinar, SL
Av.Del Valles, 322 Pl."Els Bellots"
08227 - Terrassa**



Carlos Gaudes Villarroya

Organismo Notificado N° 1027
Notified Body, ID-No.

El Prat de Llobregat, 18 de Mayo de 2021

TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A.
Parc de Negocis Mas Blau – Ed. Océano
c/ Garrotxa, 10-12
E-08820 El Prat de Llobregat

Tel. +34 934 781 131
Fax +34 934 780 768
e-mail info@es.tuv.com