

Specificația tehnică

Numărul licitației:		<i>LP nr. 21093931</i>					<i>Data: „27” noiembrie 2023</i>		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		<i>Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie (listă suplimentară 24)</i>						Pagina: __din	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1	2	3	4	5	6	7	8		
33100000-1	1	Aspirator chirurgical electric	Aspirator chirurgical electric	New Hospivac 400	Italia	CA-MI SRL	<p>Aspirator chirurgical electric</p> <p>Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului.</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Limita maximă ≥ 675 mmHg</p> <p>Rata de flux, l/min. ≥ 90 l/min</p> <p>Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 10\%$</p> <p>Reglator aspirație da</p> <p>Vas colector În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector da</p> <p>Selector mecanic de vas da</p> <p>Numărul vaselor 2 buc.</p> <p>Capacitatea, L ≥ 4 L</p> <p>Protecție la umplere pentru fiecare vas da</p> <p>Vas tip reutilizabil da</p> <p>Suport Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare da</p> <p>Suport cu roțile ≥ 4 roți</p> <p>Roți cu frână da, ≥ 2 buc.</p> <p>Mîner pentru transportare da</p> <p>Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației da</p> <p>Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea</p>	<p>Aspirator chirurgical electric</p> <p>Clinic Plus MPR New Hospivac 400</p> <p>Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului.</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Limita maximă ≥ 675 mmHg</p> <p>- DA</p> <p>Rata de flux, l/min. ≥ 90 l/min</p> <p>- DA</p> <p>Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 10\%$ - DA</p> <p>Reglator aspirație - DA</p> <p>Vas colector În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector - DA</p> <p>Selector mecanic de vas - DA</p> <p>Numărul vaselor 2 buc. - DA</p> <p>Capacitatea, L ≥ 4 L - DA</p> <p>Protecție la umplere pentru fiecare vas da</p> <p>Vas tip reutilizabil - DA</p> <p>Suport Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare - DA</p>	CE

						<p>cablului de alimentare 220 V, 50 Hz da Filtru de unică utilizare 50 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz</p>	<p>Suport cu roțile ≥ 4 roți -DA Roti cu frina da, ≥ 2 buc - DA Mîner pentru transportare -DA Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației -DA Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz -DA Filtru de unică utilizare 50 buc.-DA Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz- DA</p>	
33100000-1	4	Aparat fizioterapeutic cu unde de șoc (shockwave)	Aparat fizioterapeutic cu unde de șoc (shockwave)	BTL-6000 SWT Topline Power	Bulgaria	<p>BTL Industries Limited</p> <p>Aparat fizioterapeutic cu unde de șoc (shockwave) Descriere Dispozitiv pentru tratament cu unde de șoc radiale, cu compresor inclus Parametri Specificația Presiunea de lucru minim de la 1Bar la 5 Bar Pas de incrementare minim 0,2 Bar Frecvența de lucru minim de la 1 Hz pînă la 20 HZ Temperatura de lucru, cel puțin minim de la 15 0C pînă la 40 0C Piesa de mână pentru conectarea diferitor transmitere, cu buton de acționare da Transmițător de unde de șoc D - 15 mm \pm 3 mm Transmițător de unde de șoc D - 20 mm \pm 3 mm Transmițător de unde de șoc D - 35 mm\pm 3 mm Kit de mentenanță și curățare da Greutate \leq 10 kg Alimentare 200-240 V, 50 HZ</p>	<p>Aparat fizioterapeutic cu unde de șoc (shockwave) BTL-6000 SWT Topline Power Descriere Dispozitiv pentru tratament cu unde de șoc radiale, cu compresor inclus Parametri Specificația Presiunea de lucru minim de la 1Bar la 5 Bar -DA Pas de incrementare minim 0,2 Bar -DA Frecvența de lucru minim de la 1 Hz pînă la 20 HZ-DA Temperatura de lucru, cel puțin minim de la 15 0C pînă la 40 0C - DA Piesa de mână pentru conectarea diferitor transmitere, cu buton de acționare -DA Transmițător de unde de șoc D - 15 mm \pm 3 mm -DA Transmițător de unde de șoc D - 20 mm \pm 3 mm -DA Transmițător de unde de șoc D - 35 mm\pm 3 mm -DA</p>	CE

							Kit de mentenanță și curățare da Greutate ≤ 10 kg – 7 kg Alimentare 200-240 V, 50 HZ – DA DM000415314		
33100000-1	17	Masa autopsie	Masa autopsie	Autopsy Table YS-Z2	China	Shen Yang Yu Shuo DaScience And Technology Ltd	<p>Masa autopsie Constructiv Ramă din țevă profilată minim 40 x 40 mm; pe care este montată suprafața mesei ermetică cu înclinație pentru scurgere confecționată din tablă din inox de marca AISI 304 cu grosimea minim 1,2 mm.</p> <p>Gabaritele mesei: lungimea x lățimea x înălțimea 2100-2600 x 810 x 860 mm</p> <p>Capacitatea de încărcare minim 180 kg În complectarea mesei obligatoriu se includ accesoriile: Elemente de lucru susținător cap din inox; susținător spate din inox; măsuță pentru instrumente din inox Elemente de tehnică sanitară amestecător simplu; amestecător cu furtun; sifon;VA</p> <p>Termenul de garanție 24 luni. Service gratuit în perioada garanției da</p>	<p>Masa autopsie Constructiv Ramă din țevă profilată minim 40 x 40 mm; pe care este montată suprafața mesei ermetică cu înclinație pentru scurgere confecționată din tablă din inox de marca AISI 304 cu grosimea 1,2 mm.</p> <p>Gabaritele mesei: lungimea x lățimea x înălțimea: 2400 x 810 x 860 mm</p> <p>Capacitatea de încărcare: 180 kg În complectarea mesei se includ accesoriile: - susținător cap din inox - DA - susținător spate din inox - DA - măsuță pentru instrumente din inox - DA Elemente de tehnică sanitară: - amestecător simplu - DA - dus cu spalare - DA - sifon - DA</p> <p>Termenul de garanție 24 luni. Service gratuit în perioada garanției da</p>	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Zagareanu Tatiana În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: Polisano Prim SRL Adresa: or. Chișinău , str. Nicolae Testemițianu 3/18