

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1746006916438 din 2 mai 2025, 12:45 - 8 mai 2025, 11:15

Obiectul achiziției: Consumabile pentru dispozitive medicale

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
3310 0000-1	1	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) ARC 250 Bowa, ARC 400	MPE/CMS	Italia	Alsa	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare cu aburi, compatibil cu electrocoagulator ARC 250, 400, Bowa	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare cu aburi, compatibil cu electrocoagulator ARC 250, 400, Bowa	CE/ISO
3310 0000-1	2	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) Excell 400 MCDSe	MPE/CMS	Italia	Alsa	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare cu aburi, compatibil cu unitate electrochirurgicala Excell 400 MCDSe	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare cu aburi, compatibil cu unitate electrochirurgicala Excell 400 MCDSe	CE/ISO
3310 0000-1	3	Electrod pasiv monopolar cu cablu 2,5m, reutilizabil adult, pentru electrocoagulator Excell 400 MCDSe	NP/A	Italia	Alsa	Electrod pasiv monopolar din silicon sau metal, reutilizabil, adult, compatibil unitate electrochirurgicala Excell 400 MCDSe.	Electrod pasiv monopolar din silicon sau metal, reutilizabil, adult, compatibil unitate electrochirurgicala Excell 400 MCDSe.	CE/ISO
3310 0000-1	4	Electrod pasiv monopolar din cu cablu 2,5m, reutilizabil, adult, pentru electrocoagulator ARC 250, 400, Bowa	NP/A	Italia	Alsa	Electrod pasiv monopolar din cu cablu 2,5m, reutilizabil, adult, compatibil unitate electrochirurgicala ARC 250, 400, Bowa	Electrod pasiv monopolar din cu cablu 2,5m, reutilizabil, adult, compatibil unitate electrochirurgicala ARC 250, 400, Bowa	CE/ISO
3310 0000-1	5	Tastatură cu butoane pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350	SP.0214	Italia	Ca-Mi	Tastatură cu butoane compatibilă sau analogică cu SP0107/30 pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350	Tastatură cu butoane compatibilă sau analogică cu SP0107/30 pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350	CE/ISO
3310 0000-1	9	Senzor de O2: 0208766 sau (Type: OOM102 & M-16HL) - utilizat în	E-17/A2	Germania	Nuova	Senzor de O2 pentru Aparatul de anestezie Leon Plus. Data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	Senzor de O2 pentru Aparatul de anestezie Leon Plus. Data de producere a senzorului în	CE/ISO

		interiorului echipamentului montat pe ieșirea din mixer					momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	
3310 0000- 1	11	Senzor O2 pentru ventilator pulmonar SV650, Mindray	E-77/0S	Germania	Nuova	Senzor de O2 pentru Aparatul de anestezie Leon Plus. Data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	Senzor de O2 pentru Aparatul de anestezie Leon Plus. Data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	CE/ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**