

Specificații de preț

| Numărul ocds-b3wdp1-MD-1755520613146 din 21 septembrie 2025 | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----|----------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului special privind asigurarea cu dispozitive medicale pentru transplantul de organe și pacienții după transplant pentru anul 2026 ((Banca de Țesuturi și Celule Umane) | | | | | | | | | |
| Nr. Lot | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificarea bugetară (IBAN) |
| 35 | Ace punctie maduvă osoasă | Buc | 50 | 158,00 | 170,64 | 7900,00 | 8532,00 | luna Martie 50% , luna septembrie 50% | |
| 36 | Ace punctie maduvă osoasă | Buc | 50 | 680,00 | 734,40 | 34000,00 | 36720,00 | luna Martie 50% , luna septembrie 50% | |
| TOTAL | | | | | | 41900,00 | 45252,00 | | |

Specificații tehnice

| Numărul ocds-b3wdp1-MD-1755520613146 din 21 septembrie 2025 | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului special privind asigurarea cu dispozitive medicale pentru transplantul de organe și pacienții după transplant pentru anul 2026 ((Banca de Țesuturi și Celule Umane) | | | | | | | |
| | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 35 | Ace punctie maduvă osoasă | Model: MED-B diamond tip Ref:XB-11100-00 | Italia | MEDAX S.R.L. | Ac pentru puncție/aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizare unică, lungimea acului de 10-12cm, cu mandren cu diametrul lumenului 2.0-4.0mm sterile, ambulate separat | Ac pentru puncție/aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle). <u>Caracteristici tehnice:</u> Lungimea acului -100mm. Dotat cu mandren. Diametrul lumentului: - intern - 2,304 mm - extern -3,00 mm Sterile, de unica folosinta. Ambulate separat. | DM000467658 |
| 36 | Ace punctie maduvă osoasă | Model: MED-B explant/transplant Ref:EB-13070-00 | Italia | MEDAX S.R.L. | Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle) de utilizare unică, lungimea acului de 5-7cm, cu mandren cu diametrul lumenului 1.0-2.0mm sterile, ambulate separat | Ac pentru puncție/ aspiratie măduvă osoasă (bone marrow aspiration needle). <u>Caracteristici tehnice:</u> Lungimea acului -70mm. Dotat cu mandren. Diametrul lumentului: - intern - 1,826 mm - extern -2,40 mm Sterile, de unica folosinta. Ambulate separat. | DM000467659 |

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,

mun.Comrat, str. Dobrovolski, 2A, UTA Gagauzia