

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1750942108071 /21439706 din 26.06.2025				Anexa 22	
Denumirea licitației:		ACCESORII și DEZINFECTANȚI DE LABORATOR/LDSA					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
#	1	2	3	4	5	6	7
20	Coloane imunoafine multi-micotoxine pentru determinarea simultană a aflatoxinelor B1, B2, G1, G2, ocratoxinei A și zearalenonei într-o gamă largă de produse alimentare și hrana pentru animale	RBRP112B	Germania	R-biopharm	Volum – 3mL. Compatibile cu HPLC. LOD (limita de detecție): -aflatoxina B1 ≤ 0,035 ng/mL, -aflatoxina B2 ≤ 0,018 ng/mL, -aflatoxina G1 ≤ 0,035 ng/mL, -aflatoxina G2 ≤ 0,005 ng/mL, -ocratoxinei A ≤ 0,018 ng/mL, -zearalenona ≤ 0,250 ng/mL. Ambalaj original al producătorului.	Coloane de imunoafinitate multi-micotoxine AO ZON PREP® pentru detectarea simultană a aflatoxinelor B1, B2, G1, G2, ocratoxinei A și zearalenonei într-o gamă largă de produse în combinație cu HPLC sau LC-MS/MS. Volumul coloanei– 3mL. LOD (Detection Limit) B1 0,031 ng/ml, B2 0,016 ng/ml, G1 0,031 ng/ml, G2 0,004 ng/ml, OTA 0,016 ng/ml, ZON 0,250 ng/ml. Compatibile cu HPLC și ULTRA HPLC. Ambalaj original al producătorului - 50 coloana/cutie.	Conform cerintelor
21	Coloane imunoafine pentru determinarea deoxivalenolului (DON) într-o gamă largă de produse alimentare și hrana pentru animale	RBRP50B	Germania	R-biopharm	Volum – 3mL. Compatibile cu HPLC. LOD (limita de detecție) ≤ 25 ng/mL. Ambalaj original al producătorului	Coloane de imunoafinitate pentru DON - DONPREP® pentru utilizare împreună cu HPLC sau LC-MS/MS pentru detectarea DON într-o gamă largă de produse. LOD (Detection Limit) DON 25 ng/ml. Volumul coloanei– 3mL.Compatibile cu HPLC și ULTRA HPLC. Ambalaj original al producătorului - 50 coloana/cutie.	Conform cerintelor
22	Coloane imunoafine pentru determinarea ocratoxinei (OTA) într-o gamă largă de produse alimentare și hrana pentru animale	RBRP14B	Germania	R-biopharm	Volum – 3mL. Compatibile cu HPLC. LOD (limita de detecție) ≤ 0,018 ng/mL. Ambalaj original al producătorului.	Coloane de imunoafinitate pentru ocratoxină A - OCHRRAPREP® pentru utilizare împreună cu HPLC sau LC-MS/MS pentru detectarea ocratoxinei A într-o gamă largă de produse. LOD (Detection Limit) Ochtratoxin A 0,016 ng/ml. Volumul coloanei– 3mL.Compatibile cu HPLC și ULTRA HPLC. Ambalaj original al producătorului - 50 coloana/cutie.	Conform cerintelor

Semnăt: _____

Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova