

Specificații de pret (F4.2)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul său	Unitatea de măsură	Cantitate	Pret unitate fara TVA	Pret unitate cu TVA	Total fara TVA	Total cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
33100000-1	1	Younizen g PT Liquid 4, 12x4ml		Ungaria	HORIBA	set	90	2920.00	3153.60	262800.00	283824.00
33100000-1	1	YOUNIMIZEN G cuvettes 1000		Ungaria	HORIBA	set	55	5800.00	6960.00	319000.00	382800.00
33100000-1	1	YOUNIMIZEN G FIB 2 12x2ml		Ungaria	HORIBA	set	40	2600.00	2808.00	104000.00	112320.00
33100000-1	1	YOUNIMIZEN G Imidazol 12x15ml		Ungaria	HORIBA	set	15	2840.00	3067.20	42600.00	46008.00
33100000-1	1	YOUNIMIZEN CTRL I, II, 2x5ml		Ungaria	HORIBA	set	6	4800.00	5184.00	28800.00	31104.00
33100000-1	1	YOUNIMIZEN G sorb 12x15ml		Ungaria	HORIBA	set	28	620.00	744.00	17360.00	20832.00
33100000-1	1	YOUNIMIZEN G Cleaner 1x4,5l		Ungaria	HORIBA	buc	110	1580.00	1896.00	173800.00	208560.00
33100000-1	1	YOUNIMIZEN G Clean Sys 0,1 l		Ungaria	HORIBA	buc	10	2100.00	2520.00	21000.00	25200.00
TOTAL										969360.00	1110648.00

33100000-1	1	Reactivi pentru analizatorul de coagulare Youmizen G800 sistem inchis	YOUNMIZEN G cuvettes 1000	UNGARIA	HORIBA	<p>Cerințe generale: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii originale de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare aprobusului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratorii, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător). 6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigoriifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Ofertantul va fi autorizat de către producătorul reactivilor pentru participare la licitație. 8. Cod cu bare pentru curba de calibrare</p>	<p>1. Certificatul CE anexat 2. Instrucțiune jigimnal scanat și semnat 3. certificat de confirmare semnat, anexat. 4. Declaratie anexata 5. Declaratie anexata. 6. Declaratie anexata 7. Declaratie anexata 8. Declaratie anexata</p>	ISO : CE
33100000-1	1	Reactivi pentru analizatorul de coagulare Youmizen G800 sistem inchis	YOUNMIZEN G-FIB 2 12x2ml	UNGARIA	HORIBA	<p>Cerințe generale: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare aprobusului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratorii, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător). 6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigoriifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Ofertantul va fi autorizat de către producătorul reactivilor pentru participare la licitație. 8. Cod cu bare pentru curba de calibrare</p>	<p>1. Certificatul CE anexat 2. Instrucțiune jigimnal scanat și semnat 3. certificat de confirmare semnat, anexat. 4. Declaratie anexata 5. Declaratie anexata. 6. Declaratie anexata 7. Declaratie anexata 8. Declaratie anexata</p>	ISO : CE

33100000-1	1	Reactivi pentru analizatorul de coagulare Youmizen G800 sistem inchis	YOUNMIZEN G Cleamer 1x4,5l	UNGARIA	HORIBA	<p>Cerințe generale: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii originale de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare aprobusului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratorii, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător). 6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigoriifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Ofertantul va fi autorizat de către producătorul reactivilor pentru participare la licitație. 8. Cod cu bare pentru cuba de calibrare</p>	<p>1. Certificatul CE anexat 2. Instrucțiune jurnal scanat și semnat 3. certificat de confirmare semnat, anexat. 4.Declaratie anexata 5.Declaratie anexata 6.Declaratie anexata 7. Declaratie anexata 8. Declaratie anexata</p>	ISO ; CE
33100000-1	1	Reactivi pentru analizatorul de coagulare Youmizen G800 sistem inchis	YOUNMIZEN G sortb 12x15ml	UNGARIA	HORIBA	<p>Cerințe generale: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii originale de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare aprobusului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratorii, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător). 6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigoriifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Ofertantul va fi autorizat de către producătorul reactivilor pentru participare la licitație. 8. Cod cu bare pentru cuba de calibrare</p>	<p>1. Certificatul CE anexat 2. Instrucțiune jurnal scanat și semnat 3. certificat de confirmare semnat, anexat. 4.Declaratie anexata 5.Declaratie anexata 6.Declaratie anexata 7. Declaratie anexata 8. Declaratie anexata</p>	ISO ; CE

33100000-1	1	Reactivi pentru analizatorul de coagulare Younizen G800 sistem închis	YOUNIZEN G Imidazol 12x15ml	UNGARIA	HORIBA	<p>Cerințe generale: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii originale de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului. 3. Indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare aprobată. 4. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratori, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător). 6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigoriifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Ofertantul va fi autorizat de către producătorul reactivilor pentru participare la licitație. 8. Cod cu bare pentru cutia de calibrare</p>	<p>1. Certificatul CE anexat 2. Instrucțiune jinginal scanat și semnat 3. certificat de confirmare semnat, anexat 4.Declaratie anexata 5.Declaratie anexata 6.Declaratie anexata 7. Declaratie anexata 8. Declaratie anexata</p>	ISO ; CE
33100000-1	1	Reactivi pentru analizatorul de coagulare Younizen G800 sistem închis	YOUNIZEN CTRL I, II, 2x5ml	UNGARIA	HORIBA	<p>Cerințe generale: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii originale de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului. 3. Indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare aprobată. 4. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratori, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător). 6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigoriifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Ofertantul va fi autorizat de către producătorul reactivilor pentru participare la licitație. 8. Cod cu bare pentru cutia de calibrare</p>	<p>1. Certificatul CE anexat 2. Instrucțiune jinginal scanat și semnat 3. certificat de confirmare semnat, anexat 4.Declaratie anexata 5.Declaratie anexata 6.Declaratie anexata 7. Declaratie anexata 8. Declaratie anexata</p>	ISO ; CE

33100000-1	1	Reactivi pentru analizatorul de cogulare Younizen G800 sistem inchis	YOUNIZEN G Clean Sys 0,11	UNGARIA	HORIBA	<p>Cerințe generale: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorilor originale de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare aproposului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Aderarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratori, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător). 6. Ofertanții vor demonstra condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigoriifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Ofertantul va fi autorizat de către producătorul reactivilor pentru participare la licitație. 8. Cod cu bare pentru cupa de calibrare</p>	<p>1. Certificatul CE anexat 2. Instrucțiune jirginal scanat si semnat 3. certificat de confirmare semnat, anexat. 4.Declaratie anexata 5.Declaratie anexata 6.Declaratie anexata 7. Declaratie anexata 8. Declaratie anexata</p>	ISO ; CE
------------	---	--	---------------------------------	---------	--------	---	---	----------

ORDIN DE PLATĂ

Nr. **159**

DATA EMITERII

16 decembrie 2022

TIP.DOC.1

PLĂTIȚI **10000.00** LEI Zece mii lei 00 bani

PLĂTITOR **PRECITEST-COM SRL** CODUL IBAN **MD09FT222400100002358498**
 CODUL FISCAL **1003600024349**

PRESTATORUL PLĂTITOR **'FINCOMBANK'S.A. SUC.NR.1 CHISINAU**


BENEFICIAR **I.M.S.P. ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA** CODUL IBAN **MD63VI000002251030103MDL**
BOTANICA CODUL FISCAL **1003600153360**

PRESTATORUL BENEFICIAR **B.C.'VICTORIABANK'S.A.**

DESTINAȚIA PLĂȚII **Garantia pentru oferta in valoare de 1 %**

TIPUL
TRANSFERULUI
NORMAL/URGENT

N



CODUL TRANZACȚIEI **001** DATA PRIMIRII **16 decembrie 2022 00:00:** DATA EXECUTĂRII **16.12.2022 16:40:18**

SEMNĂTURILE EMITENTULUI

Copia documentului electronic

'FinComBank'S.A.
IDNO 1002600005347
16.12.2022 16:40:18

L.Ș.

MOTIVUL REFUZULUI

internet-banking

Către Grupul de lucru

IMSP AMT BOTANICA

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor 21068607, noi SRL „PreciTest Com”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 03.01.2023 Cu stimă, SRL „PreciTest Com”

Alexandru Chirita

Administrator

SRL PreciTest Com

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Grupul de lucru **IMSP AMT BOTANICA**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea reactivilor de laborator prin procedura de achiziție**

21068607

pentru o durată de 100 zile, (una sută), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 18.12.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL.



„CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT” Î.S.
Secția fonduri speciale și informații curente

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 7712 din 19.03.2014

Denumirea completă: **SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ «PRECITEST-COM».**

Denumirea prescurtată: **«PRECITEST-COM» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600024349.**

Data înregistrării de stat: **24.11.1998.**

Sediul: **MD-2028, str. Lech Kaczynski, 6/2, ap.(of.) 36, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Fabricarea utilajului medical și chirurgical și a dispozitivelor ortopedice;**
- 2 Comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor și furajelor pentru animale;**
- 3 Comerțul cu ridicata al produselor farmaceutice;**
- 4 Activități de secretariat și traducere;**
- 5 Alte activități de asistență medicală.**

Capitalul social: **6480 lei.**

Administrator: **CHIRIȚA ALEXANDRU, IDNP 0952206890661.**

Asociați:

- 1. NACU ANATOLIE, IDNP 0972205421022**
cota 6480.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 19.03.2014.

Specialist coordonator
tel: 022-266-256

Corina Minciună





FinComBank S.A.

Str. Puşkin, 26, MD-2012 Chişinău ☐ Tel.: (+37322) 269 900; Fax: (+37322) 23 73 08 ☐ e-mail: fincom@fincombank.com
IDNO 1002600005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii FTMDMD2X ☐ www.fincombank.com

Nr. de ref. 173 din 14.03.11

CERTIFICAT

Banca de Finanţe şi Comerţ S.A. fil. NI mun. Chişinău (FTMDMD2X735) confirmă că "PRECITEST-COM" SRL (1003600024349) detine cont de decontare în MDL nr.222400100002358 şi conturi valutare respectiv în USD 222400100002358/840, în EUR nr.222400100002358/978.

Certificatul urmează a fi prezentat la Licitația Publică

Director-adjunct

Homulo I.V.

Contabil-şef

Fatieva I.M.



Ex. 28 Specialist SDCPJ Murariu V.
Tel. 26-99-75

Digitally signed by Chirița Alexandru
Date: 2019.03.21 15:41:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

