

		Specificații tehnice (F4.1)						
Numărul licitației: 21008434						din 28.06.2019		Alternativa nr.
Denumirea licitației: Achiziționarea consumabile, piese de schimb și accesorii Conform necesitatilor IMSP SCM Sf.Treime						Lot: conform listei solicitate		Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33140000-3		Lotul 65						
		FLOW SENSORS	8403735	Germania	Dräger Medical Deutschland GmbH	Sensor de flux (set/5buc) compatibil cu Mașina de anestezie Drager Fabius Plus XL	Sensorul de debit este un senzor cu fir fierbinte pentru măsurare volumul de debit (debit) de gaz livrat de anestezia Dräger mașini și ventilatoare. Spirolog® nu este potrivit pentru sterilizare, dar dezinfecție. Materialul este realizat din acrilonitril-butadien-stiren (ABS).	ISO 13485-2016
		Total lot 65						
33140000-3		Lotul 67						
		OXYGEN SENSORS	6850645	Germania	Dräger Medical Deutschland GmbH	Senzor O2 compatibil cu Mașina de anestezie Drager Fabius Plus XL	Senzor principal de oxigen. Senzorii sunt electrochimici sisteme destinate măsurării presiunii parțiale O2. Senzorii funcționează conform principiului celulelor galvanice. Amestecul gazos care trebuie monitorizat difuzează printr-un material plastic membrana în electrolitul lichid al senzorului. Electrolitul conține un electrod de lucru (electrod de aur) și a contra-electrod (electrod de plumb). Oxigenul să fie monitorizat este redus electrochimic la locul de muncă electrod. Poate fi utilizat cu Fabius®, Fabius® GS, Familia Evita®, Narkomed, Sulla® / Titus® / Trajan (Oxydig), Incubatorul 8000. Babylog® (Oxydig).	ISO 13485-2016
		Total lot 67						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Marenici Nicolai în calitate de: Director financiar

Ofertantul: MEDEXIM SRL Adresa: MD 2028, Chișinău, str. Academiei 3/3 ,tel. 079589165

