

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1616077019597		Data: 26.04.2021					
Denumirea licitației: <b>Achiziționarea exoprotezelor pentru glanda mamară și pungilor (Sistem) colostomice cu evacuare</b>		Lot: 2		Pagina: _1_din 14			
Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
33184420-3	2.1	Numărul 00 - Exoproteze pentru glanda mamară	Life Line	Russia	ARSENAL	<p>"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila</p>	<p>Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p>

## Specificații tehnice (F4.1)

						umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internațională). "	
2.2	Numărul 0 - Exoproteze pentru glanda mamară	Life Line	Russia	ARSENAL	<p>"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hârtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu</p>	Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.	

## Specificații tehnice (F4.1)

					ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). "	
2.3	Numărul 1 - Exoproteze pentru glanda mamară	Life Line	Russia	ARSENAL	<p>"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hârtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională). "</p>	"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.
2.4	Numărul 2 - Exoproteze	Life Line	Russia	ARSENAL	"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de	"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie)

## Specificații tehnice (F4.1)

	pentru glanda mamară				<p>picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulat internationale). "</p>	<p>simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p>
2.5	Numărul 3 - Exoproteze pentru glanda mamară	Life Line	Russia	ARSENAL	<p>"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și</p>	<p>"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața</p>

## Specificații tehnice (F4.1)

					<p>clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hârtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internaționala). "</p>	<p>texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p>
2.6	Numărul 4 - Exoproteze pentru glanda mamară	Life Line	Russia	ARSENAL	<p>"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de</p>	<p>"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru</p>

## Specificații tehnice (F4.1)

					<p>la momentul livrării.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare internationale). "</p>	<p>excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p>
2.7	Numărul 5 - Exoproteze pentru glanda mamară	Life Line	Russia	ARSENAL	<p>"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila</p>	<p>"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p>

## Specificații tehnice (F4.1)

					<p>umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hârtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internațională). "</p>	
2.8	Numărul 6 - Exoproteze pentru glanda mamară	Life Line	Russia	ARSENAL	<p>"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-</p>	<p>"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p>

## Specificații tehnice (F4.1)

					<p>menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hârtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulare internationale). "</p>	
2.9	Numărul 7 - Exoproteze pentru glanda mamară	Life Line	Russia	ARSENAL	<p>"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hârtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă</p>	<p>"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p>



## Specificații tehnice (F4.1)

					participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internațională). "	
2.10	Numărul 8 - Exoproteze pentru glanda mamară	Life Line	Russia	ARSENAL	<p>"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hârtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internațională). "</p>	"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.

## Specificații tehnice (F4.1)

2.11	Numărul 9 - Exoproteze pentru glanda mamară	Life Line	Russia	ARSENAL	<p>"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comodate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internațională). "</p>	<p>"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comodate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p>
2.12	Numărul 10 - Exoproteze pentru glanda mamară	Life Line	Russia	ARSENAL	<p>"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comodate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu</p>	<p>"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comodate, universală</p>

## Specificații tehnice (F4.1)

					<p>suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulat internationale). "</p>	<p>(compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p>
2.13	Numărul 11 - Exoproteze pentru glanda mamară	Life Line	Russia	ARSENAL	<p>"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comodate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu</p>	<p>"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comodate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul</p>

## Specificații tehnice (F4.1)

					<p>pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala). "</p>	<p>fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p>
2.14	Numărul 12 - Exoproteze pentru glanda mamară	Amoena Natura 1 S Comfor +	Germania	Amoena Medizin- Orthopadie Technik GmbH	<p>"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comodatate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b)</p>	<p>"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comodatate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p>

## Specificații tehnice (F4.1)

					ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hârtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala). "	
2.15	Numărul 13 - Exoproteze pentru glanda mamară	Amoena Natura 1 S Comfor +	Germania	Amoena Medizin- Orthopadie Technik GmbH	"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comodate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hârtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate	"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comodate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.

## Specificații tehnice (F4.1)

					intemationala). "	
2.16	Numărul 14 - Exoproteze pentru glanda mamară	Amoena Natura 1 S Comfor +	Germania	Amoena Medizin- Orthopadie Technik GmbH	<p>"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hârtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulat intemationala). "</p>	<p>"Proteză de silicon pentru glanda mamară (post-mastectomie) simetrică, în formă de picătură, alungită lateral pentru comoditate, universală (compatibilă cu toate formele de piept). Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor (permite scăldatul fără a înlătura proteza). Prezența husei de bumbac pentru excluderea contactului direct cu pielea (prevenirea apariției reacțiilor alergice). Termen de valabilitate 3 ani, de la momentul livrării.</p>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Țurcanu Ștefan

În calitate de: Administrator Ofertantul: ROMEDCOM SRL

Adresa: Mun.Chișinău, str.Sciusev 16, of.6