

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21420327 din 19.06.2025
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.12)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 1					
Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentarului chirurgical	AWD655-8L with Drying	AT-OS (Italia)	Cod 270260 Descriere: Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentarului chirurgical și altor ustensile din oțel. Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților obligatoriu Volumul camerei ≥ 150 L Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304 Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent obligatoriu Pompa de apă, internă obligatoriu Pompa de aer, internă obligatoriu Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere ≤ 90 ° C obligatoriu Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului obligatoriu Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor obligatoriu Numărul de uși 1 unitate	Cod 270260 Descriere: Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentarului chirurgical și altor ustensile din oțel. Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților obligatoriu DA, pag.2 AT-OS Volumul camerei ≥ 150 L DA, 165L DataSheet AT-OS Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304 DA, pag.9 AT-OS Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L DA, pag.9 AT-OS Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent obligatoriu DA, pag.2 AT-OS Pompa de apă, internă obligatoriu DA, pag.6 Service Manual Pompa de aer, internă obligatoriu DA, pag.2 'Washer disinfectant with drying system' – DataSheet Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere ≤ 90 ° C obligatoriu DA, pag.8 DataSheet /pag.12 AT-OS	DM000376774

Cod Fiscal 1018600025629

			Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil obligatoriu Iluminare internă a camerei obligatoriu Programe de dezinfecție implicite Min. 10 Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 30 Ecran LCD, color obligatoriu Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului obligatoriu Limbajul interfeței și meniului română / rusă Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție obligatoriu Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului obligatoriu Imprimantă termică, integrată obligatoriu Temperatura de uscare ≥ 125 grade Filtrarea aerului HEPA filtru Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului obligatoriu Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului obligatoriu Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 2 unități Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă obligatoriu Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor obligatoriu Alarmer sonore și vizuale Alarmer cu afișarea codului și descriere complete a problemei cât și acțiunilor de remediere obligatoriu Alarma de finalizare a ciclului obligatoriu Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de	Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului obligatoriu DA, pag.12 AT-OS Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor obligatoriu DA, pag.10 Brosura Numărul de uși 1 unitate DA, Brochure AT-OS pag.12 Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil obligatoriu DA, Brochure AT-OS pag.12 Iluminare internă a camerei obligatoriu DA, Brochure AT-OS pag.12 / pag.9 AT-OS Programe de dezinfecție implicite Min. 10 DA, pag.2 Programe AT-OS Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 30 DA, pag.12/13 AT-OS Ecran LCD, color obligatoriu DA, pag.9 AT-OS Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului obligatoriu DA, pag.16 Service Manual Limbajul interfeței și meniului română / rusă DA, Software Multilangua 3 ; pag.3 DataSheet Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție obligatoriu DA, pag.6 Service Manual Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului obligatoriu DA, pag.6 Service Manual Imprimantă termică, integrată obligatoriu Built-in printer – DA, pag.10 AT-OS Temperatura de uscare ≥ 125 grade DA, pag.8 Service Manual Filtrarea aerului HEPA filtru DA, pag.10 AT-OS Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului obligatoriu DA, pag.21 User Manual	
--	--	--	---	---	--

Cod Fiscal 1018600025629

			osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da, sa se indice modelul oferit Suport pentru mașina de spălat 1 buc., să se indice codul produsului Rafturi de încărcare 2 buc., să se indice codul produsului Coșuri pentru instrumente min. 5, să se indice codul produsului Hârtie imprimantă 30 buc., să se indice codul produsului Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului	Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului obligatoriu DA, pag.5 ‘Dosing Pumps’ DataSheet Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 2 unități DA, pag.16 User Manual Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă obligatoriu DA, pag.10 AT-OS Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor obligatoriu DA, pag.5 DataSheet Alarmer sonore și vizuale DA, pag.6/16 Service Manual Alarmer cu afișarea codului și descriere complete a problemei cât și acțiunilor de remediere obligatoriu DA, pag.6/16 Service Manual Alarma de finalizare a ciclului obligatoriu DA, pag.6 Service Manual Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz DA, Tensiune de alimentare Accesorii și consumabile: Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei – Da, Dedurizator 0817 + Sistem Osmos 400G + Filtru DP 10’’ + PP10 + C1H + 20G Rezervo de stocare + sare tableta + accesorii Suport pentru mașina de spălat 1 buc. - DA, cod A316 Rafturi de încărcare 2 buc. - DA, cod TH148 +TH151 Coșuri pentru instrumente min. 5 - DA, cod A002 1/1DIN Hârtie imprimantă 30 buc. - DA, cod CK9-40 Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri DA, cod TFD75LT	
--	--	--	---	---	--

Cod Fiscal 1018600025629

				Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri - DA, cod PHOSPHAX 5LT	
Lot 9					
Lampă pentru examinare, braț articulată (caracteristici medii)	Alfa-Fix	Rimsa (Italia)	Cod 130110 Descriere: Lampă de examinare cu braț articulată pe suport mobil. Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea câmpului luminos ≥ 150 mm Temperatura culorii 4000 - 5500 K Ajustarea intensității luminii obligatoriu Cu înălțime reglabilă diapazon minim 1400-1900 mm Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticală Baza cu acoperire anticorozivă Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Țiimpul de viață a LED-urilor $\geq 50\ 000$ h Creșterea temperaturii în câmpul luminos ≤ 1 grad Braț articulată obligatoriu Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 60 000 lux Mobil pe suport cu minim 5 roți obligatoriu Mâner pentru ajustarea înclinării reflectorului lămpii obligatoriu	Cod 130110 Descriere: Lampă de examinare cu braț articulată pe suport mobil. Alimentare 220V, 50Hz. Da, DataSheet Dimensiunea câmpului luminos ≥ 150 mm Da, 50cm DataSheet Temperatura culorii 4000 - 5500 K 4500 Da, DataSheet Ajustarea intensității luminii obligatoriu Da, DataSheet Cu înălțime reglabilă diapazon minim 1400-1900 mm Da, pag.4 Manual de Utilizare Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticală Da, DataSheet; pag.5 Manual de Utilizare Baza cu acoperire anticorozivă Da, DataSheet Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Da, DataSheet Țiimpul de viață a LED-urilor $\geq 50\ 000$ h 60 000 h Da, DataSheet Creșterea temperaturii în câmpul luminos ≤ 1 grad DataSheet Braț articulată obligatoriu DataSheet Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 60 000 lux 60,000 Da, DataSheet Mobil pe suport cu minim 5 roți obligatoriu Da, Imagine - DataSheet Mâner pentru ajustarea înclinării reflectorului lămpii obligatoriu DataSheet	DM000450259

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Sergiu Ciobanu În calitate de: Administrator

Ofertantul: MEDICA SENS SRL Adresa: str. Calarasi 66, mun. Chisinau

Cod Fiscal 1018600025629

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21420327 din 19.06.2025
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.12)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	1	Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentarului chirurgical	Buc.	1	285.175,00	342.210,00	285.175,00	342.210,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	Conform SIA RSAP
	9	Lampă pentru examinare, braț articulată (caracteristici medii)	Buc.	2	8.000,00	9.600,00	16.000,00	19.200,00		
TOTAL							301.175,00	361.410,00		

Semnat: electronic Numele/Prenumele: Sergiu Ciobanu In calitate de: Administrator

Ofertantul: MEDICA SENS SRL Adresa: str. Calarasi 66, mun. Chisinau

Cod Fiscal 1018600025629