

Specificații tehnice

Anexa 22

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1757598567074 din 03.10.2025	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.22)	Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	
33100000-1	14	Centrifugă de laborator (24 tuburi)viteza redusă	Centrifugă de laborator (24 tuburi)viteza redusă	CM-6MT+rotor 6 M.02	Leota	Elm-Tech	Cod 150950 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 Maximală, rpm 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă Cod 150920 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația (marcate cu rosu in pliant ,manual cu verde) Viteza de rotație Minimală, rpm 100(pliant p 1,manual p2) Maximală, rpm 3500(pliant p1,manual p2) Setări setarea vitezei(pliant p1,manual p2,4) Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 12 ml,15(pliant p 2,manual p3) Numărul de tuburi 24 unitati(pliant p2,manual p3) Timer Gama de timp 1-99 min(manual de utilizare p 2) Incrementarea ≤1(manual de utilizare p 2) Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da(pliant 1,manual p2) Indicatori Indicarori vizual și acustic (pliant 1) (manual de utilizare p 2,6,8) Debalansare -da(pliant p 1,manual de utilizare p 2,6,8) Pornire/oprire da(pliant p 1,manual de utilizare p 2,6,8) Capac deschis da(manual de utilizare p 3,6,8) Display Digital da(pliant p1,manual de utilizare p 2,4) Nivelul de zgomot ≤ 55 dB (pliant p1,manual p2) Capac transparent necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare da(manual de utilizare p 4)	D M 0 0 0 2 2 2 0 4 8

Semnat: _____ Numele, Prenumele: C. Lazari În calitate de: Manager achizitii

Ofertantul: IM " Becor" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Calea Orheiului 111/5