

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21008221din 20.05.2019

Denumirea procedurii de achiziție:Consumabile pentru dispozitive medicale pentru anul 2019

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	89	Saltea antiescara	MACR	Italia	Farma System	Prevenirea și tratamentul escare la nivelul I și II. Dimensiunea saltelei (în stare de funcționare): 200x90x70 cm Materialul saltelei: PVC Numărul de celule: cel puțin 130 de celule Mod de funcționare: intermitent, ciclu 10 minute Presiunea de lucru: - 20 +/- 1 kPa Funcționarea compresorului: continuă Consum de energie: 5-10 W Alimentare: 220V / 50Hz Încărcare nu mai mică de: 150 kg Kitul include: saltea, furtunuri de conectare, compresor, kit de reparare.	• L x l x h: 200X90X7 cm; • saltea cu bule de aer cu presiune variabila; • confectionata din PVC; • ajustare manuala a presiunii in saltea (50-110 mm HG), conform greutateii pacientului; • ciclu de functionare – 10 min ; • pompa electrica silentioasa; • culore: bej; • kit de reparatii; • 1 an garantie Codul Produsului:MACR Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Gheorghe Madan, 87/7