

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1648566468763 din 14.04.2022									
Obiectul de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2022 (repetat)									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
3310000-1	8	Teste RPR – test netreponemal, N100	Teste RPR – test netreponemal, N100	8.00.18.0.0100	Jordan	Atlas Medical	Testele RPR sunt bazate pe reacția de aglutinare pe carduri cu carbon. Testul este destinat screening-ul netreponemal al Sifilisului. Trusa va conține tot necesarul pentru 100 de probe. Trusa va conține: 1. RPR reagent 2. Carduri a câte 10 godeuri de unică folosință 3. Control negativ 4. Control pozitiv Trusa va conține toți reactivi necesari pentru varianta macroscopică. Sensibilitate >86 % - sifilis primar 100% sifilis secundar > 98% - sifilis latent. Specificitate ≥ 98%	Testele RPR sunt bazate pe reacția de aglutinare pe carduri cu carbon. Testul este destinat screening-ul netreponemal al Sifilisului. Trusa va conține tot necesarul pentru 100 de probe. Trusa va conține: 1. RPR reagent fl.4ml 2. Carduri a câte 10 godeuri de unică folosință 3. Control negativ fl.1ml 4. Control pozitiv fl.1ml Trusa va conține toți reactivi necesari pentru varianta macroscopică. Sensibilitate -100 % Specificitate - 100%. Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
3310000-1	9	Teste RPR – test netreponemal, flacon 10ml	Teste RPR – test netreponemal, flacon 10ml	8.00.18.0.0500	Jordan	Atlas Medical	Testele RPR sunt bazate pe reacția de aglutinare Trusa va conține flacon de 10 ml cu suspensie antigenică. Testul este destinat screening-ul netreponemal al Sifilisului. Sensibilitate >86 % - sifilis primar 100% sifilis secundar > 98% - sifilis latent. Specificitate ≥ 98%	Testele RPR sunt bazate pe reacția de aglutinare Trusa va conține flacon de 10 ml cu suspensie antigenică. Testul este destinat screening-ul netreponemal al Sifilisului. Sensibilitate -100 % Specificitate - 100%. Instrucțiunea se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Semnat:_____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9