

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1655477829847	Data: 29.07.2022
Denumirea licitației: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	Pagina 1 din 2

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
12	Mini-centrifugă pentru eprubete 0.2 - 1.5 ml	MCEN-15K-001 MCEN-A06-024 MCEN-A07-024	Spania	LabBox	Anul de producere: 2021-2022 Viteza reglabila 2000-6000RPM, pas 100 RPM Timer 30 sec-30min Rotor inclus pentru microtuburi 12x1.5ml, 12x0.5ml, 12x0.2ml Afisare digitală Sistem de blocare a capacului in timpul functionarii. Protecție la pornire cu capacul deschis. Capacul sa fie transparent sau dotat cu fereastra sau alta cale de acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica a turatiilor, conform normelor si standardelor în vigoare Tensiune alimentare: 210-230 V/ 50 Hz Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare, darea in exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat-obligatoriu.	Anul de producere: 2021-2022 Viteza reglabila 2000-15000RPM, pas 100 RPM Timer 30 sec-30min Rotor inclus pentru microtuburi 12x1.5ml, 12x0.5ml, 12x0.2ml Afisare digitală Sistem de blocare a capacului in timpul functionarii. Protecție la pornire cu capacul deschis. Capacul dotat cu fereastra pentru efectuarea procedurii de verificare periodica a turatiilor, conform normelor si standardelor în vigoare Tensiune alimentare: 200-240 V/ 50-60 Hz Certificat CE . Garanție 36 luni din momentul instalării	

14	Cântar de laborator	0009094	Moldova	Alex SE	An producere: 2021-2022 Afișare: Ecran LCD sau LED Domeniu de măsură: 0-500 g Precizie: ≤ 0.1 g; Linearitate: ≤ 0.2 g; Reproductibilitate: 0.2 g. Cantitatea minima cântărită: $\leq 0,5$ g. Funcție de aducere la zero. Dimensiuni platan: 100 - 150mm. Material platan: oțel inoxidabil. Tip calibrare: internă Tensiune alimentare: 210-230 V/50 Hz Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	An producere: 2021-2022 Afișare: Ecran LCD sau LED Domeniu de măsură: 0-600 g Precizie: ≤ 0.1 g; Linearitate: ≤ 0.2 g; Reproductibilitate: 0.2 g. Cantitatea minima cântărită: $\leq 0,5$ g. Funcție de aducere la zero. Dimensiuni platan: d - 116 mm. Material platan: oțel inoxidabil. Tip calibrare: internă Tensiune alimentare: 210-230 V/50 Hz Certificat CE . garanție 24 luni din momentul instalării.	
20	Etuvă 80-150 litri	DOVF-125-001	Spania	LabBox	An producere: 2021-2022 Dulap cu aer uscat destinat uscării instrumentelor medicale; Capacitate: 80 - 150 l. Domeniul de temperatură programabil: 50-200 grade C Pasul de incrementare temperatură: ≤ 1 grad. Afișaj: digital ; Control: Microprocesor; Protecție supraîncălzire; Construcția interioară: din oțel inox; Alarmă vizuala și Sonora; Divergență față de temperatura setată: max 1 C; Timp încălzire până la temperatura setată: max. 60 min. Circulare forțată a aerului. Alimentarea 220 V, 50 Hz. Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	An producere: 2021-2022 Dulap cu aer uscat destinat uscării instrumentelor medicale; Capacitate: 125 l. Domeniul de temperatură programabil: 40-300 grade C Pasul de incrementare temperatură: ≤ 1 grad. Afișaj: digital Control: Microprocesor; Protecție supraîncălzire; Construcția interioară: din oțel inox; Alarmă vizuala și Sonora; Divergență față de temperatura setată: max 1 C; Timp încălzire până la temperatura setată: max. 60 min. Circulare forțată a aerului. Alimentarea 220-240 V, 50-60 Hz. Certificat CE . Garanție 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare	

Valabilitatea ofertei - 120 zile

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**

În calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Decebal, 17/Z-7**