



Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1, of. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

Agencia Națională pentru Sănătate Publică
Oxana Tcacenco Telefonul de contact 067493406E-mail achizitii@ansp.gov.md
ocds-b3wdp1-MD-1721287026940 din 15.08.2024

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
20	33190000-8	Lot 20 Balanta analitică de laborator de precizie 0,001 g electronica cu display pentru investigații microbiologice	ACA1000	Polonia	Axis	Balanță cu precizia de 0,001g. Setare digitală, pentru cîntărirea pînă la 750g. Mod de calibrare: automatic intern. Platforma de cantarire din inox. Repetabilitate-0,001 g, dimensiune taler-140x140 mm; Platanul de cîntărire din oțel inoxidabil; calibrare internă, Interfață RS-232 Certificat de calibrare de la producator, Certificat ISO 9001 si 13485 de la producator, Declarație de conformitate. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Certificat de etalonare. Perioada de garanție min 1 ani din momentul instalării echipamentului.	Balanta digitala de laborator, model Axis ACA1000, min. 0.02g, (d)=0,001g, (e)=0.01g, Balanță cu precizia de 0,001g. Setare digitală, pentru cîntărirea pînă la 1000g. Mod de calibrare: automatic intern. Platforma de cantarire din inox. Repetabilitate-0,001 g, dimensiune taler-diametru 115 mm; Platanul de cîntărire din oțel inoxidabil; calibrare internă, Interfață RS-232 Certificat de calibrare de la producator, Certificat ISO 9001 de la producator, Declarație de conformitate. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Certificat de etalonare. Perioada de garanție min 1 ani din momentul instalării echipamentului. Termenul de garanție 12 luni	ISO, CE Marca

Anexa nr. 23 - Specificații de preț

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	33190000-8	Lot 20 Balanta analitică de laborator de precizie 0,001 g electronica cu display pentru investigații microbiologice	Buc	1	14,200.0000	17,040.0000	14,200.00	17,040.00	în termen de max 60 zile din data înregistrării contractului
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							14,200.00	17,040.00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 60 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE DE CALITATE ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu