

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii ocds-b3wdp1-MD-1712650822314 din 16 apr 2024

Obiectul de achiziție: Serviciilor de mentenanță și deservire tehnică a dispozitivelor medicale pentru anul 2024 (loturile neachiziționate).

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<b>Lotul 1</b>						
Aspirator chirurgical Impact Ultra-Lite 326/326m	-	-	-	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	
Aspirator chirurgical Ardo Primus Cell	-	-	-			
Aspirator chirurgical Huike YB-DX-98-3	-	-	-			
Aspirator chirurgical Hospivac H-90	-	-	-			
Aspirator chirurgical Gima Super Vega Battery Plus	-	-	-			
Aspirator chirurgical Hospivac CaMi	-	-	-			
Aspirator chirurgical Hospivac H-350	-	-	-			
<b>Lotul 2</b>						
Sterilizator MIZ-MA Gp 40	-	-	-	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	
Sterilizator Sanyo MOV-112S	-	-	-			
Sterilizator Nuve FN500p	-	-	-			
Sterilizator Memmert SF 750 Plus	-	-	-			
<b>Lotul 3</b>						
Autoclav Systec DX 100	-	-	-	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	
Autoclav GK 100-3	-	-	-			
<b>Lotul 4</b>						
Ventilator Hamilton C2	-	-	-	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	
Ventilator Hamilton C1	-	-	-			
Ventilator Hamilton C3	-	-	-			
Ventilator Hamilton C6	-	-	-			
Ventilator Medec Saturn Evo	-	-	-			
Ventilator Medtronic Newport E360	-	-	-			
Compressor Hamilton VentilAir II	-	-	-			
CPAP Hamilton Arabella	-	-	-			
Diatermocoagulator Excell 350 MCDSe	-	-	-			
Coagulator ValleyLab Force 2	-	-	-			
Coagulator ValleyLab Force FX	-	-	-			
<b>Lotul 5</b>						
Monitor fetal Edan F6	-	-	-	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h	
Monitor pacient Emtel FX3000	-	-	-			
Pulsoximetru Masimo Radical 7	-	-	-			
<b>Lotul 6</b>						

Pompă de infuzie Viltechmeda DF-12M	-	-	-	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță , agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h
Pompă de infuzie Jsb-1800	-	-	-		
Pompa cu seringă Amp sp8800	-	-	-		
Pompa infuzie Medima S	-	-	-		
Pompa seringă Aitecs Sp-14s	-	-	-		
Pompa infuzie Alaris GH	-	-	-		
Pompa de infuzie Braun Compact Plus	-	-	-		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_