

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție | ocds-b3wdp1-MD-1686062842065 din 08.06.2023                                     |
| Obiectul achiziției:            | Medii nutritive, suplimente, reagenți și seruri pentru încercări în cadrul LÎPA |

| Denumirea bunurilor/serviciilor                  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                 | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                    | Standarde de referință |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                | 2                                       | 3               | 4            | 5                                                                                                         | 6                                                                                                         | 7                      |
| <b>Bunuri/servicii</b>                           |                                         |                 |              |                                                                                                           |                                                                                                           |                        |
| LOT 73 InfinityLab Poroshell 120 SB C-18         | 685775-902                              | SUA             | Agilent      | InfinityLab Poroshell 120 SB C-18 2.1 x 100mm, 2.7 Micron<br>Compatibil cu sistemele Agilent LCMS Ultivo. | InfinityLab Poroshell 120 SB C-18 2.1 x 100mm, 2.7 Micron<br>Compatibil cu sistemele Agilent LCMS Ultivo. |                        |
| LOT 74 Set anual consumabile generatorul de azot | 3301538                                 | SUA             | Agilent      | Set anual pentru generatorul de azot Peak Genius XE, compatibil cu sistemul Agilent LCMS Ultivo.          | Set anual pentru generatorul de azot Peak Genius XE, compatibil cu sistemul Agilent LCMS Ultivo.          |                        |

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasibaș** În calitate de: **Director**  
Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**