

Anexa nr.22

La documentatia standard nr. _____

din data 14.01.2022

Alternative - nu

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21049296 Data: 14.01.2022							
Denumirea procedurii de achizitie: reagenti de laborator pentru a.2022							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Std. de ref.
Lot 1 RPR carbon							
1.1	RPR-carbon	044500A	Italia	Lorne	Cerinte generale + Nota. Cu control ,+ , - Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat,marcat , etichetat de producator, ambalaj securizat ,marcat si etichetat de catre producator.Date de identitate(denumirea lotului,seria..).Jale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator (la momentul livrarii catre consummator) sa fie nu mai mic de 12 luni. La cerere de prezentat mostre pentru teste de la operatorul certificat in timp de trei zile	RPR Carbon kit, 500 teste	CE, ISO
Lot 2. Anticorpi neutralizanti SARS-CoV-2 Ig M							
2.1	Anticorpi neutralizanti SARS-CoV-2 Ig M	COV19M.C E.96	Italia	DiaPro	Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib 100%,specf.100%,cu control+si- calibratorim Marcaj CE si IVD Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate.Stripurile sa fie detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu,sa fie posibil de a efectua cate o proba.Marcaj CE si IVD . Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat,marcat , etichetat de producator, ambalaj securizat ,marcat si etichetat de catre producator Date de identitate(denumirea	COVID-19 IgM, 96 teste, metoda Elisa	CE, ISO

2.2	Anticorpi neutralizanti SARS-CoV-2 Ig G	COV19G.C E.96	Italia	DiaPro	Cerinte generale+Nota,ELISA,sensib 100%,specf.100%,cu control+si- calibratorim Marcaj CE si IVD Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati,certificati de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului in cauza, pe perioada de utilizare a reactivelor,precum si participarea lor la reprogramari,calibrari,controale de calitate.Stripurile sa fie detasabile ,posibil de a rupe stripul si de a folosi cate un godeu,sa fie posibil de a efectua cate o proba.Marcaj CE si IVD . Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat,marcat , etichetat de producator, ambalaj securizat ,marcat si etichetat de catre producator Date de identitate(denumirea	COVID-19 IgG, 96 teste, metoda ELISA	CE, ISO
	Lot 4. LE celule - Latex test						
4.1	LE celule -Latex test	840050	Italia	Lorne	Kit pentu diagnosticul in vitro ,determinarea calitative si semi-quantitativa in ser si plasma, se da preferinta seturilor ce contin mai multe teste intr-un kit, sa fie indicat atat pretul cat si cantitatea	LE Latex Kit, 50 teste	CE, ISO
	Lot 5. Planseta pentru microscopierea urinei						
5.1	Planseta pentru microscopierea urinei	301890	Italia	Kima	Planseta pentru microscopierea urinei cu 10 godeuri transparente,de unica folosinta	Planseta de unica folosinta pentru microscopierea urinei cu 10 godeuri	CE, ISO
	Lot 6. Set pentru determinarea Hb umane in masele fecale.						
6.1	Set pentru determinarea Hb umane in masele fecale.	272001	Germania	Nal Von Minden	Set pentru determinarea Hb.umane in masele fecale ,se da preferinta seturilor ce contin mai multe teste intr-un kit, sa fie indicat atat pretul cat si cantitatea .	FOB rapid test, 20 teste	CE, ISO

Numele, Prenumele: _____Tudor Ceaicovschi, _____in calitate de Director "GBG-MLD" SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Albișoara 64/2