

**SPECIFICAȚII TEHNICE**  
**pentru IMSP Institutul de Medicina Urgenta**

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1692263044114 / 21088823 conform SIA RSAP / M-Tender	din 27 august 2023
Obiectul de achiziție: <b>Reactive: test express la droguri</b>		

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	1	2	3	4	5	6	7
1	33696000-5	Test express la droguri 10 parametri	DIAQUICK Multi-10/4 Drug Panel (Z06104CE)	Austria	Dialab	Set Test express la droguri 10 parametri (urina)  Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Caseta cu 10 parametri de droguri simultan la următoarele grupe generale de substanțe psihotrope și stupefiante: <b>Amfetamine</b> <b>Metamfetamine</b> <b>Benzodiazepine</b> (să posede reacții generale inclusiv la Diazepam, Clonazepam, Alprazolam, Lorazepam) <b>Cocaine</b> <b>Canabinoizi</b> <b>Metadon</b> <b>Morfine</b> <b>Opiate</b> <b>Barbiturice</b>  CE, Certificat de conformitate de la producător	Set Test express la droguri 10 parametri (urina)  Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Caseta cu 10 parametri de droguri simultan la următoarele grupe generale de substanțe psihotrope și stupefiante: <b>Amfetamine (AMP)</b> <b>Metamfetamine (MET)</b> <b>Benzodiazepine (BZO)</b> (să posede reacții generale inclusiv la Diazepam, Clonazepam, Alprazolam, Lorazepam) <b>Cocaine (COC)</b> <b>Canabinoizi (THC)</b> <b>Metadon (MTD)</b> - <b>Opiat, Morphin, Heroin (OPI)</b> <b>Barbiturice (BAR)</b> <b>Ecstasy (MDMA)</b> <b>Buprenorphine (BUP)</b>  CE, Certificat de conformitate de la producător	CE, ISO

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**În calitate de: **Director**Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**