

Caracteristicile sistemului

Volum probă	20 µl
Timp de afișare	25 de secunde
Debit	în general, 104 probe/oră
Timpi de calibrare	30 de secunde pentru calibrare cu 2 puncte

Tabel 4-1 Caracteristici generale de performanță

Tipuri de probe

- Sânge total
- Ser
- Plasmă
- Urină (nediluată)
- Soluții apoase
- Materiale recomandate de controlul calității

Parametri de măsurare

Parametru	specificat pentru	interval de măsurare	Unitate	Conversie
Na ⁺	B/S/P/Q	85.0 - 200.0	mmol/l	0,4 - 12,83 mg/dl ^(a)
	U	5.0 - 300.0	mmol/l	
K ⁺	B/S/P/Q	1.00 - 15.00	mmol/l	
	U	5.00 - 120.00	mmol/l	
Cl ⁻	B/S/P/Q	60.0 - 150.0	mmol/l	
	U	5.0 - 300.0	mmol/l	
Ca ²⁺	B/S/P/Q	0.100 - 3.200	mmol/l	
Hct	B	10.0 - 75.0	Hct%	
pH	B/S/P/Q	6.700 - 8.000	pH	

Tabel 4-2 Parametri de măsurare

(a) 1 mmol/l = 4.008 mg/dl

B	Sânge total
S	Ser
P	Plasmă
U	Urină (nediluată)
Q	Soluții apoase