

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1645190443141 din: 2 mart 2022, 8:19 - 6 mart 2022, 8:19

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a utilajului medical

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
504210 00-2	Lot 8 Mentenanța anuală pentru Aparat radiografic dentară 5D2	-	-	-	Verificarea vizuală a aparatului(integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea și ajustarea generatorului (verificarea conexiunii la pământ, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentgen, verificarea puterii maxime a generatorului); Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.	Verificarea vizuală a aparatului(integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea și ajustarea generatorului (verificarea conexiunii la pământ, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentgen, verificarea puterii maxime a generatorului); Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.	-
504210 00-2	Lot 9 Mentenanța anuală pentru Complex radiodiagnostic digital Sonia Vision-Shmimadzu	-	-	-	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea și ajustarea generatorului (verificarea conexiunii la pământ, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentgen, verificarea puterii maxime a generatorului); Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frânele, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de scopie și grafie; Testarea funcționalității printerului și a cititorului de pelicule, cu implementarea mentenanțelor preventive conform manualului tehnic; Instruirea personalului medical; Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.	Verificarea vizuală a aparatului (integritatea cablurilor de tensiune și a elementelor de protecție contra radiației); Verificarea și ajustarea generatorului (verificarea conexiunii la pământ, reglarea curenților și condiționarea tuburilor de roentgen, verificarea puterii maxime a generatorului); Ungerea și ajustarea părților mecanice de deplasare (frânele, limite de mișcare, colimator, coloana verticală); Verificarea, curățarea și ungerea componentelor mecanice a mesei de scopie și grafie; Testarea funcționalității printerului și a cititorului de pelicule, cu implementarea mentenanțelor preventive conform manualului tehnic; Instruirea personalului medical; Efectuarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; Verificarea și reînnoirea software la cea mai actuală versiune; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.	-
504210 00-2	Lot 13 Mentenanța anuală pentru Sterilizator cu aburi ГПД-400-2	-	-	-	Verificarea sistemii de dozare a apei; Testarea pompei de vacuum și de aer; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și rezistenței de împănțare; Curățarea și lubrifierea părților mecanice; Verificarea și curățarea tuturor filtrelor de aer cât și de apă; Testarea și curățarea tuturor părților componente a ușilor de deschidere/închidere (senzor, puncte de conexiune și fixare); Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice; Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.	Verificarea sistemii de dozare a apei; Testarea pompei de vacuum și de aer; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și rezistenței de împănțare; Curățarea și lubrifierea părților mecanice; Verificarea și curățarea tuturor filtrelor de aer cât și de apă; Testarea și curățarea tuturor părților componente a ușilor de deschidere/închidere (senzor, puncte de conexiune și fixare); Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice; Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.	-
504210 00-2	Lot 14 Mentenanța anuală pentru Sterilizator cu aburi BK-75	-	-	-	Verificarea sistemii de dozare a apei; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și rezistenței de împănțare; Curățarea și lubrifierea părților mecanice; Testarea și curățarea	Verificarea sistemii de dozare a apei; Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și rezistenței de împănțare; Curățarea și lubrifierea părților mecanice;	-

				tuturor părților componente a ușilor de deschidere/închidere (puncte de conexiune și fixare); Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.	Testarea și curățarea tuturor părților componente a ușilor de deschidere/închidere (puncte de conexiune și fixare); Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui; Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. GRAFIC DE PRESTARE A SERVICIILOR: Trimestrial și intervenții la solicitarea inginerului local.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**