

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție nr. MTender ID <u>ocds-b3wdp1-MD-1707901955766</u> din 27.02.2024						
Obiectul achiziției: <u>Gaze comprimate</u>						

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Acetilena flamfotometrie						
1.1 Acetilena flamfotometrie (pur 99,6%),				Bucată=Butelie a câte 10 kg. Puritate ≥ 99,6%, Impurități admise: Azot - max.0,4 % PH3 – max.5 ppm H2S – max. 50 ppm reîncărcare în butelie eurostandard conform PTC5-03 ISCIR, ISO 4750		
1.2 Acetilena flamfotometrie (pur 99,6%)				Bucată=Butelie a câte 1,8 kg. Puritate- 99,6%, Impurități admise: Azot - max.0,4 % PH3 – max.5 ppm H2S – max. 50 ppm reîncărcare în butelie eurostandard, PTC5-03 ISCIR, ISO 4750		
Lot 2 Azot 5,0 (pur 99,999%)				Bucată=Butelie a câte 9,6 Nmc. Puritate- 99,9990% Impurități admise: Oxygen – max.3 ppm Argon - max.3 ppm Apa – max.5 ppm Hidrocarburi – max.0.2 ppm reîncărcare în butelie eurostandard, conform DIN 477-10		

Lot 3 Heliu 5,0 (pur 99,999%)					Bucată=Butelie a câte 9,1 Nmc. Puritate - 99,9990% Impurități admise: Oxygen – max.2 ppm Azot - max.3 ppm Apa – max.3 ppm Hidrocarburi- max.0.2 ppm CO – max. 1 ppm CO2 – max. 1 ppm reîncărcare în butelie eurostandard conform DIN 477-6		
Lot 4 Argon 5,0 (pur 99,999%)					Bucată=Butelie a câte 10,7 Nmc. Puritate - 99,999% Impurități admise: Oxygen – max.2 ppm Azot - max.5 ppm Apa – max.3 ppm CO – max. 1 ppm CO2 – max. 1 ppm Hidrocarburi – max.0.2 ppm reîncărcare în butelie eurostandard, conform DIN 477-6		
Lot 5 Azot lichid - reîncărcare butelie client					Reîncărcare butelie client (vas Diuar)		
Lot 6 Argon tehnic 99,98 %					Bucată=1 butelie a câte 10,7 Nmc, puritate 99,98%		
Lot 7 Amestec de gaze CO/aer (monooxid de carbon/aer)	PGS	UKR.		Ucrmetteststandard	Bucată=butelie 20dm ³ (p/u 2 butelii a câte 10 dm ³) 1 butelie concentrația-46mg/m ³ și 1 butelie Conc.-1,0 mg/m ³)	Bucată=butelie 20dm ³ (p/u 2 butelii a câte 10 dm ³) 1 butelie concentrația-46mg/m ³ și 1 butelie Conc.-1,0 mg/m ³)	ISO
Lot 8 Bioxid de carbon					Impurități: Oxygen – max.10 ppm Azot - max.50 ppm Apa – max.10 ppm reîncărcare butelie reîncărcare în butelie eurostandard, conform DIN 477-6		
Lot 9 Testarea buteliei cu schimb ventilului					Schimbarea ventilului		
TOTAL							

Semnat: _____

Vladimir Todorov

În calitate de:

Director

Ofertantul: **TEMEL-VTAC SRL** RM, Chisinau, str. Ginta Latina 17/1-86