

## Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: \_ocds-b3wdp1-MD-1771572973076 din 23.03.2026Obiectul de achiziție: Reactivi și consumabile pentru Laboratorul pentru Controlul Calității Medicamentelor

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de referință
128		Fluid K, ambalaj 300ml, steril perforabile	5089 Fluid K, ambalaj 300ml	Spania	Conda	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. Să fie indicat termenul de valabilitate de la producător a mediului pregătit	Anexata fisa tehnica.	
129		Fluid D, ambalaj 300ml ,steril perforabile	5086 Fluid D, ambalaj 300ml	Spania	Conda		Anexata fisa tehnica.	
130		Fluid A, ambalaj 300ml ,steril perforabile	5083 Fluid A, ambalaj 300ml	Spania	Conda		Anexata fisa tehnica.	
131		Tioglicolat Fluid mediu,ambalaj 100ml steril	5128 Tioglicolat Fluid mediu,ambalaj 100ml steril	Spania	Conda		Anexata fisa tehnica.	
132		Tryptic casein soya broth (TSB) ambalaj 100ml steril	5119 Tryptic casein soya broth (TSB) ambalaj 100ml steril	Spania	Conda		Anexata fisa tehnica.	
133		Tryptic Soy Agar (TSA)	CM0131B Agar soia triptona	MB	ThermoFisher (Oxoid)	Conform Ph Eur.2.6.1, Certificat de conformitate..Termen de valabilitate minimum 3ani	Anexata fisa tehnica.	
134		Tryptone soya broth (TSB)	CM0129B Tryptone Soya Broth	MB	ThermoFisher (Oxoid)		Anexata fisa tehnica.	
135		Sabouraud Dextrose Agar (SDA)	CM0041B Sabouraud Dextrose Agar	MB	ThermoFisher (Oxoid)		Anexata fisa tehnica.	
138		MacConkey Agar	1052-00 Macconkey agar EP/USP/ISO	Spania	Conda		Anexata fisa tehnica.	
139		MacConkey Broth	1210 MacConkey Broth EP/USP	Spania	Conda		Anexata fisa tehnica.	
144		Columbia Agar with 5% Sheep Blood	*PB5039A COLUMBIA AGAR+SHEEP BLOOD PLUS N10	MB	ThermoFisher (Oxoid)	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate..Termen de valabilitate minimum 3 ani	Conform Ph Eur.2.6.12.; 2.6.13 Certificat de conformitate. <b>Termend de valabilitate max. 3 saptamani. Poate fi livrat in transe.</b> Anexata fisa tehnica.	
146		Rappaport- Vassiliadis Broth	CM0669B Mediu cu magneziu (Rappaport Vassiliadis Bulion)	MB	ThermoFisher (Oxoid)	Conform Ph Eur.; 2.6.13.Termen de valabilitate minimum 3 ani	Conform Ph Eur.; 2.6.13. <b>Termen de valabilitate minimum 12 luni.</b> Anexata fisa tehnica.	
150		Buffere Sodium Chloride	LP0005 SODIUM CHLORIDE BACTERIOLOGICAL	MB	ThermoFisher (Oxoid)	Certificat de conformitate..Termen de valabilitate minimum 6 luni	Anexata fisa tehnica.	
152		Anaerobic indicator (N100)	*BR0055B Anaerobic indicator (resazurin) N100	MB	ThermoFisher (Oxoid)	Anaerobic indicator (resazurin) cutie cite 100 buc	Anexata fisa tehnica.	

172	Staphylococcus aureus ATCC 6538 ATCC 10231 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2)	R4717016 Staphylococcus aureus ATCC 6538	MB	ThermoFisher	Bucată=anse/disk/KWIK-STIK Ambalaj=cutie/flacon /pachet cu minim 2 buc - maxim 10 buc. Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate	Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ 10 flacoane /kit; <100 CFU/0.1mL Conform Ph.Eur.2.6.13, Certificat de conformitate Anexata fisa tehnica.	Certificat de conformitate
173	Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2)	R4175210 Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027	MB	ThermoFisher			
174	Bacillus subtilis ATCC 6633 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2)	R4731221 Bacillus subtilis ATCC 6633	MB	ThermoFisher Scientific			
175	C.albicans ATCC 10231 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2)	R4711503 C.albicans ATCC 10231	MB	ThermoFisher Scientific			
176	E.Coli ATCC 8739 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2)	R47170085 E.Coli ATCC 8739	MB	ThermoFisher Scientific			
177	Clostridium sporogenes ATCC 19404 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2)	R4711700 Clostridium sporogenes ATCC 19404	MB	ThermoFisher Scientific			
178	Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2)	R4731100 Aspergillus brasiliensis ATCC 16404	MB	ThermoFisher Scientific			
179	Salmonella enterica serovar typhimurium ATCC 14028 (CFU/ 0,1 ml: <100 Pasaj: 2)	R4716000 Salmonella enterica serovar typhimurium ATCC 14028	MB	ThermoFisher Scientific			
182	Staphylococcus aureus ATCC 6538	*R4607016 S.aureus ssp aureus ATCC 6538 PK/5	MB	ThermoFisher Scientific			
183	Staphylococcus epidermidis ATCC 12228	*R4606500 S.epidermidis ATCC 12228	MB	ThermoFisher Scientific			
184	Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027	*R4605210 P.aeruginosa ATCC 9027 PK/5	MB	ThermoFisher Scientific			
185	Bacillus subtilis ATCC 6633	*R4601221 B.subtilis ATCC 6633 N5	MB	ThermoFisher Scientific			
187	E.Coli ATCC 8739	*R4607085 E.coli ATCC 8739 PK/5	MB	ThermoFisher Scientific			
189	Sacharomyces cerevisiae ATCC 9763	*R4608201 S.cerevisiae ATCC 9763	MB	ThermoFisher Scientific			
190	Aspergillus brasiliensis ATCC 16404	*R4601100 A.brasiliensis ATCC 16404	MB	ThermoFisher Scientific			
191	Clostridium sporogenes ATCC 19404	*R4601700 C.sporogenes ATCC 19404	MB	ThermoFisher Scientific			
194	Salmonella enterica serovar typhimurium ATCC 14028	*R4606000 S. enterica sv typhimurium ATCC14028 N5	MB	ThermoFisher Scientific			
195	Brevundimonas diminuta (ATCC 19146,	*R4607200 B. diminuta ATCC 19146 PK/5	MB	ThermoFisher Scientific			

246	Placi de contact sterile cu diametru 55mm (Rodac) cu mediu TSA+ neutralizant	4538 Trypticasein Soy Agar (TSA) + Neutralizing. Double Wrapped. Irradiated	Spania	Conda	<p>Pentru controlul contaminării microbiene mediului, microbiologic al tuturor suprafețelor din laborator, pentru textile (echipament de protecție) și pentru controlul meselor pliante, benzilor transportoare, cărucioarelor, containerelor etc.</p> <p>Termin de valabilitate nu mai puțin de 6 luni. Certificat de conformitate/calitate. Conform cerintelor EDQM (ISO17025/ GMP), Ph.Eur.2.6.1 250 buc. se vor livra in al II semestru</p>	<p>Diametru 65 mm; Anexata fisa tehnica.</p> <p>Pentru controlul contaminării microbiene mediului, microbiologic al tuturor suprafețelor din laborator, pentru textile (echipament de protecție) și pentru controlul meselor pliante, benzilor transportoare, cărucioarelor, containerelor etc.</p> <p>Termin de valabilitate nu mai puțin de 6 luni. Certificat de conformitate/calitate. Conform cerintelor EDQM (ISO17025/ GMP), Ph.Eur.2.6.1 250 buc. se vor livra in al II semestru</p>
247	Placi de contact sterile cu diametru 55mm (Rodac) cu mediu SDA+ neutralizant	4545 Sabouraud Dextrose Agar + Neutralizing. Double Wrapped. Irradiated.	Spania	Conda		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Cristina Lazari În calitate de: Manager achizitii

Ofertantul :IM „Becor” SRL Adresa: str.Calea Orheiului 111/5