

QUALITY CONTROL DATA SHEET – FICHE DE CONTROLE QUALITE

Guinea pig complement / Complément de cobaye

Product code/ Code produit : CPLT-2X5ML

Batch n° / N° de lot: O22

Insert / Mode d'emploi : 0520

Manufacturing date / Date de fabrication: 2023/12

Expiry date / Date d'expiration: 2026/12

KIT COMPONENTS / COMPOSITION DU KIT

Components / Composants	Batch n° / N° de lot
Complement / Complément	FCPLT-5ML-038
Reconstitution buffer 17 / Tampon de reprise 17	TP17-6-017

STORAGE / CONSERVATION:

Upon receipt, before reconstitution, store between +2°C and +8°C. / Conservation entre +2°C et +8°C après réception, avant reconstitution.

PURIFICATION / PURIFICATION:

Not applicable. / Non applicable.

Product is 0,2 µm filtered. / Filtré sur membrane 0,2 µm.

PRESERVATIVE / CONSERVATEUR:

None. / Aucun.

QUALITY CONTROL / CONTROLE QUALITE

Tested parameters / Paramètres testés	Acceptation criteria / Critère d'acceptation	Results / Résultats
Complement Fixation Test / Réaction de Fixation du Complément.	Activity in Brucellosis serology / Sérologie en Brucellose par rapport à une référence	PASSED / CONFORME

CONCLUSION: THE AFOREMENTIONED BATCH MEETS REQUIREMENTS FOR RELEASE

CONCLUSION : LE LOT MENTIONNE SATISFAIT AUX EXIGENCES DE LIBERATION DE LOT

VALIDATED BY / VALIDE PAR

ANAIS AGNEL

QUALITY CONTROL MANAGER / RESPONSABLE CONTROLE QUALITE



QUALITY CONTROL DATA SHEET – FICHE DE CONTROLE QUALITE

Guinea pig complement / Complément de cobaye

Product code/ Code produit : CPLT-2X5ML

Batch n° / N° de lot: O22

Insert / Mode d'emploi : 0520

Manufacturing date / Date de fabrication: 2023/12

Expiry date / Date d'expiration: 2026/12

KIT COMPONENTS / COMPOSITION DU KIT

Components / Composants	Batch n° / N° de lot
Complement / Complément	FCPLT-5ML-038
Reconstitution buffer 17 / Tampon de reprise 17	TP17-6-017

STORAGE / CONSERVATION:

Upon receipt, before reconstitution, store between +2°C and +8°C. / Conservation entre +2°C et +8°C après réception, avant reconstitution.

PURIFICATION / PURIFICATION:

Not applicable. / Non applicable.

Product is 0,2 µm filtered. / Filtré sur membrane 0,2 µm.

PRESERVATIVE / CONSERVATEUR:

None. / Aucun.

QUALITY CONTROL / CONTROLE QUALITE

Tested parameters / Paramètres testés	Acceptation criteria / Critère d'acceptation	Results / Résultats
Complement Fixation Test / Réaction de Fixation du Complément.	Activity in Brucellosis serology / Sérologie en Brucellose par rapport à une référence	PASSED / CONFORME

CONCLUSION: THE AFOREMENTIONED BATCH MEETS REQUIREMENTS FOR RELEASE

CONCLUSION : LE LOT MENTIONNE SATISFAIT AUX EXIGENCES DE LIBERATION DE LOT

VALIDATED BY / VALIDE PAR

ANAIS AGNEL

QUALITY CONTROL MANAGER / RESPONSABLE CONTROLE QUALITE

