

**LINDE GAZ ROMÂNIA S.R.L.**  
300136 Timișoara; Str. Avram Imbroane nr. 9  
Tel. 0256 225605  
Fax 0256 201348

### CERTIFICAT DE CALITATE

Produsul: **Azot 5.0**  
Livrat in: butelie **50 l**  
Presiune imbuteliere: **200 bar**  
Continut gaz / butelie: **9.6 Nmc**

### CARACTERISTICI CALITATIVE DE BAZA

Componenta	Cantitate
<b>Azot</b>	<b>min. 99,999 %</b>
<b>Oxigen</b>	<b>max. 3 ppm</b>
<b>Apa</b>	<b>max. 5 ppm</b>
<b>Hidrocarburi</b>	<b>max. 0.2 ppm</b>
<b>Argon</b>	<b>max. 3 ppm</b>

Prezentul certificat intocmit in conformitate cu legea atesta calitatea produsului livrat, parametrii sai incadrandu-se in normativul de calitate.

Pentru a contribui si dvs. la mentinerea calitatii produsului, va rugam, returnati butelia cu o presiune remanenta de min. 0,5 bar.



### Linde Gaz Romania

Timișoara  
Str. Avram Imbroane 9  
Tel.: +40 256 300 700  
Fax: +40 256 225 608

București  
Autostrada București – Pitești km.11  
Tel.: +40 21 318 1920  
Fax: +40 21 3181934

Cluj Napoca  
Bvd. Muncii 18  
Tel.: +40 264 415 707  
Fax: +40 264 415 708

[www.linde-gaz.ro](http://www.linde-gaz.ro)