



AORT SAĞLIK HİZMETLERİ VE
BİLGİŞLEM SİST. TURİZM. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Dudullu OSB Mah. DES-116 Sok. DES Sitesi
E Apt. No:27A Ümraniye/İSTANBUL
T: +90 216 660 08 99 F: +90 216 660 07 99
www.aort.net

BEYAN /DECLARATION

08 Ekim 2025
October 08, 2025

Altı (6) Bağımsız Kanal

İlgili Makama,

Biz, AORT, EndoCleaner EC-411 endoskop yıkama ve dezenfeksiyon sisteminin üreticisi olarak, cihazın her bir kanalı bağımsız olarak izleyebilen geliştirilmiş bir konfigürasyona opsiyonel olarak yükseltilebilecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiş olduğunu beyan ve teyit ederiz.

Bu yükseltme şunları sağlayacaktır:

- İki adetten altı adede kadar endoskop kanalının işlenmesi,
- Her kanalın ayrı akış ölçerler ile bireysel olarak izlenmesi,
- Her kanal için bağımsız akış kontrolü ve ölçümü ile uygun sıvı dağılımı ve izleme doğruluğunun sağlanması,

EC-411 kontrol ve izleme yazılımı ile sistem uyumluluğu, tam izlenebilirlik ve performans güvencesi sağlanarak devam edecektir.

Six (6) independent channels,

To Whom

We, AORT, as the manufacturer of the EndoCleaner EC-411 endoscope cleaning and disinfection system, hereby declare and confirm that the device has been designed and engineered to allow an optional upgrade for an enhanced configuration with six (6) independent channels with monitoring of each channel independently.

This upgrade will provide:

- Processing of two, up to six endoscope channels.
- Individual monitoring of each channel through dedicated flow meters
- Independent flow control and measurement ensuring proper fluid distribution and monitoring accuracy for every channel

System compatibility with the EC-411 control and monitoring software, maintaining full traceability and performance assurance.

