

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Numărul licitației:	LP nr. MD-1648707767984
Denumirea licitației:	Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 4)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standart de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
331000 0-1	2	Sistem garou pneumatic	Sistem garou pneumatic	EZO-02	Polonia	CHM	Conform caietului de sarcini	Conform Anexei 2	CE, EEC, ISO
331000 0-1	3	Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacienților	Carucior (scaun cu rotile) pentru transportarea pacienților	43272	Italia	Gima	Conform caietului de sarcini	Conform Anexei 3	CE, EEC, ISO
331000 0-1	7	Sistem pentru dezghețare și încălzirea plasmei și a pungilor de sânge	Sistem pentru dezghețare și încălzirea plasmei și a pungilor de sânge	WPFD 2/4	Italia	KW Apparecchi Scientifici	Sistem pentru dezghețarea și încălzirea plasmei și a pungilor de sânge Cod Anexa 5 Descriere Dispozitiv medical pentru dezghețarea și încălzirea plasmei și a pungilor de sânge cu caldura uscata Parametrul Specificația Metoda de lucru cu caldura uscata Capacitatea de încărcare 4 -6 pungi Temperatura mentinuta constant 37 °C Puterea 600-900 W Agitator opțional Controlul temperaturii componentelor sanguine Senzor infraroșu Ecran LED Da Afișarea temperaturii componentelor sanguine Da Alimentare de la rețea 220V 50 Hz	Sistem pentru dezghețarea și încălzirea plasmei și a pungilor de sânge Cod Anexa 5 Descriere Dispozitiv medical pentru dezghețarea și încălzirea plasmei și a pungilor de sânge cu caldura uscata Parametrul Specificația Metoda de lucru cu caldura uscata. pungile nu intra in contact cu lichidul de incalzire Capacitatea de încărcare 4 pungi de 450-460 ml Temperatura mentinuta constant 37 °C Puterea 685 W Agitator inclus, functia de agitare a pungilor este opțional pornita de operator, la necesitate Controlul temperaturii componentelor sanguine Senzor infraroșu Ecran LED Da Afișarea temperaturii componentelor sanguine Da Alimentare de la rețea 220V 50 Hz	CE, EEC, ISO
331000 0-1	9	Microscop trinocular	Microscop trinocular	N- PW300AT+DCE- PW500 Digital Camera	China	Ningbo Proway Optics&Elect ronics	Conform caietului de sarcini	Conform Anexei 9	CE, EEC, ISO
331000 0-1	12	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	Lampă chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici de baza)	Q-Flow 4	Finlanda	Merivaara Corp	Conform caietului de sarcini	Conform Anexei 12	CE, EEC, ISO
331000 0-1	13	Lampă chirurgicală cu 2 sateliti (caracteristici de baza)	Lampă chirurgicală cu 2 sateliti (caracteristici de baza)	Q-Flow 4+4	Finlanda	Merivaara Corp	Conform caietului de sarcini	Conform Anexei 13	CE, EEC, ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara, 64/2