

Specificații de preț

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1733842574189 din 31 decembrie 2024

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Dispozitivelor medicale, instrumentar conform necesităților IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3		5	6			9	10
3	Electrocoagulator (non-stick) bipolar + monopolar pentru operatii neurochirurgicale	Buc	2	92040,00	110448,00	184080,00	220896,00	Termenul de livrare/ /instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
4	Aspirator chirurgical	Buc	3	13999,99	16799,88	41999,97	50399,96		
TOTAL						226079,97	271295,96		

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1733842574189 din 31 decembrie 2024

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Dispozitivelor medicale, instrumentar conform necesităților IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
3	Electrocoagulator (non-stick) bipolar + monopolar pentru operații neurochirurgicale	Surtron 300HP	Italia	LED SPA	"Aplicații: neurochirurgie Frecvența de lucru: minim 300kHz Ieșiri: Monopolar minim 2 bipolar minim Mod monopolar: Taiere ≥ 300 W Coagulare ≥ 120 W Mod bipolar: Taiere ≥ 100 W Coagulare ≥ 100 W Interfața: butoane sau Touchscreen Autotestarea la pornire Posibilitatea de detectare a accesoriilor Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz) Accesorii: Pedală de picior, compatibil cu modulul de electrocoagulare 1 buc. Electrod neutru reutilizabil din cauciuc siliconic -4 buc Cablul electrod neutru -2 buc Cablul monopolar pentru conectarea electrodului la dispozitivul de electrocoagulare Cablul bipolar Lungime de cel puțin 3"	"Aplicații: neurochirurgie Frecvența de lucru: minim 300kHz Ieșiri: Monopolar minim 2 bipolar minim Mod monopolar: Taiere ≥ 300 W Coagulare ≥ 120 W Mod bipolar: Taiere ≥ 100 W Coagulare ≥ 100 W Interfața: butoane sau Touchscreen Autotestarea la pornire Posibilitatea de detectare a accesoriilor Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz) Accesorii: Pedală de picior, compatibil cu modulul de electrocoagulare 1 buc. - da Electrod neutru reutilizabil din cauciuc siliconic -4 buc - da Cablul electrod neutru -2 buc - da Cablul monopolar pentru conectarea electrodului la dispozitivul de electrocoagulare - da Cablul bipolar Lungime de cel puțin 3" - da	DM0005 77897
4	Aspirator chirurgical	NEW HOSPIV AC 400 "BASIC 5" RE.4103 50/36	Italia	Ca-Mi	"Carcasa din material rezistent la socuri mecanice Buton pentru reglajul vacuumului Indicator de vacuum Vase de colectare autoclavabile minim 3 litri cu supape de siguranță Presiune maximă de aspirație: 0.67-1 bar Debit maxim de aspirație: minim 60 l/min Mobil pe 4 roți antistatice Alimentare: 230V, 50Hz, 230 VA Accesorii standard: 2 vase colectoare cu capace Tuburi silicon Filtru antibacterian"	"Carcasa din material rezistent la socuri mecanice Buton pentru reglajul vacuumului Indicator de vacuum Vase de colectare autoclavabile minim 3 litri cu supape de siguranță Presiune maximă de aspirație: 0.67-1 bar Debit maxim de aspirație: minim 60 l/min Mobil pe 4 roți antistatice Alimentare: 230V, 50Hz, 230 VA Accesorii standard: 2 vase colectoare cu capace Tuburi silicon Filtru antibacterian"	DM0007 92545

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia