

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1588679718570/21022499
Denumirea procedurii de achiziție: Aparate de ventilare artificială a plămînilor

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolul	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	Aparate de ventilare artificială a plămînilor	ELISA 500	Germania	Lowenstein Medical	<p>"Regim de ventilare 1. APVcmv/(S)CMV+; 2. APVsimv/SIMV+ 3. PCV+; 4. PSIMV+; 5. DouPAP 6. ARV; 7. SPONT; 8. ASV 9. NIV; 10. NIV-ST Presiunea de inspirație 0 – 60 cmH2O - Fluxul maxim de inspirație 240 l/min (150 l/ min cu 100 % O2) - Volumul Tital Adult/Ped 20 – 2000 ml - I:E – 1:9 – 4:1 - PEEP (cmH2) – 0 – 35 cmH2O - Rate b/min – 1- 80 b/min - TI – 0.1-12 sec Configurația: - Ventilator tip turbină; - Troleu; - Suport pentru circuit; - Cablu de alimentare - Umidificator - Circuite pentru pacient cu camera de umidificare 1 buc (sterilizabil) - Manual de utilizare"</p>	Conform Anexei 1	CE

Semnat: Numele, Prenumele: **Cojocaru V.**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: „ELECTEH” S.R.L.

Adresa: **or. Chisinau, str. Mircea cel Batrin 40/1, ap.59**