

Anexa 22. Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:			LD nr. 21114426 / ocds-b3wdp1-MD-1699270200588			Data: 27.11.2023		Alternativa n
Denumirea procedurii de achiziție			Produse parafarmaceutice – 2023 (2)					Pagina: _____ din _____
Denumirea bunurilor /serviciilor	Model articol	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință		
1	2	3,00	4	5	6	7		
Lot 1. Filtru cu filtrare eficientă și cu returnarea optimală a umidității și căldurii	140-210	Turcia	Plasti-Med	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilație și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilație și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuirea fluxului, 22F/15M - 22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.9998%, return H2O cel puțin 33,2mg H2O/l la VT=500ml, rezistența mică la flux, volum compresibil redus, volumul Tidal minim 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, steril. Port Luer p/proba de CO2. Pag. 21 din Catalogul Plasti-Med DM000371415	CE, ISO		
Lot 2. Filtru p/u utilizare în anestezie sau TI	140-201	Turcia	Plasti-Med	Filtru p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilație și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 60ml, greutate nu mai mult de 28g, volumul Tidal minim 200 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Filtru p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilație și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.9998%, rezistența mică la flux, volum compresibil redus, volumul Tidal minim 200 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, steril. Port Luer p/u proba de CO2. Pag. 21 din Catalogul Plasti-Med DM000371414	CE, ISO		

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**