

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție **21035031** din **15.02.2021**

Denumirea procedurii de achiziție: **Reactivelor și consumabilelor de laborator pentru anul 2021**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
336 000 00-6	30.1	Teste strip pentru determinare a glucozei la glucometrul Accu-Chek sau, teste pentru determinare a glucozei însoțite de glucometru (conform cerințelor)- 10 buc. (oferite gratuit în folosință)	TD 4302	Taiwan	TaiDoc	Cerințe generale: 1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 2. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezente în limba de stat sau în limba rusă. 3. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc). 4. Cerințe glucometru: Dispozitiv portabil; Toate accesoriile și consumabilele dispozitivului să fie compatibile; Ecran LCD; Proces automat de măsurare; Calibrare automată, Memorie numărul de teste ≥ 300 ; Memorie	Termenul de valabilitate – nu mai mic de 12 luni. Seturile livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj corespund cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set Materialul pentru investig. - sânge capilar, venos proaspăt Instrucțiuni privind modul de utilizare în limba de stat Condiții optime de păstrare – DA Oferirea a 10 glucometre Clever Chek cu titlu gratuit - DA Glucometru: Dispozitiv portabil; Toate accesoriile și consumabilele sunt compatibile; Ecran LCD; Proces automat de măsurare; Calibrare automată; Memorie numărul de teste – 450; Memorie data/ora rezultatul probei – DA;	ISO, CE

MD-2019
 Republica Moldova
 mun. Chișinău, str. Testemițanu 3/18
 email: directorcomercial@polisanoprim.md
 tel/fax: +373 28 57 99

						data/ora rezultatul probei; Baterie internă; Autonomie de la baterie $\geq$ 700 teste; Indicator baterie descărcată; Geantă transport glucometru și accesorii; Dispozitiv de înțepare cu nivel reglabil de străpungere; Declarație cu privire la termenul de garanție a dispozitivului de min. 18 la momentul livrării, instruirea personalului medical.	Baterie internă; Autonomie de la baterie – 1000 teste; Indicator baterie descărcată; Geantă transport pentru glucometru și accesorii; Dispozitiv de înțepare cu nivel reglabil de străpungere; Garanție 5 ani.	
336 000 00- 6	30. 2	Lancete sterile pentru glucometrul Accu-Chek sau, lancete sterile pentru glucometru (conform cerințelor)- 10 buc. (oferite gratuit în folosință)	TD 5010	Taiwan	TaiDoc	Cerințe generale: 1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 2. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezente în limba de stat sau în limba rusă. 3. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).	Termenul de valabilitate – nu mai mic de 12 luni. Livate in ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate ale produsului coincid cu cele de pe etichete componentelor incluse în set Condiții optime de păstrare – DA Compatibil cu glucometrul oferit.	ISO , CE
336 000 00- 6	31. 1	Test strip pentru determinare a glucozei la glucometrul Clever-Chek sau, teste pentru determinare a glucozei	TD 4302	Taiwan	TaiDoc	Cerințe generale: 1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Termenul de valabilitate – nu mai mic de 12 luni. Seturile livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj corespund cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set	ISO, CE

		Însoțite de glucometru (conform cerințelor)- 9 buc. (oferite gratuit spre folosință)				2. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezente în limba de stat sau în limba rusă. 3. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).	Materialul pentru investig. - sânge capilar, venos proaspăt Instrucțiuni privind modul de utilizare în limba de stat Condiții optime de păstrare – DA	
336 000 00- 6	31. 2	Lancete sterile pentru glucometrul Clever-Chek sau, lancete sterile pentru glucometru (conform cerințelor)- 9 buc. (oferite gratuit în folosință)	TD 5010	Taiwan	TaiDoc	Cerințe generale: 1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 2. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezente în limba de stat sau în limba rusă. 3. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).	Termenul de valabilitate – nu mai mic de 18 luni. Livate in ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate ale produsului coincid cu cele de pe etichete componentelor incluse în set Condiții optime de păstrare – DA	ISO, CE

Semnat electronic

Numele : **Moldoveanu Ruxanda**

În calitate de: **Manager vânzări**

Ofertantul: **POLISANO PRIM SRL**

Adresa juridică: **or.Codru, str.Costiujeni 6/2**

Adresa poștală: **mun. Chișinău, str. Testemițanu 3/18**

Data: „**15**” februarie 2021

MD-2019
Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Testemițanu 3/18
email: directorcomercial@polisanoprim.md
tel/fax: +373 28 57 99