

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: 21004695				Data: 25 ianuarie 2019		Alternativa nr.: nu sunt	
Denumirea licitației: Servicii de schimbare a ColdHead a echipamentului rezonanță magnetică Optima MR360				Lot: 1		Pagina: 1 din 1	
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50400000-9	Servicii de schimbare a ColdHead la echipamentul de rezonanță magnetică Optima MR360 (inclusive piesa)	Servicii de schimbare a ColdHead la echipamentul de rezonanță magnetică Optima MR360 (inclusive piesa)	China	GE Healthcare	Lista de lucrări minime și bunuri ce necesită schimbare: 1. Dezasamblarea piesei defecte. 2. Instalarea piesei. 3. Prezentarea actului de îndeplinire a lucrărilor cu indicarea ca lucrările au fost efectuate conform cerințelor și normelor producătorului echipamentului medical.	Lista de lucrări minime și bunuri ce necesită schimbare: 1. Dezasamblarea piesei defecte. 2. Instalarea piesei. 3. Prezentarea actului de îndeplinire a lucrărilor cu indicarea ca lucrările au fost efectuate conform cerințelor și normelor producătorului echipamentului medical.	CE

Semnat: 
 Ofertant: "Intermed-Service" SRL

Numele, Prenumele: Inga Besirik
 Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina 65

În calitate de: director

