Specificații tehnice

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr.115
din " 15 " septembrie 2021

IMSP SCM Sf.Treime

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1752581915959 / **21454760** din 25.07.2025
Denumirea procedurii de achiziție:	**Lancete/ace glicemice + Stripuri/teste de control pentru glicemie anul 2025 COP**

Denumirea bunului/serviciului	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri / Servicii						
Lancete/ace glicemice + Stripuri/teste de control pentru glicemie	**Test Strips HT-100** + Blood Glucose Monitoring Sistem HT100 (compatibile cu glucometrului ofertat cu titlul gratuit)	Taiwan	Tyson Byo	La cantitatea solicitată de teste, vor fi oferite cu titlu gratuit 25 glucometre portabile. Testele trebuie să fie compatibile cu glucometrele oferite gratuit. Geantă de transport pentru glucometru. Ghid de utilizare în limba de stat. Termen de valabilitate pentru teste minim 12 luni de la momentul livrării. Termen de garanție pentru glucometre minim 36 luni Bucată=Teste+Lancetă	**Test Strips HT-100 -** Teste pentru măsurarea glicemiei: - ***compatibile cu glucometrului ofertat cu titlul gratuit*** La cantitatea solicitată de teste, vor fi oferite **- 25 glucometre portabile cu titlu gratuit + 25 000 lancete cu titlu gratuit** Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (ace, dispozitiv de intepare-incluse in set) Manual de utilizare in limba de stat - SE ANEXEAZA Termen de valabilitate a testelor **12 luni de la momentul livrării.** Termen de garantie pentru glucometre **-36 luni**	CE,ISO **Test Strips HT-100** **Nr.inregistrarii la AMDM DM000377194 ;** **HT-100 Blood Glucose Monitoring Sistem** **Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377195;**
Glucometru compatibil cu stripurile/ testele din lot.	**HT-100 Blood Glucose Monitoring Sistem**	Taiwan	Tyson Byo	Timp de măsurare: Până la 10 secunde. Volumul unei picături de sânge. Până la 1,0 µl. Interval de măsurare: de la 1,1 la 33,3 mmol/l.	**HT-100 Blood Glucose Monitoring Sistem** **25 glucometre portabile cu titlu gratuit** Glucometru (caracteristici de bază) : Analizator de glicemie portabil pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță , spitale. Metoda - Electrochimică Tip probă - Capilar ,venos **Volumul minimal al probei - 0.7 µL, Brosura sa anexeaza pag 2; Reagent GDH-FAD - Report IDK;** **Interval de masurare - (20 - 600 мг/дл) 1.1-33.3 mmol/L- Brosura** Gama hematocritului - 0-70 % - **Brosura pag.2** **Timpul de măsurare - 5 Sec/ Test. Brosura pag.2** Ecran LCD - DA **Manual pag.2** Calibrarea automată - DA Oprire automată -Da Memoria numărul de teste - 500 - **Brosura pag.2** Data/ora și rezultatul probei obligatoriu - Da, Baterie internă obligatoriu - 2 baterii AAA, **Brosura pag.2** Autonomie de la baterie -1000 teste, **Brosura pag.2** Posibilitatea conectarii la PC prin USB pentru salvarea/transferarea datelor - **Manual de utilizare in limba.romana- pag 8** Indicator baterie descărcată obligatoriu-Da Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei obligatoriu-**Brosura pag.2** Toate accesorile și consumabile sunt compatibile **Se anexeaza: Manual de utilizare in limba de stat,brosura,CE,Certificat de conformitate , Catalog**	CE,ISO **Test Strips HT-100** **Nr.inregistrarii la AMDM DM000377194 ;** **HT-100 Blood Glucose Monitoring Sistem** **Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377195;**

Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul : ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Dokuceaev, 6

Semnat electronic

Digitally signed by Varman Irina
Date: 2025.07.23 11:34:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ