

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: [ocds-b3wdp1-MD-1748524887120](#)

Denumirea licitației: Achiziționarea de piese de schimb și accesorii originale și/sau echivalente pentru dispozitivele medicale aflate în dotarea instituțiilor medico-sanitare Publice pentru anul 2025 (lista 6)

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 7						
Detector digital, compatibil sistemul radiologic,, Shimadzu”	FXRD-4343VAW	Coreea Sud	VIEWWORK S CO., LTD.	Detector digital 43x43cm prin Wi-fi Material CsI Celsiu/iodid Dimensiune pixel max 140 μm Rezoluție Min 3,5 lp/mm Arie activă 3072x3072 pixels Interfața Fir/wi-fi Cuanificare 16 bit Afișare imagine Max 3 sec AED (Detectare automată a expunerii) da Greutate Max 4 kg	Detector digital 43x43cm prin Wi-fi, pag. 4 VIVIX specifications Material CsI Celsiu/iodid pag. 4 VIVIX specifications Dimensiune pixel 140 μm pag. 4 VIVIX specifications Rezoluție Min 3,5 lp/mm pag. 4 VIVIX specifications Arie activă 3072x3072 pixels pag. 4 VIVIX specifications Interfața Fir/wi-fi pag. 4 VIVIX specifications Cuanificare 16 bit pag. 4 VIVIX specifications Afișare imagine Max 3 sec pag. 4 VIVIX specifications AED (Detectare automată a expunerii) pag. 4 VIVIX specifications Greutate 3.45kg pag. 4 VIVIX specifications	DM000818621

				Alimentare electrică 220V 50/60Hz Greutate maximă admisibilă pe detector Min 300 kg Margini metalice da Sincronizare cu programul instalat pe unitatea de lucru a echipamentului radiologic da Calibrarea detectorului la instalare da Instruirea personalului medical da Termen de garanție Suport tehnic de mentenanță pe perioada de garanție Minim 2 ani	Alimentare electrică 220V 50/60Hz Da Greutate maximă admisibilă pe detector 400 kg pag. 8 VIVIX specifications Margini metalice da pag. 1 VIVIX specifications Sincronizare cu programul instalat pe unitatea de lucru a echipamentului radiologic da Calibrarea detectorului la instalare da Instruirea personalului medical da Termen de garanție suport tehnic de mentenanță pe perioada de garanție 2 ani da	
--	--	--	--	---	---	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei
 În calitate de: Director
 Ofertantul: SC „Neotec” SRL
 Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău